

Katowice, dnia 12.03.2018r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do dializ nerkowych*.

Nr sprawy: ZP – 18 – 034 UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (*tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **Pakiecie 1** cewników czasowych do dostępu żylnego do hemodializy o długościach: 15cm; 20cm i 24 cm – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ? **.Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 2) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **Pakiecie 12** trójkanałowych cewników czasowych do dostępu żylnego do hemodializy o długościach: 15cm; 20cm – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 3) Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 1** dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 4) Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3** wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z błoną syntetyczną High-Flux, sterylizowane promieniami gamma, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*