

ZP-18-044UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 04.04.2018 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych – protezy naczyniowe.
Nr sprawy: ZP-18-044UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 dot. Pakietu nr 1 i 2

Czy w pakiecie nr 1 oraz pakiecie nr 2 Zamawiający nie popełnił omyłki w nazwie pakietów - "protezy antybakteryjne"? W opisie wymaganych parametrów nie ma właściwości antybakteryjnych.

Odp.: Zamawiający dokonał korekty w tym zakresie, sprostowanie umieszczono na stronie internetowej w dniu 29.03.2018 r.

Pyt. 2 dot. Pakietu Nr 1 poz. 1a

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1a Zamawiający dopuści protezy o śr. od 5 do 8 mm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 dot. Pakietu Nr 1 poz. 1b

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1b Zamawiający dopuści protezy o dł. zbrojenia 60 cm dla śr. 6mm i 70cm dla śr. 8mm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4 dot. Pakietu Nr 1 poz. 1c

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1c Zamawiający dopuści protezy o dł. 45cm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 dot. Pakietu Nr 1 poz. 1e

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1e Zamawiający dopuści protezy niezbrojone (pozostałe parametry bez zmian)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 dot. Pakietu Nr 2 poz. 1a

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1a Zamawiający dopuści protezy o dł. 40 cm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek**