

ZP-18-044UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 12.04.2018r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych – protezy naczyniowe.
Nr sprawy: ZP-18-044UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w miejsce pierwotnych parametrów

- w pozycji a) protezy o średnicy od 5 do 8mm.

- w pozycji d) protezy ze zbrojeniem zewnętrznym, spiralnym, wykonanym z PTFE.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 w miejsce pierwotnych parametrów protez PTFE bez impregnacji frakcjonowaną heparyną.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*