

Katowice, dnia 04.04.2018r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do dializ nerkowych*.

Nr sprawy: ZP – 18 – 034 UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (*tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1)** Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji C 1,8m<sup>2</sup>-1,9m<sup>2</sup> do osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na inny dodatkowy podział przedmiotu zamówienia. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2) Dotyczy Pakietu nr 6.** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Linii krwi tętniczo-żylną kompatybilną z aparatem Fresenius 4008 z jeziorkiem wyrównawczym na linii tętniczej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*