

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na [dostawę rękawic medycznych](#).
Nr sprawy: ZP-18-027UN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), udzielam następujących odpowiedzi :

Pyt. 1 pakiet nr 2

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 przebadane na min. 9 cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 przy zachowanych pozostałych parametrach?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

Pyt. 2 pakiet nr 11

Czy zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,14 – 0,16mm, dłoni 0,09 -0,11 mm oraz sile zrywania min. 11N w całym okresie przechowywania?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**