

Katowice, dn. 07.08.2018r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów opatrunkowych**.
Nr sprawy: ZP-18-036BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), udzielam następujących odpowiedzi :

Pakiet 1 poz. 1

Pyt.1 Czy zamawiający dopuszcza gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odp.: NIE, zgodnie z SIWZ

Pyt.2 Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odp.: NIE, zgodnie z SIWZ

Pyt.3 Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami? **Odp.: Swoje wymagania Zamawiający określił w SIWZ i nie zmienia ich.**

Pyt.4 Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami? **Odp.: Swoje wymagania Zamawiający określił w SIWZ i nie zmienia ich.**

Pyt.5 Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odp.: Swoje wymagania Zamawiający określił w SIWZ i nie zmienia ich.

Pyt.6 Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m² dla 13 nitkowych oraz 23 g/m² dla 17 nitkowych?

Odp.: Swoje wymagania Zamawiający określił w SIWZ i nie zmienia ich.

Pyt.7 Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? **Odp.: Swoje wymagania Zamawiający określił w SIWZ i nie zmienia ich.**

PAKIET NR 3

Pyt.8 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania jałowego, samoprzylepnego (klej akrylowy równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni) opatrunku w rozmiarze 7x9cm z folii poliuretanowej z wcięciem do zabezpieczania miejsca wkłucia poprzez stabilne mocowanie kaniul oraz cewników żylnych i tętnicznych? Opatrunek jest dodatkowo wzmocniony włókniną i posiada transparentny obszar (ramkę) co umożliwia stałą kontrolę miejsca wkłucia, przepuszcza parę wodną i tlen, posiada zaokrąglone brzegi, które zapobiegają odklejeniu się opatrunku. **Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany opatrunek posiada system ramki z etykietą umożliwiającą opis.**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek**