

Katowice, dnia 11.05.2018r

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów laryngologicznych
Nr sprawy : ZP-18-046UN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

1. **Pytanie nr 1.** W pkt.13 Załącznika dotyczącym parametrów wymaganych Zamawiający wskazał wymóg dostarczenia procesora dźwięku z możliwością bezprzewodowego komunikowania się z drugim procesorem dźwięku (w sytuacji implantacji obustronnej) lub z aparatem słuchowym lub innym urządzeniem znajdującym się na drugim uchu (niebędącym implantem słuchowym) pozwalającym na zintegrowane obustronne przetwarzanie dźwięku. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym procesor dźwięków bezprzewodowo komunikuje się z drugim procesorem dźwięków (w sytuacji implantacji obustronnej) lub aparatem słuchowym lub innym urządzeniem znajdującym się na drugim uchu (niebędącym implantem słuchowym) poprzez kompatybilne urządzenie pośredniczące? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia pośredniczącego do realizacji bezprzewodowej współpracy procesora dźwięków z aparatem słuchowym lub innym urządzeniem znajdującym się na przeciwległym uchu.**
2. **Pytanie nr 2.** W pkt.14 Załącznika dotyczącym parametrów wymaganych Zamawiający wskazał wymóg dostarczenia (na żądanie zamawiającego) w zestawie do procesora dźwięku drugiego urządzenia do umieszczania na drugim uchu, współpracującego w technologii bezprzewodowej z procesorem dźwięku pozwalającego na zintegrowane obustronne przetwarzanie dźwięku. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie, na jego żądanie, z zestawem procesora dźwięków drugiego urządzenia do umieszczenia na drugim uchu współpracującego w technologii bezprzewodowej z procesorem dźwięku poprzez kompatybilne urządzenie pośredniczące, pozwalające na obustronne przetwarzanie dźwięku? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia z zestawem procesora dźwięków drugiego urządzenia do umieszczenia na drugim uchu, które współpracowałyby w technologii bezprzewodowej poprzez urządzenie pośredniczące.**
3. **Pytanie nr 3.** W związku z pyt. Nr 1 i 2 prosimy o odpowiedź. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kompatybilne urządzenie pośredniczące mogło nie być urządzeniem medycznym? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia pośredniczącego.**
4. **Pytanie nr 4.** Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści Wykonawcę, który posiada mniej niż 16 rzeczywistych kanałów stymulacji? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
5. **Pytanie nr 5.** Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który w swojej ofercie nie posiada rozwiązania, które umożliwiłoby permodiolarne umiejscowienie elektrod? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza- zgodnie z SIWZ. Permodiolarne umieszczenie elektrody umożliwia ścisłe jej przyleganie do wrzeciona co przekłada się na lepszą transmisję impulsów i tym samym zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego procesora.**
6. **Pytanie nr 6.** Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który nie ma możliwości bezprzewodowego komunikowania się z drugim procesorem dźwięku lub aparatem słuchowym lub innym urządzeniem znajdującym się na drugim uchu? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza- zgodnie z SIWZ.**
7. **Pytanie nr 7.** Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który nie ma możliwości dostarczenia drugiego urządzenia do umieszczenia na drugim uchu, które współpracuje w technologii bezprzewodowej z procesorem dźwięku? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza- zgodnie z SIWZ.**

DYREKTOR SpSkM
Włodzimierz Dziubdziela