

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 144 000,00 €uro**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami*) zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Nazwa nadana zamówieniu:

DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP-18-095BN

Nazwa i adres zamawiającego :

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24
tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71
Internet: www.spskm.katowice.pl
e-mail: duo@spskm.katowice.pl

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Kody klasyfikacji CPV : 33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam:
**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**

30.07.2018 r.
data, podpis i pieczętka

I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i urządzeń medycznych obejmująca: dostawę, instalację, konfigurację (jeśli dotyczy), uruchomienie oraz szkolenie.
- 2) Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery (4) części – Pakiety, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części – Pakietów tj:
 - a. Pakiet nr 1 – Dermatoskop;
 - b. Pakiet nr 2 – Otoskop;
 - c. Pakiet nr 3 – Bronchofiberoskop z wyposażeniem;
 - d. Pakiet nr 4 – Zestaw toru wizyjnego operacyjnego HD z optykamiSzczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone są w Załącznikach nr 4 ÷ 7 do SIWZ.
- 3) Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (pakietów), co oznacza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części (pakietów). Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy/ inny podział przedmiotu zamówienia.
- 4) Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie części (pakietów).
- 5) Brak jakiegokolwiek pozycji (parametru wymaganego) w oferowanym załączniku lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów określonych w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

II) USTALENIA OGÓLNE

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 2) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
- 3) Przedmiot zamówienia musi być zarejestrowany i dopuszczony do używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. z 2017r. poz. 211 z późn. zm)
- 4) Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, Zamawiający **wymaga złożenia stosownego oświadczenia.**
- 5) **Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp** zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
- 6) **Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:**
 - 6.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;
 - 6.2 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: jod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24
 - 6.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawa aparatury i urządzeń medycznych ZP-18-095BN**” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 - 6.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - 6.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

- 6.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 6.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 6.8 posiada Pani/Pan:
- 6.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- 6.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
- 6.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
- 6.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 6.9 nie przysługuje Pani/Panu:
- 6.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- 6.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 6.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

III) USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA.

- 1) Podstawą realizacji zamówienia będzie podpisana umowa.
- 2) Wykonawca po dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zobowiązany będzie do zainstalowania urządzeń w miejscu docelowym i przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi. Zamawiający wymaga dodatkowo przeszkolenia jednej osoby z obsługi technicznej w zakresie użytkowania urządzeń i wydania stosownego zaświadczenia.
- 3) Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (wraz z wniesieniem towaru) na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, podłączyć i przeszkolić pracowników Zamawiającego
- 4) Zamawiający zastrzega, że dostawa może się odbyć w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00 w dni robocze.
- 5) Wymaga się aby Wykonawca poinformował Zamawiającego o terminie dostawy **minimum 2 dni przed dostawą**. Osobą, z którą wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę dostawy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia – tel. 32/ 259-16-67.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do siedziby Zamawiającego.
- 7) Wszelkie koszty związane z dostawą ponosi wykonawca.
- 8) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury, która może być wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

IV) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:

Pakietu nr 1 – max. do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

Pakietu nr 2 – max. do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy;

Pakietu nr 3 – max. do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy;

Pakietu nr 4 – max. do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

¹ **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

² **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

v) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

- 1) **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**
 1. nie podlegają wykluczeniu;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

- 2) **Podstawy wykluczenia z postępowania.**
 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia).
 2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16– 20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia).

- 3) **Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.**
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 2) powinno zostać wykazane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 5. Zamawiający na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu oceni, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w pkt 2). Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych wymagań zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

VI) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU

- 1) **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zamawiający żąda od Wykonawcy:**
 - 1.1 **oświadczenia wykonawcy** w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – należy dołączyć do oferty **-Załącznik 3 do SIWZ.**
 - 1.2 **Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w **terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.**

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi **załącznik nr 2 do SIWZ**.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

2) W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium **JAKOŚĆ** i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

2.1 katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). **Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy przyznawaniu punktów.**

3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie należy złożyć:

3.1 katalogu, folderu, kart katalogowych lub opisu technicznego w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu musi potwierdzać wszystkie wymagane w załączniku do SIWZ parametry. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach wymaganego parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty. **Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert**

3.2 Oświadczenia wykonawcy o posiadaniu stosownych dokumentów: deklaracji zgodności, zgłoszenia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych, CE, dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do używania w jednostkach służby zdrowia na terenie Polski – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i na żądanie Zamawiającego dostarczenia ich lub dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru.

4) Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy złożyć wraz z ofertą:

4.1 Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w **Rozdziale VI pkt 1) ppkt 1.1 oraz pkt 1 ppkt 1.2** składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

3. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
4. Dokumenty inne niż oświadczenie, o którym mowa w pkt 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem ppkt 5.
5. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8. **Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.**
9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5) ppkt 2, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1), lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W zakresie formy uzupełnianych dokumentów, postanowienia dotyczące formy dokumentów stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VII) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
- 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 5) Wzór formularza oferty stanowi **załącznik nr 1 do SIWZ**.
- 6) Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
- 7) Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
- 8) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 9) Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

- 10) Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
- 11) Zaleca się, aby wykonawca zbroszował ofertę oraz ponumerował jej strony.
- 12) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
- 13) Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na
„DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH”
Oznaczenie sprawy: ZP-18-095 BN
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert

- 14) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 15) W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, które musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH”
Oznaczenie sprawy: ZP-18-095 BN
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- 16) Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
- 17) W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, które musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH”
Oznaczenie sprawy: ZP-18-095 BN
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- 18) Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
- 19) Nie ujawnia się **informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

VIII) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- 1) W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1030).
- 2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- e-mail: duo@spskm.katowice.pl;
- numer faxu: 32/ 259-16-71.

3) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

IX) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

W postępowaniu wadium nie jest wymagane.

X) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 3) Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

XI) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 1) **Miejsce i termin składania ofert:**
 - a. miejsce składania ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2
 - b. termin składania ofert: do dnia **09.08.2018r. do godz. 10:00**
- 2) **Miejsce i termin otwarcia ofert:**
 - a. miejsce otwarcia ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2
 - b. termin otwarcia ofert: w dniu **09.08.2018r. godz. 10:30**
- 3) Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
- 4) Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
- 5) Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c. cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 6) Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwraca ofertę.
- 7) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ.

XII) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 1) Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 2) Cena brutto realizacji zamówienia musi być wyliczona jako suma wartości : netto plus podatek VAT.

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

- 3) Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004, Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
- 4) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
- 5) Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę będą stałe i nie będą podlegały waloryzacji podczas wykonywania umowy.
- 6) Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
- 7) **Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku (**załącznik nr 1 do SIWZ**).

XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w treści oferty wskazał długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach. Nie dopuszcza się wskazywania okresu gwarancji np. w dniach, bądź częściach miesięcy, np. 24,5. W takim przypadku Zamawiający zaokrągli długość okresu gwarancji w dół, np. 24,5 miesiąca zostanie zaokrąglone do 24 miesięcy. W przypadku nie podania ilości oferowanych miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin 24 miesięcy.

Podanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

PAKIET NR 1 – DERMATOSKOP

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za n/w kryteria obliczone wg wzoru:

$$P = P_c + P_g + P_j$$

kryterium	Waga kryterium w %	Sposób obliczania	UWAGI
Cena P_c	60	$P_c = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$ gdzie: C _{min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert C _{bo} - cena badanej oferty 100 - stały współczynnik P _c - liczba punktów za cenę	
Okres gwarancji P_g	20	oferowany okres gwarancji od 25 m-cy do 36 m-cy - 5 pkt oferowany okres gwarancji 37 m-cy i więcej - 20 pkt Uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru: $P_g = (G_{bo} / G_{max}) \times 100 \times 20\%$ gdzie: G _{max} - największa ilość pkt spośród ocenianych ofert G _{bo} - ilość pkt badanej oferty 100 - stały współczynnik P _g - liczba punktów za termin gwarancji	Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 m-ce. Oferowanie okresu krótszego będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych <u>miesiącach</u> .
Jakość P_j	max 20 pkt	Konstrukcja umożliwiająca podłączenie urządzenia do aparatu cyfrowego (wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami) - 20 pkt	

PAKIET NR 2 – OTOSKOP

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za n/w kryteria obliczone wg wzoru:

$$P = P_c + P_g + P_j$$

kryterium	Waga kryterium w %	Sposób obliczania	UWAGI
Cena P_c	60	$P_c = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$ gdzie: C _{min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert C _{bo} - cena badanej oferty 100 - stały współczynnik P _c - liczba punktów za cenę	
Okres gwarancji P_g	20	oferowany okres gwarancji od 25 m-cy do 36 m-cy - 5 pkt oferowany okres gwarancji 37 m-cy i więcej - 20 pkt Uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru: $P_g = (G_{bo} / G_{max}) \times 100 \times 20\%$ gdzie: G _{max} - największa ilość pkt spośród ocenianych ofert G _{bo} ilość pkt badanej oferty 100 - stały współczynnik P _g - liczba punktów za termin gwarancji	Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 m-ce. Oferowanie okresu krótszego będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych <u>miesiącach</u> .
Jakość P_j	max 20 pkt	a. Czas pracy na jednym zestawie baterii: • od 8 godzin do 10 godzin - 0 pkt. • większy niż 10 godzin - 10 pkt. b. Automatyczny wyłącznik reagujący przy zawieszeniu otoskopu na kieszonce fartucha gwarantujący więcej niż 15 000 cykli wł/wył – 10 pkt	

PAKIET NR 3 – BRONCHOFIBEROSKOP Z WYPOSAŻENIEM

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za n/w kryteria obliczone wg wzoru:

$$P = P_c + P_g + P_j$$

kryterium	Waga kryterium w %	Sposób obliczania	UWAGI
Cena P_c	60	$P_c = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$ gdzie: C _{min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert C _{bo} - cena badanej oferty 100 - stały współczynnik P _c - liczba punktów za cenę	
Okres gwarancji P_g	20	oferowany okres gwarancji od 25 m-cy do 36 m-cy - 5 pkt oferowany okres gwarancji 37 m-cy i więcej - 20 pkt Uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru: $P_g = (G_{bo} / G_{max}) \times 100 \times 20\%$ gdzie: G _{max} - największa ilość pkt spośród ocenianych ofert G _{bo} ilość pkt badanej oferty 100 - stały współczynnik P _g - liczba punktów za termin gwarancji	Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 m-ce. Oferowanie okresu krótszego będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych <u>miesiącach</u> .
Jakość P_j	max 20 pkt	a. Balans bieli aktywowany z: przycisku na panelu czołowym, głowicy kamery oraz definiowany na jednym z przycisków wideoendoskopu – 5 pkt; b. Zapis zdjęć dodatkowo w innych formatach - 5 pkt; c. Możliwość zapisania danych dla więcej niż 40 pacjentów – 5 pkt.; d. Ilość przycisków funkcyjnych, programowalnych w endoskopie więcej niż 3 przyciski – 5 pkt.	

PAKIET NR 4 – ZESTAW TORU WIZYJNEGO OPERACYJNEGO HD Z OPTYKAMI

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za n/w kryteria obliczone wg wzoru:

$$P = P_c + P_g + P_j$$

kryterium	Waga kryterium w %	Sposób obliczania	UWAGI
Cena P_c	60	$P_c = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$ gdzie: C _{min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert C _{bo} - cena badanej oferty 100 - stały współczynnik P _c - liczba punktów za cenę	
Okres gwarancji P_g	20	oferowany okres gwarancji od 25 m-cy do 36 m-cy - 5 pkt oferowany okres gwarancji 37 m-cy i więcej - 20 pkt Uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru: $P_g = (G_{bo} / G_{max}) \times 100 \times 20\%$ gdzie: G _{max} - największa ilość pkt spośród ocenianych ofert G _{bo} - ilość pkt badanej oferty 100 - stały współczynnik P _g - liczba punktów za termin gwarancji	Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 m-ce. Oferowanie okresu krótszego będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych <u>miesiącach</u> .
Jakość P_j	max 20 pkt	a. Źródło światła LED z więcej niż trzema diodami – 5 pkt ; b. Automatyczny dobór ekspozycji - więcej niż 16 stopni – 5 pkt ; c. Możliwość przypisania ustawień dla więcej niż 20 użytkowników – 5 pkt ; d. Możliwość wprowadzenia danych za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej dla więcej niż 40 pacjentów – 5 pkt ;	

XIV) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 1) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi projekt umowy – **załącznik nr 8 do SIWZ**. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed terminem, o którym jest mowa wyżej w przypadku gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona jedna oferta.
- 2) W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – w przypadku jeżeli taka umowa nie jest dołączona do oferty.
- 3) Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
 - a. określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
 - b. cel zawarcia umowy,
 - c. czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
 - d. zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,
 - e. wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.
- 4) W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 2, będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy.

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

- 5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.
- 6) Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umowy na adres wykonawcy.

XV) WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 1) Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi **załącznik nr 8 do SIWZ**.

XVI) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 1.3. odrzucenia oferty odwołującego;
 - 1.4. opisu przedmiotu zamówienia;
 - 1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
- 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 5) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
- 6) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
- 7) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
- 8) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
- 9) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
- 10) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
- 11) **W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XVI w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.**

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

- 1) **Załącznik nr 1 do SIWZ** - Formularz oferty;
- 2) **Załącznik nr 2 do SIWZ** – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp;;
- 3) **Załącznik nr 3 do SIWZ** - Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu;
- 4) **Załącznik nr 4-7 do SIWZ** – Opis przedmiotu zamówienia
- 5) **Załącznik nr 8 do SIWZ** - projekt umowy.

WYKONAWCA DO OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY I PODPISANY :

- 1) Załącznik nr 1;
- 2) Załącznik Nr 3;
- 3) Oferowany przedmiot zamówienia – załącznik nr 4-7.

W terminie **3 dni** od umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego protokołu z otwarcia ofert Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełniony i podpisany **Załącznik Nr 2.**

Miejscowość dnia2018r.

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy
Siedziba
REGON NIP
Tel. Fax e-mail
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającymTel
Osoba upoważniona do podpisania umowy :
Osoba/ osoby odpowiedzialna/e za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy

*Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej***

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy aparatury i urządzeń medycznych na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET NR 1 – DERMATOSKOP – 2 SZT.

bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
z podatkiem VATzł
Słownie:zł
Okres gwarancjimiesiące

PAKIET NR 2 – OTOSKOP – 2 SZT.

bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
z podatkiem VATzł
Słownie:zł
Okres gwarancjimiesiące

PAKIET NR 3 – BRONCHOFIBEROSKOP Z WYPOSAŻENIEM - 1SZT.

bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
z podatkiem VATzł
Słownie:zł
Okres gwarancjimiesiące

PAKIET NR 4 – ZESTAW TORU WIZYJNEGO OPERACYJNEGO HD Z OPTYKAMI – 1 ZESTAW

bez podatku VAT.....zł
podatek VAT%zł
z podatkiem VATzł
Słownie:zł
Okres gwarancjimiesiące

- 1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 2) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 3) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 4) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 5) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje **stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym **załącznik nr 8** do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 7) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: **Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę** Nazwa i adres podwykonawcy**
- 8) Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
 Tak Nie*;
- 9) Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale XII pkt. 7) SIWZ Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył Nie*.
- 10) Ofertę niniejszą składam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

_____ dnia __ __ 2018 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* - *niepotrzebne skreślić*

** - *wypełnia wykonawca*

Zamawiający:
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,
- b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____ dnia _____ 2018r.

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź, wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Zamawiający:
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia2018 r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejscowość), dnia2018 r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

..... (miejscowość), dnia2018 r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia2018 r.

.....

(podpis)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DERMATOSKOP – 2 szt**

MODEL, TYP

PRODUCENT

I. MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

Lp	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić*
1	Główka optyczna odłączana od rękojeści zasilającej.	
2	Oświetlenie diodowe. Temperatura koloru 5000K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI)>80	
3	Przełącznik trybu oświetlenia pomiędzy spolaryzowanym a niespolaryzowanym	
4	Regulacja ostrości +/- 6D. Achromatyczny system optyczny	
5	Płytki kontaktowa ze skalą milimetrową (10 mm) o śr. 23 mm	
6	Płytki kontaktowa do miejsc trudnodostępnych o śr. 8mm	
7	Możliwość użycia dodatkowej płytki kontaktowej gładkiej o śr. 23 mm	
8	Rękojeść akumulatorowa	
9	Płynna regulacja jasności	
10	Rękojeść akumulatorowa ze złączem micro USB	
11	Ładowarka USB z aprobatą medyczną	

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

12	Bateria akumulatorowa Li-on	
13	Szybkie ładowanie baterii – max 4 h	
14	Wskaźnik stanu naładowania w rękojeści – sygnalizacja ładowania. Naładowania i rozładowania baterii akumulatorowej	
15	Twarde etui	
16	Rok produkcji: 2018 r.	
17	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące	
18	Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ	Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji oraz po jego upływie:
19	Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez:	Nazwa/Adres: Telefon: Fax:

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

II. PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

Lp	PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PUNKTACJA	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać)
1	Konstrukcja umożliwiająca podłączenie urządzenia do aparatu cyfrowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami.	TAK- 20,00 pkt. NIE- 0,00	

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). **Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.**

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OTOSKOP – 2 szt

MODEL, TYP

PRODUCENT

I. MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

Lp	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić*
1	Otoskop światłowodowy LED	
2	Instrument kieszonkowy, trwały, szczelny, lekki, o zwartej budowie, dwuczęściowa konstrukcja	
3	Zestaw złożony z: - otoskopu - rękojeści bateryjnej - 4 szt. wzierników wielorazowego użytku, autoklawowalne w temp. do 134°C - po 5 szt. wzierników jednorazowego użytku w rozmiarach 2,5,4 mm - gruszka insuflacyjna wraz z łącznikiem.	
4	Rękojeść z tworzywa sztucznego w części pokrytego chromem, odporna na upadki	
5	Zasilanie 2,5V (na 2 baterie R6)	
6	Główka otoskopowa ciemno-matowa w środku	
7	Oświetlenie bezpośrednio, bardzo jasne, skupione światło.	
8	Źródło światła LED o temperaturze koloru 4000 K i współczynniku CRI > 95	

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

9	Czas pracy na jednym zestawie baterii - min. 8 godzin	
10	Odchylany wizjer optyczny akrylowy o powiększeniu 3x	
11	Wbudowany automatyczny wyłącznik reagujący przy zawieszeniu otoskopu na kieszonce fartucha, gwarancja min. 15 000 cykli włączenia/wyłączenia.	
12	Wyposażony w funkcję testowania poziomu naładowania baterii	
13	Wyposażony w funkcję stopniowego przyciemniania oświetlenia LED (fade-out) przy resztkowym poziomie energii umożliwiającą dokończenie badania	
14	Wyposażony w port umożliwiający podłączenie gruszki insuflacyjnej w celu wykonania testu pneumatycznego	
15	Rok produkcji: 2018 r.	
16	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące	
17	Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ	Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji oraz po jego upływie:
18	Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez:	Nazwa/Adres: Telefon: Fax:

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

II. PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

Lp	PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PUNKTACJA	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać)
1	Czas pracy na jednym zestawie baterii min. 8 godzin	od 8 godzin do 10 godzin - 0 pkt. większy niż 10 godzin - 10 pkt.	
2	Automatyczny wyłącznik reagujący przy zawieszeniu otoskopu na kieszonce fartucha gwarantujący min. 15 000 cykli włączenia/wyłączenia.	15 000 cykli – 0 pkt. więcej niż 15 000 cykli – 10 pkt.	

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). **Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.**

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
BRONCHOFIBEROSKOP Z WYPOSAŻENIEM – 1 szt**

MODEL, TYP

PRODUCENT

I. MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

Lp	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić*
1	Procesor wideo umożliwiający podłączenie głowic kamer 1CCD, wideolaryngoskopów, wideocystoskopów HDTV, wideogastroskopów i wideokolonoskopów. Procesor wyposażony w zintegrowane LEDowe źródło światła - 1 szt.	
1.	Format obrazu min. 16x9	
2.	Wyjścia wideo min.: S-VIDEO, 2xHD-SDI, DVI	
3.	Możliwości jednoczesnego wysyłania wielu sygnałów	
4.	Balans bieli aktywowany min.: przycisku na głowicy kamery oraz definiowany na jednym z przycisków wideoendoskopu	
5.	Automatyczna kontrola ekspozycji, elektroniczne wzmocnienie jasności obrazu, jeśli ilość światła w polu operacyjnym jest zbyt mała	
6.	Funkcja automatycznego wyboru stopklatki i zachowania zdjęcia najlepszej jakości spośród kilku sąsiednich klatek.	
7.	Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła, filtrowanie światła odbywa się z zastosowaniem mechanicznego filtra w źródle światła oraz filtrów cyfrowych obrazu, celem uwidocznienia struktur i tkanek zawierających hemoglobinę.	
8.	Zmiana ustawień dostępna z panelu przedniego urządzenia, z klawiatury, oraz z przycisków głowicy kamery i wideoendoskopów	
9.	Możliwość zapisu zdjęć na pamięci zewnętrznej typu Pendrive poprzez gniazdo USB lub w pamięci wewnętrznej procesora	
10.	Zapis zdjęć w formacie min. JPEG	
11.	W zestawie klawiatura i pamięć przenośna min 2 GB	

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

12.	Rozpoznawanie podłączonych wideoendoskopów i głowic kamery	
13.	Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery lub wideoendoskopu dla różnych użytkowników lub specjalności	
14.	Możliwość zapisania danych dla min. 40 pacjentów	
15.	Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego	
16.	Możliwość sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu i głowicy kamery	
II.	Wideoendoskop CCD SDTV – 1 szt.	
1.	Pole widzenia min. 90 st	
2.	Głębina widzenia 5-50mm +/- 1 mm	
3.	Śr. końcówki max. 3,9 mm	
4.	Śr. sondy max. 3,6 mm	
5.	Dł. robocza 300 mm	
6.	Zagięcie końcówki góra/dół 130st	
7.	Endoskop wyposażony w min. 3 przyciski funkcyjne, programowalne	
8.	Kierunek patrzenia 0 st.	
9.	Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła.	
III.	Monitor medyczny min. 21,5" - 2 szt.	
1.	Monitor z wejściami min.: HDMI, HD-SDI, DVIx2	
2.	Rozdzielczość min. 1920x1080	
3.	Monitor z matrycą podświetlaną LED	
IV.	Wózek endoskopowy - 1 szt.	
1.	Wózek na kółkach	
2.	Wózek wyposażony w uchwyt na endoskop.	

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

V.	Uchwyt na monitor do wózka - 1 szt.	
VI.	Ręczny tester szczelności do wideoendoskopu giętkiego - 1 szt.	
VII.	Wanna do dezynfekcji endoskopów – 1 szt.	
VIII.	System wideo z procesorem i głowicą - 1 szt.	
1.	Procesor wideo klasy min. SD	
2.	Wyjścia analogowe min.: VBS, S-Video,	
3.	Wyjścia cyfrowe min.: DVI	
4.	Balans bieli sterowany z panelu przedniego	
5.	Przełona regulowana w min dwóch trybach z tyłu urządzenia	
6.	Jasność regulowana w min. dwóch trybach z tyłu urządzenia	
IX.	Głowica endoskopowa – 1 szt.	
1.	Waga: max 41g	
2.	Przewód sygnałowy: dł. min. 2,5m	
3.	Chip CCD 1/4"	
4.	Czułość min. 4 Luxy, F 1.4	
5.	W pełni zanurzalny w płynie dezynfekcyjnym	
6.	Sterylizacja EtO	
X.	Adapter do głowicy – 1 szt.	
1.	Okular do głowicy kamery	
2.	Ogniskowa 1.2x	
XI.	Źródło światła LED – 1 szt.	
1.	LEDowe źródło światła	
2.	Czas pracy min. 2000 godzin	

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

3.	Zużycie energii: max. 55VA	
4.	Stopień ochrony: IPX0	
XII.	Światłowód – 1 szt.	
1.	Światłowód dedykowany do optyk laryngologicznych	
2.	Długość min. 3m	
3.	Średnica zewnętrzna: max. 6,8mm	
4.	Średnica wiązki światłowodowej: max. 2,8mm	
5.	Waga: max. 237g	
XIII.	Pozostałe wymagania	
1.	Bezpłatne szkolenie personelu	
2.	Instrukcja pisemna w jęz. polskim	
3.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	
4.	W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia .	
5.	Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ	Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji oraz po jego upływie:
6.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018.	
7.	Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta.	

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

8.	Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez:	Nazwa/Adres: Telefon: Fax:
----	--	--

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

II. PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

Lp	PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PUNKTACJA	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać)
1	(dotyczy pkt. I ppkt. 4) Aktywacja balansu bieli /minimum z przycisku na głowicy kamery	- Balans bieli aktywowany z przycisku na głowicy kamery oraz definiowany na jednym z przycisków wideoendoskopu – 0 pkt - Balans bieli aktywowany: z przycisku na panelu czołowym, głowicy kamery oraz definiowany na jednym z przycisków wideoendoskopu – 5 pkt	
2	(dotyczy pkt. I ppkt. 10) Zapis zdjęć /minimum w formacie JPEG/	- Zapis zdjęć tylko formacie JPEG - 0 pkt - Zapis zdjęć dodatkowo w innych formatach (podać	

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

		dostępne formaty) - 5 pkt	
3	(dotyczy pkt. I ppkt. 14) Zapisywanie danych pacjentów /min. dla 40 pacjentów/	- Możliwość zapisania danych dla 40 pacjentów – 0 pkt. - Możliwość zapisania danych dla więcej niż 40 pacjentów – 5 pkt.	
4.	(dotyczy pkt. II ppkt. 7) Ilość przycisków funkcyjnych, programowalnych w endoskopie / min. 3 przyciski/ -	- 3 przyciski – 0 pkt. - więcej niż 3 przyciski – 5 pkt.	

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). **Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.**

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zestaw toru wizyjnego operacyjnego HD z optykami – 1 zestaw

MODEL, TYP

PRODUCENT

I. MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

Lp	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić*
I.	Procesor video ze zintegrowanym źródłem światła – 1 szt.	
1.	Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości min. 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródłem światła LED	
2.	Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem	
3.	Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali nie gorszej niż 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4	
4.	Źródło światła LED z min. trzema diodami	
5.	Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona	
6.	Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia	
7.	Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej	
8.	Procesor kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR	
9.	Możliwość podłączenia min. głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych	
10.	Dedykowany program do obserwacji przy pomocy wideocystoskopu	

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

11.	Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną	
12.	Wyjścia cyfrowe nie mniej niż 2x HD-SDI oraz 1xDVI	
13.	Wyjścia analogowe nie mniej niż: 1xCOMP, 1xY/C	
14.	Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury	
15.	Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego	
16.	Gniazda (min. 1) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka	
17.	Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash	
18.	Pamięć wewnętrzna urządzenia	
19.	Format zapisywania plików: min. jpg	
20.	Rozdzielczość zapisywanych obrazów- nie gorsza niż: SD, HD, obydwie formaty: HD i SD	
21.	Możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej	
22.	Automatyczny dobór ekspozycji - min. 16 stopni	
23.	W zestawie przewód sygnałowy SDI	
24.	Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni	
25.	Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu	
26.	Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego	
27.	Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale nie gorszym niż +/- 8	
28.	Ręczne dostosowanie jasności obrazu w przedziale nie gorszym niż od 1 do +17	
29.	Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma) w skali ośmiostopniowej.	
30.	Min. 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz min. 4 tryby	

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

	kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Mode 1-3)	
31.	Min. 2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR	
32.	Możliwość przypisania ustawień dla min. 20 użytkowników	
33.	Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania	
34.	Możliwość wprowadzenia danych dla min. 40 pacjentów za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej	
35.	Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych	
36.	Możliwość ochrony danych hasłem	
37.	Dane (rekord) pacjenta zawierają min. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć	
38.	Dane systemu zawierają min. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz	
39.	Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora	
40.	Trzy wartości ustawienia przystony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego	
41.	Trzy tryby ustawienia przystony: automatyczny, średni, szczytowy (peak)	
42.	Trzy obszary pomiaru dla przystony: auto, w centrum, na całości obrazu	
43.	Min. dwa tryby ustawienia czułości przystony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja)	
44.	Nie mniej niż 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła	
45.	Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy)	
46.	Filtr moire - dwustopniowy	
47.	3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski)	
48.	Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR	

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

49.	Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika	
50.	Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off	
51.	Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB)	
52.	Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień)	
53.	Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego	
54.	Wyświetlanie kodów błędów	
55.	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty	
56.	Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym - klasa I	
II.	Głowica kamery endoskopowej Full HD, trzyprzetwornikowa – 1 szt.	
1.	Głowica kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej	
2.	Typ ochrony BF	
3.	Nie mniej niż 3 programowalne przyciski funkcyjne	
4.	zoom optyczny (2x) oraz ostrość sterowane pokrętkami	
5.	możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym	
6.	Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych	
7.	Możliwość sterylizacji w Sterrad i EtO	
8.	Waga głowicy nie więcej niż 220g	
9.	Tryb eliminacji efektu mory przy współpracy z endoskopami półsztywnymi i fiberskopami	
III.	Monitor Medyczny – 1 szt.	
1.	Przekątna ekranu nie gorsza niż 27'	
2.	Matryca LED	
IV.	Wózek endoskopowy – 1 szt.	
1.	Wózek wyposażony w centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA	
2.	Cztery koła, w tym min. dwa z blokadą	

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

3.	Półki na urządzenia – min. 2	
4.	Uchwyt głowicy kamery	
5.	Zamykany panel tylny	
V.	Urządzenie przechwytyjące audio/wideo – 1 szt.	
1.	Wejście- min.: HDMI, Component (YPbPr), audio (2ch), mikrofon 3,5 mm.	
2.	Wyjście- min.: HDMI (Pass-thru), słuchawkowe, Port LAN.	
3.	Możliwość podłączenia dysku 2,5" SATA lub zewnętrznego dysku USB (2.0/3.0).	
4.	Format nagrywania nie gorszy niż MP4 (H.264, AAC).	
5.	Pilot w zestawie.	
VI.	Endoskop sztywny – sinuskop – 3 szt.	
1.	Średnica zewnętrzna 4 mm	
2.	Kąt patrzenia 0 st.	
3.	Długość robocza min. 146 mm	
4.	Endoskop autoklawowalny	
VII.	Endoskop sztywny – sinuskop – 1 szt.	
1.	Średnica zewnętrzna 4 mm	
2.	Kąt patrzenia 30 st.	
3.	Długość robocza min. 146 mm	
4.	Endoskop autoklawowalny	
VIII.	Endoskop sztywny – sinuskop – 2 szt.	
1.	Średnica zewnętrzna 4 mm	
2.	Kąt patrzenia 70 st.	
3.	Długość robocza min. 146 mm	
4.	Endoskop autoklawowalny	
IX.	Światłowód – 3 szt.	
1.	śr. wiązki max. 2,8mm;	
2.	średnica zewnętrzna max. 6,8 mm	
3.	długość min. 3 m;	
X.	Kontener do sterylizacji optyk – 3 szt.	

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

1.	Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk	
2.	Wymiary 446x49x88 mm +/- 5 mm	
3.	Uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę	
4.	Przezroczysta pokrywa	
XI	Pozostałe wymagania	
1.	Bezpłatne szkolenie personelu	
2.	Instrukcja pisemna w jęz. Polskim	
3.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	
4.	W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia .	
5.	Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia. - PODAĆ	Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji oraz po jego upływie:
6.	Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta.	
7.	Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez:	Nazwa/Adres: Telefon: Fax:

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

II. PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

Lp	PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PUNKTACJA	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać)
1	(dotyczy pkt. I ppkt. 4) Źródło światła LED /z min. trzema diodami	- Źródło światła LED z trzema diodami - 0 pkt - Źródło światła LED z więcej niż trzema diodami – 5 pkt	
2	(dotyczy pkt. I ppkt. 22) Automatyczny dobór ekspozycji /min. 16 stopni	- Automatyczny dobór ekspozycji - 16 stopni – 0 pkt. - Automatyczny dobór ekspozycji - więcej niż 16 stopni – 5 pkt	
3	(dotyczy pkt. I ppkt. 32) Możliwość przypisania ustawień /dla min. 20 użytkowników/	- Możliwość przypisania ustawień dla 20 użytkowników – 0 pkt. - Możliwość przypisania ustawień dla więcej niż 20 użytkowników – 5 pkt	
4.	(dotyczy pkt. I ppkt. 34) Możliwość wprowadzenia danych za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej /dla min. 40 pacjentów/ -	- dla 40 pacjentów – 0 pkt - dla więcej niż 40 pacjentów – 5 pkt	

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). **Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.**

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

UMOWA - PROJEKT

Zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą: **40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24**

NIP: **954 22 70 611**

który reprezentuje:

Dyrektor - dr n. med. **Włodzimierz Dziubdziała**

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą:

NIP :..... REGON :

który reprezentuje:

1

2.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa – szt, producent:, model/typ:, rok produkcji:, zwanej dalej *artykułem* lub *przedmiotem umowy*.
2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracowaną dla postępowania poprzedzającego zawarcie przedmiotowej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż artykuł jest fabrycznie nowy, nieużywany, bez żadnych wad, kompletny, zdatny i dopuszczony do umówionego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy posiada certyfikat CE.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 211 z późn. zm) oraz z właściwymi przepisami prawnymi, a także posiada wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzające, że oferowane artykuły sklasyfikowane są jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy).

§ 2

Warunki dostawy i realizacji umowy

1. Przedmiot umowy dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do **tygodni** od daty zawarcia niniejszej umowy, nie później niż do2018 r.
2. Miejsce dostarczenia przedmiotu umowy: Siedziba Zamawiającego, ul. Francuska 20-24, Katowice, Oddział
3. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną dostawą. Osobą, z którą wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę dostawy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia – tel. 32/259-16-67.
4. Zamawiający zastrzega, że artykuł może być dostarczony w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy będzie gotowy do użytku bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności przez Zamawiającego, w tym w szczególności montażu dodatkowych elementów.

ZP-18-095BN Dostawa aparatury i urządzeń medycznych

Wszelkie niezbędne elementy i czynności niezbędne do prawidłowego działania przedmiotu umowy zobowiązany jest zapewnić Wykonawca w ramach złożonej przez siebie oferty.

6. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania przedmiotu umowy oraz do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi.
7. W czasie transportu artykuł powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu, zabezpieczający przed utratą jego właściwości i parametrów a także oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości przedmiotu dostawy.
8. Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.:Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy. Wymienione dokumenty winny być sporządzone w języku polskim.
9. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego w jego siedzibie, po powiadomieniu Zamawiającego o dacie odbioru w sposób określony w pkt 3 niniejszego paragrafu. Podpisany protokół odbioru stanowi podstawę do przyjęcia przez Zamawiającego faktury.
10. Wykonawca zobowiązuje się - pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w § 4 pkt 1:
 - a) zrealizować przedmiot umowy w terminie określonym w § 2 pkt 1 niniejszej umowy,
 - b) wymienić wadliwy artykuł na artykuł nowy, wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt.
 - c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 wynosi brutto zł (słownie:.....), w tym należny podatek VAT %.
2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty dostawy przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.
3. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Kary umowne i odsetki

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego artykułu na wolny od wad w terminach określonych odpowiednio w § 2 pkt 1 i § 2 pkt 10 ppkt b niniejszej umowy lub niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w § 6 umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. W przypadku zwłoki w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych w sposób, o którym mowa w pkt 5, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 2 pkt 1 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 pkt 10 ppkt b lub w § 6.

§ 6

Gwarancja, realizacja uprawnień gwarancyjnych

1. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego.
3. Warunki gwarancji i serwisu określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny, oferta Wykonawcy oraz karta gwarancyjna. W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia serwis autoryzowany przez producenta artykułu na terenie Polski.
5. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez:(nazwa i adres serwisu).
6. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy, przeglądy, konserwację lub wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia artykułu lub jego części, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku.
7. Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego artykułu wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji oraz po jego upływie:
8. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie godziny. Czas reakcji serwisu oznacza czas rozpoczęcia usuwania wady w miejscu, w którym artykuł jest używany, liczony od dnia przestania Wykonawcy zgłoszenia o wadzie e-mailem lub faksem.
9. Zgłoszenia dokonywane będą w formie elektronicznej na następujący adres e-mail serwisu: lub faksem na następujący nr:
10. Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
11. W przypadku, jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
12. W przypadku, gdy wymagany czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż przewidziany w pkt 10, gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.
13. W przypadku, gdy czas trwania naprawy przekracza będzie 4 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia artykułu zastępczego o nie gorszych parametrach od opisanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia dla postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy.
14. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego istotnego elementu/podzespołu przekroczy 3 naprawy lub uszkodzenie uniemożliwia wykorzystanie artykułu w pełnym zakresie Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany artykułu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).
15. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostawy artykułu wolnego od wad.
16. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.
17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia części zamiennych do przedmiotu umowy przez okres minimum 10 lat od daty upływu terminu gwarancji.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
6. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
7. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

Załączniki:

1. Obowiązek informacyjny dla umów cywilno – prawnych;
2. Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA