

ZP-18-104BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 03.08.2018 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ FILTRÓW ODDECHOWYCH Nr sprawy: ZP-18-104BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mechanicznego hydrofobowego filtra oddechowego z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci z harmonijkową membraną filtrującą do respiratorów i aparatów do znieczuleń o skuteczność nawilżania 32mg H₂O, skuteczności filtracji 99,99 z portem do kapnografu, sterylne, o wadze 36 gram oraz objętości wewnętrznej 66 ml.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o objętości wewnętrznej 66ml? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o wadze 28g? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*