

ZP-18-091UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 10.08.2018 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO Nr sprawy: ZP-18-091UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o objętości wewnętrznej 66ml? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o wadze 28g? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3 Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H₂O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, jednorazowy, z portem kapno na linie, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4 Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą o długości 180 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści obwód z rurami zintegrowanymi z łącznikiem Y?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*