

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę odczynników oraz dzierżawa aparatu PCR REAL – TIME.*

Nr sprawy: ZP – 18 – 107 UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Załącznik nr 3A do SIWZ, pkt. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „... lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?

Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu cenowym zapisów dotyczących tylko tych pakietów na które wykonawca będzie składał ofertę? Zapisy do pozostałych pakietów zostaną usunięte? **Odp. Zamawiający w Załączniku Nr 5 – OFERTA wyraził zgodę na pozostawienie jedynie Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.**

Pytanie 3) Zadanie nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 23? Produkt został wycofany z oferty handlowej wykonawcy, wykreślenie pozycji nr 23 umożliwi nam udział w postępowaniu, a Zamawiający będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby Wykonawców. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z Pakietu Nr 3 pozycji nr 23 do osobnego zadania – Pakietu. Poniżej Zamawiający załącza skorygowany Załącznik Nr 3 oraz Załącznik nr 3A dla wyłączonej pozycji. Jednocześnie Zamawiający koryguje wartość wadium dla Pakietu nr 3 oraz Pakietu nr 3A.**

Pytanie 4) Załącznik nr 3A - Czy w punkcie 8 Parametrów wymaganych Zamawiający wymaga zaoferowania testów posiadających 15 rozcieńczeń wraz z rozcieńczeniami pośrednimi każdego antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustrojów, co gwarantuje większą dokładność i jakość oznaczeń? **Odp. Tak, jest to Parametr wymagany – gwarantuje większą dokładność i jakość.**

Pytanie 5) Załącznik nr 3A - Czy w punkcie 9 Parametrów wymaganych oraz w rozdziale VII, p. 25, ppkt. d) Zamawiający odstąpi od dołączenia do oferty dokumentu zawierającego kryteria interpretacji odczytu wartości MIC wg CLSI oraz EUCAST ze względu na fakt, że kryteria interpretacji wartości MIC wg CLSI i EUCAST od kwietnia 2011r. są dostępne bezpłatnie poprzez stronę www.EUCAST.ORG? **Odp. Tak.**

Pytanie 6) Załącznik nr 3A - Czy w punkcie 10 Parametrów wymaganych Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia szkolenia? **Odp. Tak.**

Pytania dotyczące Projektu umowy

Pytanie 7) §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub nie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych w § 1 pkt. 2 i 6 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia.”? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu umowy.**

Pytanie 8) §3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt. 1”? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu umowy.**

Pytanie 9) §3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, o co najmniej 3 dni Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie, jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z opóźnienia. Zamawiający jest zobowiązany do udokumentowania poniesionych kosztów”? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu umowy.**

- W związku z utworzeniem pakietu 3A, Zamawiający koryguje treść Rozdziału IX pkt 1, w zakresie wymaganego wadium w następujący sposób:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie PLN:

Pakiet nr 1 –	10.200,00
Pakiet nr 2 –	910,00
Pakiet nr 3 –	1.395,00
Pakiet nr 3A –	55,00
Pakiet nr 4 –	2.900,00

Zamawiający poniżej doprecyzowuje treść Załączników nr 3, 3A i 5 do SIWZ. Korekty Załączników zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*

ZAŁĄCZNIK Nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3 – Odczynniki do badań diagnostycznych – paski antybiotykowe plastikowe z gradientem stężeń

Lp	ASORTYMENT	Nr katalogowy	Producent	Wymagana wielkość opakowania	Oferowana wielkość opakowania	Zamawiana ilość	Ilość opakowań z kol. 6	Cena jedn. netto za op. z kol. 6	WARTOŚĆ		
		Nazwa handlowa							Netto	VAT%	Brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Piperacylina/Taazobactam			10-30 pasków		90 pasków					
2	Mertronidazol			10-30 pasków		180 pasków					
3	Linezolid			10-30 pasków		90 pasków					
4	Tigecyclina			10-30 pasków		90 pasków					
5	Ciprofloksacyna			10-30 pasków		120 pasków					
6	Ceftriaxone 0,002-32			10-30 pasków		60 pasków					
7	Benzylpenicilin 0,016-256			10-30 pasków		60 pasków					
8	Benzylpenicilin 0,002-32			10-30 pasków		60 pasków					
9	Vankomycyna			10-30 pasków		600 pasków					
10	Ampicyllin z Sulbactamem			10-30 pasków		90 pasków					
11	Imipenem			10-30 pasków		180 pasków					

12	Meropenem			10-30 pasków		180 pasków					
13	Colistyna			10-30 pasków		180 pasków					
14	Ceftazydym			10-30 pasków		60 pasków					
15	Ceftazydym z avibactamem			10-30 pasków		90 pasków					
16	Cefotaxym			10-30 pasków		60 pasków					
17	Daptomycyna			10-30 pasków		90 pasków					
18	Gentamycyna			10-30 pasków		90 pasków					
19	Bulion Sabouraud			20 probówek		360 probówek					
20	Agar BHI płytki			20 płytek		360 płytek					
21	Teicoplanin			10-30 pasków		600 pasków					
22	Paski antybiogramowi dla Haemophilus spp.			10-20 pasków		120 pasków					
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										X	

UWAGA:

1. Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie pełnych opakowań handlowych .
2. 70 % terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada _____ miesiącom*

_____ dnia _____ 2018 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 3 – 1

WYMAGANE PARAMETRY DLA PASKÓW NASYCONYCH ANTYBIOTYKAMI

Lp.	PARAMETR WYMAGANY	TAK / NIE
1	2	3
1	Konfekcjonowane w opakowaniach zawierających ilości nie większe niż 30 szt, - preferowane pakowane pojedynczo	
2	Posiadają karty bezpieczeństwa produktu / lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie o substancjach i preparatach chemicznych /DZ.U.Nr11, poz.84 z 2001 r./,	
3	Spełniają wymogi Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 /DZ.U.Nr.93 poz.896 z 2004/ Rozporządzenia MZ z dnia 03.11.2004 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów do diagnostyki in vitro /DZ.U.Nr 251 poz.2515 z 2004,	
4	Posiadają instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie podłoża, oraz testu plastikowego	
5	Do każdej serii produkcyjnej produktu dołączony jest certyfikat kontroli jakości	
6	Będą wymienione przez Wykonawcę na nowe o pożądanej jakości ,bez ponoszenia dodatkowych kosztów, po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej ich jakości	
7	Testy plastikowe mają pochodzić od jednego producenta w celu zachowania standaryzacji wykonywanego oznaczenia lekowrażliwości dla pacjenta	
8	Testy plastikowe mają posiadać co najmniej 15 rozcieńczeń	
9	Kryteria interpretacji odczytu wartości MIC wg CLSI oraz EUCAST w języku polskim – bezpłatnie na stronie internetowej – podać stronę	
10	Dostawca zapewni szkolenie na temat kryteriów interpretacji odczytu wartości MIC wg CLSI oraz EUCAST	

*** wypełnia Wykonawca: W kolumnie Nr 3 należy wpisać TAK lub NIE**

Oświadczam, że oferowane paski spełniają wszystkie w/wym. parametry

_____ dnia ___ 2018 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 3 A

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3 A – Odczynniki do badań diagnostycznych – krążki

Lp	ASORTYMENT	Nr katalogowy	Producent	Wymagana wielkość opakowania	Oferowana wielkość opakowania	Zamawiana ilość krążków	Ilość opakowań z kol. 6	Cena jedn. netto za op. z kol. 6	WARTOŚĆ		
		Nazwa handlowa							Netto	VAT%	Brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cefinaza			25-50 krążków		2 000 krążków					
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										X	

UWAGA:

1. Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie pełnych opakowań handlowych .
2. 70 % terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada _____ miesiącom*

_____ dnia _____ 2018 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZP-18-107 UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

ZAŁĄCZNIK NR 5

Miejscowość dnia2018r.

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy
Siedziba
REGON NIP
Tel. Fax
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym
Tel e-mail
Osoba upoważniona do podpisania umowy :
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej.

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr 1

DOSTAWA:

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

DZIERŻAWA APARATU:

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

WARTOŚĆ OFERTY OGÓLEM:

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

PAKIET Nr 2

bez podatku VATzł
podatek VAT%zł

ZP-18-107 UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

PAKIET Nr 3

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

PAKIET Nr 3 A

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

PAKIET Nr 4

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

- 1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ___ do ___ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 / nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty.
- 6) Ofertę niniejszą składam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
- 7) **Kod, hasło do otwarcia druku JEDZ**

Zamawiający wyraża zgodę, aby wykonawca w druku OFERTA pozostawił jedynie pakiety, na które składa ofertę.

_____ dnia __ __ 2018 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)