SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 144.000 €uro

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem" - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp".

Nazwa nadana zamówieniu:

DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP-18-134BN

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony (art. 10 ust.1 oraz art.39-46 Prawa zamówień publicznych).

Nazwa i adres zamawiającego :

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24
tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71
godz. pracy Zamawiajacego - 07:00 – 14:35
Internet: www.spskm.katowice.pl
e-mail: duo@spskm.katowice.pl

Kody klasyfikacji CPV: 33.10.00.00-1

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam w dniu 26.09.2018 r.

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek

I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2018r aparatów i urządzeń medycznych .
2. Opis przedmiotu zamówienia określa:

   a) **Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 1)** – komora laminarna
   b) **Załącznik nr 2 do SIWZ (Pakiet nr 2) -** zestaw do hybrydyzacji
   c) **Załącznik nr 3 do SIWZ (Pakiet nr 3)** – lodówka z systemem do monitorowania temp.
   d) **Załącznik nr 4 do SIWZ (Pakiet nr 4)** – zamrażarka
   e) **Załącznik nr 5 do SIWZ (Pakiet nr 5) -** mikroskop diagnostyczny

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakietów), co oznacza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części (pakietów). Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy/ inny podział przedmiotu zamówienia.
4. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie części (pakietów).
5. **Brak jakiejkolwiek pozycji (parametru wymaganego) w oferowanym załączniku lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów określonych w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty**.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia następuje na podstawie dotacji Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie pn. „**Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2018**”. Aparaty przeznaczone są dla Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku

II) USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3. Przedmiot zamówienia musi być zarejestrowany i dopuszczony do używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie z ustawą w wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. z 2015r,poz. 876 z późn. zm)
4. Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do siedziby Zamawiającego.
7. Wszelkie koszty związane z dostawą ponosi wykonawca.

III) USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA.

1. Podstawą realizacji zamówienia będzie podpisana umowa.
2. Wykonawca po dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zobowiązany będzie do zainstalowania urządzeń w miejscu docelowym i przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi. Zamawiający wymaga dodatkowo przeszkolenia jednej osoby z obsługi technicznej w zakresie użytkowania urządzeń i wydania stosownego zaświadczenia.
3. Zamawiający zastrzega, że dostawa może się odbyć w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00 w dni robocze.
4. Wymaga się aby Wykonawca poinformował Zamawiającego o terminie dostawy minimum 2 dni przed dostawą. Osobą, z którą wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę dostawy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia – tel. 32/ 259-16-67.
5. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury, która może być wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia

IV) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (wraz z wniesieniem towaru) na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, podłączyć

i przeszkolić pracowników Zamawiającego w terminie do 26.11.2018r. Termin ten jest terminem ostatecznym i nie może być przedłużony.

V) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
   a) nie podlegają wykluczeniu,
   b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
   a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
   3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   3.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
   3.3 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

VI) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
   1.1. oświadczenia wykonawcy w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 7 do SIWZ.
   1.2. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
   1.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia/aparaty odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dołączenia do oferty:

   a) katalogu, folderu, kart katalogowych lub opisu technicznego w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu musi potwierdzać jak największą ilość wymaganych w załączniku do SIWZ

parametrów. Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert

b) **Oświadczenia wykonawcy** o posiadaniu stosownych dokumentów: deklaracji zgodności, zgłoszenia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych, CE, dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do używania w jednostkach służby zdrowia na terenie Polski – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i na żądanie Zamawiającego dostarczenia ich.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia posiada dodatkowo oceniane parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ, zamawiający żąda:

   a) katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo **oceniane** parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert

VII) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
6. **Oferta, w tym dokumenty stanowiące jej treść muszą być podpisane *własnoręcznym podpisem, za pomocą którego można zidentyfikować osobę podpisującą ofertę. Brak możliwości identyfikacji osoby podpisującej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***
7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na **„DOSTAWĘ APARATÓW I URZADZEŃ I MEDYCZNYCH”.** **Oznaczenie sprawy: ZP-18-134BN** Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na **„DOSTAWĘ APARATÓW I URZADZEŃ I MEDYCZNYCH”.** **Oznaczenie sprawy: ZP-18-134BN** Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

16. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na **„DOSTAWĘ APARATÓW I URZADZEŃ I MEDYCZNYCH".** **Oznaczenie sprawy: ZP-18-134BN** Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

18. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać". **Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.**

VIII) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘZ WYKONAWCAMI.

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1030).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o ***wyjaśnienie treści SIWZ*** za pośrednictwem e-maila (*w formie edytowalnej*) na adres: duo@spskm.katowice.pl lub za pośrednictwem faksu na numer: (32) 259-16-71.
4. **Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.**

IX) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

X) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

XI) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. **Miejsce i termin składania ofert**:
   a) miejsce składania ofert: SPSKM - Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2
   b) termin składania ofert: do dnia **05.10.2018 r.** do godz. 10:00
2. **Miejsce i termin otwarcia ofert**:

a) miejsce otwarcia ofert: SPSKM - Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2
b) termin otwarcia ofert: w dniu 05.10.2018 r. o godz. 10:30

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
   1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
   2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
   3) cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ.

XII) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Opis sposobu obliczenia ceny: cena jednostkowa netto + VAT = wartość brutto.
2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
5. *Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takiej sytuacji* ***Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.***
6. Zamawiający wymaga od Wykonawców wykazania podziału kosztów przy składaniu oferty. Wykonawcy zobowiązani są podać oddzielnie koszt sprzętu i oddzielnie koszt dostawy, instalacji, serwisowania, szkolenia. Brak podziału kosztów lub zawarcie kosztów szkolenia, dostawy, instalacji, serwisowania w cenie urządzenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

XIII) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryterium CENA (Pc) dla wszystkich pakietów wynosi 60% i będzie wyliczana wg wzoru:

$Pc = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$ gdzie:
C_{min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert
C_{bo} - cena badanej oferty
100 - stały współczynnik
Pc - liczba punktów za cenę

Punkty dodatkowe za parametry w kryterium „JAKOŚĆ" zostaną przyznane na podstawie dołączonych do oferty folderów, ulotek, katalogów i wyliczane dla każdego urządzenia osobno wg parametrów określonych poniżej. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert

PAKIET Nr 1 – komora laminarna

kryterium	Waga kryterium	Sposób obliczania
Okres gwarancji Pg	10%	oferowany okres gwarancji od 25 m-cy do 36 m-cy - **10 pkt** oferowany okres gwarancji 37 m-cy i więcej - **20 pkt** Uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru: $Pg = (G_{bo} / G_{max}) \times 100 \times 10\%$ gdzie: - największa ilość pkt spośród ocenianych ofert G_{bo} ilość pkt badanej oferty 100 - stały współczynnik Pg - liczba punktów za termin gwarancji
Jakość Pj	max 30 pkt	1) Godzinowy licznik czasu pracy komory - **10 pkt** 2) Panel sterujący, menu w j.polskim - **10 pkt** 3) Poziom ciśnienia akustycznego poniżej 49 dB – **10 pkt**

Minimalny okres gwarancji dla oferowanej komory laminarnej wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 m-ce. Oferowanie okresu krótszego będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w kryteria obliczone wg wzoru : **P = Pc + Pg + Pj**

PAKIET Nr 2 – Zestaw do hybrydyzacji

kryterium	Waga kryterium	Sposób obliczania
Jakość Pj	max 40 pkt	1) system do utrzymani odpowiedniego poziomu wilgotności preparatów - **15 pkt** 2) możliwość wybrania jednego z trzech programów: denaturacja (czas/ temp/ hybrydyzacja (czas/temp), utrwalanie (temp do min. 90^{0}C) - **15 pkt** 3) możliwość programowania minimum 40 programów za pomocą klawiatury alfanumerycznej – **10 pkt**

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w kryteria obliczone wg wzoru : **P = Pc + Pj**

PAKIET Nr 3 – lodówka z systemem monitorowania temperatury

kryterium	Waga kryterium	Sposób obliczania
Jakość Pj	max 40 pkt	**1)** Poziom hałasu max 50 dBa: 50 dBa - **0 pkt** ≥ 46 dBa – **5 pkt** ≤ 45 dBa – **10 pkt** 2) maksymalne zużycie energii w cyklu dobowym 0,3 kWh: 0,3 kWh - **0 pkt** ≥ 0,26 kWh – **5 pkt** ≤ 0,25 kWh – **10 pkt** **3)** wbudowany rejestrator temp. – zapis tygodniowy temperatur z zakresu od -30^{0}C do + 30^{0}C; własne zasilanie bateryjne i możliwość wymiany baterii bez użycia narzędzi - **10 pkt** **4)** port umożliwiający stałe podłączenia do jednostki zewnętrznej monitorującej dane; Port Ethernet - **10 pkt,** Port RS - **5 pkt, inne - 0 pkt.**

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w kryteria obliczone wg wzoru : **P = Pc + Pj**

PAKIET Nr 4 – zamrażarka do – 20^{0}C

kryterium	Waga kryterium	Sposób obliczania
Jakość Pj	max 40 pkt	1) Awaryjne podtrzymywanie pracy sterownika - niezależne zasilanie akumulatorowe podtrzymujące pracę panelu sterowania do 72h od wystąpienia przerwy w zasilaniu - **20 pkt** 2) Automatyczne odszranianie gorącym gazem - **10 pkt** 3) Zamek w wyposażeniu - **10 pkt**

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w kryteria obliczone wg wzoru : **P = Pc + Pj**

PAKIET Nr 5 – mikroskop diagnostyczny

kryterium	Waga kryterium	Sposób obliczania
Jakość Pj	max 40 pkt	1) Oświetlenie LED - **10 pkt** 2) Rewolwer obiektywowy: 5-pozycyjny - **10 pkt** 3) Możliwość rozbudowy o kontrast fazowy, fluorescencja, polaryzacja, ciemne pole - **10 pkt** 4) Stolik mechaniczny z rolkowanym mechanizmem przesuwu - **10 pkt**

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w kryteria obliczone wg wzoru : **P = Pc + Pj**

XIV) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą - nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy - **Załącznik nr 9** do niniejszej specyfikacji.
2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – w przypadku jeżeli taka umowa nie jest dołączona do oferty.
3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
   1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
   2) cel zawarcia umowy,
   3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
   4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,
   5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zwarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.
6. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umowy na adres wykonawcy.

XV) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
   a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
   b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
   c) odrzucenia oferty odwołującego;
   d) opisu przedmiotu zamówienia;
   e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XVI w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

<u>Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:</u>

1) **Załączniki nr 1÷5 do SIWZ** - opis przedmiotu zamówienia, załącznik asortymentowo-cenowy
2) **Załącznik nr 6 do SIWZ** - formularz OFERTA,
3) **Załącznik nr 7 do SIWZ** - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
4) **Załącznik nr 8 do SIWZ** - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
5) **Załącznik nr 9 do SIWZ** - wzór umowy.

W terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego protokołu z otwarcia ofert Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełniony i podpisany <u>Załącznik Nr 8.</u>

WYKONAWCA DO OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ:

4) Wybrany Załącznik nr **1÷5**
5) Załącznik Nr **6**
6) Załącznik Nr **7**
7) Dokumenty umożliwiające przyznanie dodatkowych punktów w kryterium „JAKOŚĆ”

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Komora laminarna – 1szt

MODEL, TYP …….
PRODUCENT ……..

Lp	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić*
1	Klasa bezpieczeństwa: Klasa II zgodnie z normą PN-EN 12469 zapewnia ochronę produktu, operatora i otoczenia.	
2	Przepływ powietrza: pionowy, laminarny regulowany w zakresie 0,25 do 0,50 m/s według normy PN-EN 12469:2002	
3	Filtry minimum 2 filtry HEPA H14 o skuteczności przynajmniej 99,995% dla MPPS	
4	Kompensacja zużycia filtrów: Automatyczna, zapewnia stałą i bezpieczną szybkość przepływu w komorze	
5	Lampa UV bakteriobójcza zamocowana na stałe w górnej tylnej części obszaru roboczego, z zabezpieczeniem przed przypadkowym włączeniem podczas pracy	
6	Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV: Automatyczne wyłączenie lampy UV przy otwarciu szyby frontowej	
7	Okno frontowe wykonane z podwójnie hartowanego szkła, bez ramy, pochylone pod kątem 8 st. Elektrycznie podnoszone i opuszczane, z możliwością zasunięcia do końca zamykając obszar roboczy.	
8	Opcja czyszczenia szyby przedniej: dostępna procedura czyszczenia szyby frontowej z opuszczeniem poniżej krawędzi blatu roboczego zapewniając dostęp do całej powierzchni okna.	
9	Obsługa: System nadzorujący błędy i informujący o konieczności badania serwisowego lub zbliżającym się terminie wymiany filtrów.	
10	Laminaryzator zamontowany pod filtrem głównym celem uzyskania uporządkowanego i równomiernego przepływu	
11	Oświetlenie przestrzeni roboczej energooszczędne oświetlenie białe LED o intensywności min 1400 Lux	
12	Konstrukcja komory: Podłoga, blat roboczy i tył przestrzeni roboczej ze stali nierdzewnej. Szyba frontowa o grubości przynajmniej 6 mm, pochylona pod kątem 8 st. Obudowa zewnętrzna: stal, pokryta farbą proszkową	
13	Waga urządzenia maksymalnie 200kg	
14	Ilość wentylatorów minimum 2	
15	Wymiary zewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.) 1050 / 800 / 2070 mm +- 20 mm	
16	Wymiary wewnętrzne (Szer. / Gł. / Wys.) 950 / 650 / 650 mm +- 20 mm	
17	Tryb stand by Tak, tryb utrzymywania w stale gotowości przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii	

18	Pobór prądu podczas pracy z oświetleniem / stand by 112 / 26 W	
19	Moc lampy bakteriobójczej UV minimum 15 W	
20	Ilość gniazd elektrycznych wewnątrz komory minimum 2 szt.	
21	Maksymalna wysokość podniesienia szyby frontowej podczas pracy / całkowita 300 / 500 mm +- 20 mm	
22	Podłokietnik z możliwością demontażu	
23	Podstawa komory na blokowanych kółkach	
24	Atesty: Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV, PN-EN 12469:2002. Certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego TUV, PN-EN 61010-1:2011, PN-EN 61326-1:2013-06, deklaracja zgodności CE	
25	Rok produkcji – 2018r	
26	Bezpłatny serwis max. 48 godz. od chwili zgłoszenia	
27	W okresie gwarancji **bezpłatny** przegląd techniczny	
28	Serwis gwarancyjny będzie wykonywany **nieodpłatnie** przez:	Nazwa/Adres: …… …… Telefon: ……..……..……... Fax: ……..……..……

* wypełnia Wykonawca

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zestaw do hybrydyzacji (sprzęt do badań metodą FISH z gwarancją utrzymania stałej temperatury) – 1szt

MODEL, TYP …….

PRODUCENT ……..

Lp	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić*
1	Możliwość równoczesnego procesowania min. 12 szkiełek mikroskopowych	
2	Temperatura hybrydyzacji od 30 st C do 99 st. C	
3	Jednakowa temperatura na całej powierzchni płyty grzejnej, z dokładnością +/- 1 st C	
4	Czas potrzebny na przejście od temperatury 37 st. C do temperatury 95 st. C nie większy niż 3 min	
5	Czas potrzebny na przejście od temperatury 95 st. C do temperatury 37 st. C nie większy niż 7 min	
6	Automatyczne ustawienie temperatury 37 st. C po ponownym załączeniu w przypadku przerw w dopływie prądu.	
7	Instrukcja obsługi w języku polskim	
8	Wyświetlanie aktualnego stanu aparatu na wyświetlaczu LCD	
9	Certyfikat CE	
10	Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta.	
11	Instrukcja pisemna w jęz. polskim	
12	Okres gwarancji min. 24 miesiące	
13	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018.	
14	Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez:	Nazwa/Adres: …… …… Telefon: ……..……..……... Fax: ……..……..……

* wypełnia Wykonawca

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lodówka z systemem monitorowania temperatury – 1szt

MODEL, TYP …….

PRODUCENT ……..

Lp	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić*
1	Chłodnia zgodna z dyrektywą medyczną 93/42/EEC lub równoważną – wymagana kopia certyfikatu potwierdzająca zgodność	
2	Budowa typ: • szafkowy, pionowy, jednodrzwiowy • chłodnia wyposażona w stopki i/lub kółka do przemieszczania • część zewnętrza: stali galwanizowana, ocynkowana z zabezpieczeniem antykorozyjnym	
3	Objętość: 250 [l] ±5 [l]	
4	Całkowite wymiary zewnętrzne zamrażarki , max.: - szerokość 600 [mm] +/- 50 [mm] - głębokość 650 [mm] +/- 50 [mm] - wysokość 1890 [mm] +/- 50 [mm]	
5	Waga pustego urządzenia max. 130kg	
6	Klamka oraz mechanizm zamka zlokalizowane na części frontowej drzwi (nie na ścianie bocznej)	
7	Drzwi lodówki: prawe	
8	Wewnętrzna powierzchnia ścian komory wykonana ze stali cynkowanej z zaokrąglonymi narożnikami	
9	Wnętrze wyposażone w 5 szuflad ze stali nierdzewnej Szuflady wyposażone w ekran przedni z pleksiglasu dla zniwelowania dostępu ciepłego powietrza po otwarciu drzwi.	
10	Możliwość stosowania dedykowanych wkładów PVC dzielących szuflady na partycje	
11	Drzwi zewnętrzne przeszklone wyposażone w zamek magnetyczny i uszczelkę gumową	
12	Drzwiczki wyposażone w zamykanie na klucz	
13	Port dostępu do wnętrza chłodni ø23mm z gumową zaślepką - do wprowadzania dodatkowych czujników	
14	Przeszklenie drzwi wykonane z trójwarstwowego szkła uszczelnianego próżniowo z zabezpieczeniem uniemożliwiającym skraplanie	
15	Stabilność temperaturowa pracy gwarantowana do temperatury otoczenia max 32[°C]	
16	Rozdzielczość wyświetlania temperatury - potwierdzona wskazaniem wyświetlacza panelu sterowania: 0,1 [°C]	
17	Gwarantowana temperatura pracy +4[°C]	
18	Grubość izolacji cieplnej zamrażarki, min. 50 [mm]	

19	Izolacja cieplna klasyczna wykonana z pianki poliuretanowej	
20	Liczba worków min.: 200 x 250 ml i 120 x 450 ml	
21	Sterowanie mikroprocesorowe. Panel sterowania wyposażony w cyfrowy wyświetlacz temperatury podzielony na dwie niezależne sekcje, jedna do ustawiania i kontroli temperatury, druga do zarządzania systemem alarmowym oraz wyświetlania temperatur	
22	Panel sterowania z własnym zasilaniem bateryjnym do zarządzania systemem alarmowym do 48h, na wypadek awarii zasilania System alarmów dźwiękowych i wizualnych wzrostu lub spadku temperatury, otwartych drzwi, zanieczyszczenia skraplacza oraz braku zasilania z funkcją testowania alarmów.	
23	Chłodnia wyposażona w system wewnętrznej wentylacji gwarantującej równomierny rozkład temperatury w komorze	
24	Zewnętrzne urządzenie do rejestracji i edycji danych kompatybilne z oprogramowaniem PC w zakresie monitoringu parametrów pracy, rejestracji czasu dostępu oraz informacji na temat alarmów	
25	Wyposażenie dodatkowe: - Wkład zamienny do rejestratora temperatury (100 diagramów oraz dwa wkłady piszące) - zewnętrzne urządzenie do rejestracji i edycji danych	
26	Zasilanie: 230 [V]/50 [Hz]	
27	Okres gwarancji min. 24 miesiące	
28	Rok produkcji: 2018	
29	Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez:	Nazwa/Adres: …… …… Telefon: ……..……..……... Fax: ……..……..……

* wypełnia Wykonawca

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamrażarka do – 20^{0}C – 1 szt

MODEL, TYP …….

PRODUCENT ……..

Lp	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić*
1	Klasa II zgodnie z normą PN-EN 12469 zapewnia ochronę produktu, operatora i otoczenia.	
2	Rozdzielczość nastawy temperatury - 0,1°C	
3	Pojemność brutto powyżej 600 L	
4	Zintegrowany system alarmowy, optyczny i akustyczny - alarm temperatury ostrzega o przekroczeniu granic dopuszczalnych odchyleń temperatury, zbyt długo otwartych drzwiach, przerwie w zasilaniu.	
5	Zakres temperatury - od -10 do min. -20^{0}C	
6	Rejestracja zdarzeń alarmowych- zintegrowana pamięć danych - dokumentacja przynajmniej 30 ostatnich zdarzeń alarmowych z datą, godziną i temperaturą maksymalną, przebiegiem temperatur wnętrza z odstępem co maksymalnie 4 minuty. W sumie przynajmniej 2800 zapisów temperatury.	
7	Możliwość podłączenia alarmu do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania, odczyt danych zapisanych w pamięci wewnętrznej, złącze szeregowe RS 485 - połączenie maksymalnie 20 urządzeń w sieć z centralnym systemem dokumentacji.	
8	Lokalizacja układu chłodzenia w górnej części urządzenia dla zwiększenia pojemności użytkowej	
9	Zawór wyrównujący ciśnienie dla bezproblemowego otwierania drzwi	
10	Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury	
11	Wymiary zewn. w mm. (SxGxW) maksymalnie 700/850/2200	
12	Wymiary wewn. w mm. (SxGxW)-minimalnie 530/650/1550	
13	Zużycie energii w ciągu 24 h maksymalnie 4,71kwh	
14	Układ chłodzenia dynamiczny	
15	Materiał obudowy - kolor Stal/ biały	
16	Drzwi Pełne	
17	Materiał wnętrza - stal chromoniklowa	

ZP-18-134BN aparaty i urządzenia medyczne

18	Rodzaj sterowania - elektroniczne	
19	Zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy	
20	Interfejs – RS 485	
21	Złącze beznapięciowe	
22	Ilość półek w standardzie - minimum 4 szt.	
23	Max. obciążenie półek - minimum 60 kg.	
24	Okres gwarancji min. 24 miesiące	
25	Rok produkcji: 2018	
26	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	Nazwa/Adres: …… …… Telefon: ……..……..……... Fax: ……..……..……

* wypełnia Wykonawca

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Mikroskop diagnostyczny – 1szt

MODEL, TYP …….

PRODUCENT ……..

Lp	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić*
1	Mikroskop laboratoryjny, dolnostolikowy do prowadzenia obserwacji w świetle przechodzącym • obiektywy: 4x, 10x, 20x, 40x, 100 x obserwacje: pole jasne	
2	STATYW Stabilna i wytrzymała metalowa rama wykonana z odlewanego ciśnieniowo stopu aluminium, pokryta wysokiej jakości tworzywem sztucznym Ergonomiczna konstrukcja pozwalająca na jednoczesną kontrolę stolika i śruby precyzyjnej dłonią spoczywającą na blacie Zamontowany z tyłu statywu schowek na przewód sieciowy	
3	SYSTEM OPTYCZNY Optyka korygowana do nieskończoności	
4	NASADKA OKULAROWA • Nasadka trójokularowa o kącie nachylenia 30 stopni • Regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 48 - 75 mm • Stały podział światła okular/kamera: 50/50% Regulacja dioptryjna w zakresie +/- 5 dioptrii w jednym tubusie okularowym	
5	OKULARY • Powiększenie 10x, numer pola FN = 20 • Wyposażone w zwijane, elastyczne, wymienne osłonki gumowe • Fabrycznie pokryte warstwą grzybobójczą • Regulacja dioptryjna w zakresie +/- 5 dioptrii w jednym okularze Możliwość montażu wkładek mikrometrycznych	
6	REWOLWER OBIEKTYWOWY • Wbudowany w statyw • Pochylony do tyłu w celu zwiększenia powierzchni roboczej • Min. 5-pozycyjny • Ułatwienie zmiany obiektywu w torze optycznym przez zastosowanie ergonomicznej podstawki pod palce, kolorystycznie odróżniającej się od statywu, wbudowanej w statyw nad rewolwerem oraz gumowej, karbowanej opaski rewolweru	
7	OBIEKTYWY • Długość optyczna maksymalnie 45 mm • Planachromatyczne • Dostosowane do pola widzenia FN = 22 • Fabrycznie pokryte warstwą grzybobójczą • Powiększenie, apertura numeryczna (NA), minimalna	

	odległość robocza (WD): 4x NA = 0,10 WD = min. 18,5 mm 10x NA = 0,25 WD = min. 10,5 mm 20x NA = 0,40 WD = min. 1,2 mm 40x NA = 0,65 WD = min. 0,6 100x NA = 1,25 WD = min. 0,13 mm	
8	STOLIK MECHANICZNY • Bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu • Rozmiar (szer. x głęb.): min. 210 x 150 mm • Zakres przesuwu w płaszczyźnie xy: min. 75 mm x 50 mm • Pokrętło sterowania stolikiem w płaszczyźnie „xy" umieszczone po prawej stronie statywu • Wyskalowane osie „x" i „y" • Uchwyt na jeden preparat • Możliwość rozbudowy o uchwyt na dwa preparaty i matę antypoślizgową montowalną na stoliku mechanicznym • Blokada pozycji stolika w płaszczyźnie „xy" ułatwiająca pracę z preparatem bez uchwytu	
9	MECHANIZM OGNISKUJĄCY • Współosiowe, pełnowymiarowe, umieszczone z obu stron statywu śruby zgrubna (makro) i precyzyjna (mikro) • Zakres przesuwu (śruba makro) min. 15 mm • Dokładność ogniskowania (śruba mikro) maks. 2,5 µm • Regulacja oporu śruby makro znajdująca się po prawej stronie statywu • Blokada wybranego położenia stolika w osi „z", zamontowana niezależnie od śrub zgrubnej i precyzyjnej, pozwalająca na łatwy powrót do płaszczyzny ostrości (np. po zmianie preparatu) i chroniąca preparat przed uszkodzeniem	
10	KONDENSOR • Kondensor Abbego o aperturze numerycznej NA = 1,25 • Karuzelowy, 7-pozycyjny, pozwalający w zależności od wybranej pozycji na pracę min.: w jasnym polu (4x – 100x), z obiektywem o powiększeniu 2x, ciemnym polu, kontraście fazowym (PH1, PH2, PH3), fluorescencji • Blokada pozycji dla jasnego pola za pomocą pokrętła fabrycznie wbudowanego w kondensor od spodu • Wbudowana i regulowana przesłona aperturowa • Blokada wybranej pozycji przesłony aperturowej za pomocą pokrętła fabrycznie wbudowanego w kondensor od spodu • Zamontowane z tyłu kondensora dwie śruby do centrowania wkładek fazowych	
11	OŚWIETLENIE • Wbudowany w statyw mikroskopu, centrowany fabrycznie oświetlacz LED o żywotności min. 60.000 h • Wbudowany w statyw mikroskopu centralnie z przodu na dole regulator natężenia światła • Ekonomiczny oświetlacz LED o poborze mocy nie większym niż 2,5 W (wartość nominalna)	
12	OŚWIETLACZ FLUORESCENCYJNY • Źródło światła niebieskiego typu LED o maksimum wzbudzenia: 470 nm	

	• Wymienny, kompaktowy, umieszczony z tyłu statywu, centrowany fabrycznie • Wysuwany z drogi optycznej podczas prowadzenia obserwacji innymi metodami	
13	WYPOSAŻENIE • Pokrowiec antystatyczny • Przewód sieciowy	
24	Okres gwarancji min. 24 miesiące	
25	Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez:	Nazwa/Adres: …… …… Telefon: ……..……..……... Fax: ……..……..……

* wypełnia Wykonawca

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Miejscowość ……. dnia ……2018 r.

……
Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: ……..…….....……
Siedziba: …….....……
REGON: ……..... NIP: …….....……
Tel:. …….....… Fax: ……..…….....……...
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym: …… ……
Tel:.....…… e-mail: ……..
Osoba upoważniona do podpisania umowy : …….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr 1 – komora laminarna 1 szt

Cena urządzenia bez podatku VAT i dodatkowych kosztów ……...……zł
podatek VAT…….. %
z podatkiem VAT …….zł
Słownie: …….....zł
Okres gwarancji …….miesięcy
Termin dostawy ……dni
Koszt transportu, instalacji, szkolenia brutto ……zł
RAZEM CENA OFERTY ……..zł
Słownie ……zł
producent oferowanego urządzenia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …….. oraz po jego upływie: ……..

PAKIET Nr 2 – zestaw do hybrydyzacji 1 szt

Cena urządzenia bez podatku VAT i dodatkowych kosztów ……...……zł
podatek VAT…….. %
z podatkiem VAT …….zł

Słownie: …….....zł

Okres gwarancji ……miesięcy

Termin dostawy ……dni

Koszt transportu, instalacji, szkolenia brutto ……zł

RAZEM CENA OFERTY ……..zł

Słownie ……zł

producent oferowanego urządzenia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …….. oraz po jego upływie: ……..

PAKIET Nr 3 – lodówka 1 szt

Cena urządzenia bez podatku VAT i dodatkowych kosztów ……...……zł

podatek VAT…….. %

z podatkiem VAT ……zł

Słownie: …….....zł

Okres gwarancji ……miesięcy

Termin dostawy ……dni

Koszt transportu, instalacji, szkolenia brutto ……zł

RAZEM CENA OFERTY ……..zł

Słownie ……zł

producent oferowanego urządzenia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …….. oraz po jego upływie: ……..

PAKIET Nr 4 – zamrażarka 1 szt

Cena urządzenia bez podatku VAT i dodatkowych kosztów ……...……zł

podatek VAT…….. %

z podatkiem VAT ……zł

Słownie: …….....zł

Okres gwarancji ……miesięcy

Termin dostawy ……dni

Koszt transportu, instalacji, szkolenia brutto ……zł

RAZEM CENA OFERTY ……..zł

Słownie ……zł

producent oferowanego urządzenia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …….. oraz po jego upływie: ……..

PAKIET Nr 5 – mikroskop diagnostyczny 1 szt

Cena urządzenia bez podatku VAT i dodatkowych kosztów ……...……zł

podatek VAT…….. %

z podatkiem VAT ……zł

Słownie: …….....zł

Okres gwarancji ……miesięcy

Termin dostawy ……dni

ZP-18-134BN aparaty i urządzenia medyczne

Koszt transportu, instalacji, szkolenia brutto ……zł

RAZEM CENA OFERTY ……..zł

Słownie ……zł

producent oferowanego urządzenia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …….. oraz po jego upływie: ……..

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w treści oferty wskazał długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach. Nie dopuszcza się wskazywania okresu gwarancji np. w dniach, bądź częściach miesięcy, np. 24,5. W takim przypadku Zamawiający zaokrągli długość okresu gwarancji w dół, np. 24,5 miesiąca zostanie zaokrąglone do 24 miesięcy.
Podanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące jak i również nie wskazanie okresu gwarancji w treści oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
3) Oświadczamy, że posiadamy: deklarację zgodności, zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych, CE*, dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do używania w jednostkach służby zdrowia na terenie Polski – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i na żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się je dostarczyć.
4) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7) Ofertę niniejszą składam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

** zaznaczyć właściwe*

_____ dnia __ __ __ roku

……

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach 40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

……

……..……
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……

……..……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA APARATÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA APARATÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO” prowadzonego przez SPSKM w Katowicach.

……..……. *(miejscowość),* dnia ……..……. r.

……
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub*

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……

……..…….....……..

……

……

_____ dnia _____2018 r.

……

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach 40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

……

……..……
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……

……..……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA APARATÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA APARATÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO”, - Pakiet nr ……, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,
b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____ dnia _____2018 r.

……

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.
***** *należy zaznaczyć właściwą odpowiedź*; *wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

Załącznik Nr 9 do SIWZ

UMOWA - PROJEKT

Zawarta w dniu …….. w Katowicach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z siedzibą: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24
NIP: 954 22 70 611
który reprezentuje:
Dyrektor - dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela
zwanym w treści umowy „Zamawiającym"
a
…….
z siedzibą:
NIP :…… REGON : ……..
który reprezentuje:
1 …….
2……..
zwanym w treści umowy „ Wykonawcą".

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……. – …… szt, producent: …….., model/typ: …….., rok produkcji: …….…… , zwanej dalej *artykułem* lub *przedmiotem umowy.*
2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracowaną dla postępowania poprzedzającego zawarcie przedmiotowej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż artykuł jest fabrycznie nowy, nieużywany, bez żadnych wad, kompletny, zdatny i dopuszczony do umówionego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy posiada certyfikat CE.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679 ze zmianami) oraz z właściwymi przepisami prawnymi, a także posiada wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzające, że oferowane artykuły sklasyfikowane są jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia następuje na podstawie dotacji Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2018". Aparaty przeznaczone są dla Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku

§ 2
Warunki dostawy i realizacji umowy

1. Przedmiot umowy dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do ……. od daty zawarcia niniejszej umowy, nie później jednak niż do 26.11.2018r
2. Miejsce dostarczenia przedmiotu umowy: Siedziba Zamawiającego, ul. Francuska 20-24, Katowice, Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku.
3. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną dostawą. Osobą, z którą wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę dostawy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia – tel. 32/259-16-67.
4. Zamawiający zastrzega, że artykuł może być dostarczony w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy będzie gotowy do użytku bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności przez Zamawiającego, w tym w szczególności montażu dodatkowych elementów. Wszelkie niezbędne elementy i czynności niezbędne do prawidłowego działania przedmiotu umowy zobowiązany jest zapewnić Wykonawca w ramach złożonej przez siebie oferty.
6. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania przedmiotu umowy oraz do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi.
7. W czasie transportu artykuł powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu, zabezpieczający przed utratą jego właściwości i parametrów a także oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości przedmiotu dostawy.
8. Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.:Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy. Wymienione dokumenty winny być sporządzone w języku polskim.
9. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego w jego siedzibie, po powiadomieniu Zamawiającego o dacie odbioru w sposób określony w pkt 3 niniejszego paragrafu. Podpisany protokół odbioru stanowi podstawę do przyjęcia przez Zamawiającego faktury.
10. Wykonawca zobowiązuje się - pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w §4 pkt 1:
    a) zrealizować przedmiot umowy w terminie określonym w § 2 pkt 1 niniejszej umowy,
    b) wymienić wadliwy artykuł na artykuł nowy, wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt.
    c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 wynosi brutto …..…. zł (słownie:……..), w tym należny podatek VAT …….. %., w tym:
   - Cena urządzenia bez podatku VAT i dodatkowych kosztów ……...……zł
   - podatek VAT…….. %
   - z podatkiem VAT …….zł
   - Słownie: …….....zł
   - Koszt transportu, instalacji, szkolenia brutto ……zł
   - RAZEM CENA OFERTY ……..zł
   - Słownie ……zł
2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty dostawy przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.
3. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Kary umowne i odsetki

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego artykułu na wolny od wad w terminach określonych odpowiednio w § 2 pkt 1 i § 2 pkt 10 ppkt 2 niniejszej umowy lub niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w § 6 umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

4. W przypadku zwłoki w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych w sposób, o którym mowa w pkt 5, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 2 pkt 1 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 pkt 10 ppkt 2 lub w § 6.

§ 6

Gwarancja, realizacja uprawnień gwarancyjnych

1. Wykonawca udziela ……[1] miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego.
3. Warunki gwarancji i serwisu określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny, oferta Wykonawcy oraz karta gwarancyjna. W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia serwis autoryzowany przez producenta artykułu na terenie Polski.
5. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: ……(nazwa i adres serwisu).
6. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy, przeglądy, konserwacje lub wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia artykułu lub jego części, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku.
7. Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego artykułu wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …….. oraz po jego upływie: ……..
8. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. Czas reakcji serwisu oznacza czas rozpoczęcia usuwania wady w miejscu, w którym artykuł jest używany, liczony od dnia przesłania Wykonawcy zgłoszenia o wadzie e-mailem lub faksem.
9. Zgłoszenia dokonywane będą w formie elektronicznej na następujący adres e-mail serwisu: …….. lub faxem na następujący nr: ……
10. Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
11. W przypadku, jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
12. W przypadku, gdy wymagany czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż przewidziany w pkt 10, gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.
13. W przypadku, gdy czas trwania naprawy przekraczać będzie 4 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia artykułu zastępczego o nie gorszych parametrach od opisanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia dla postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy.
14. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego istotnego elementu/podzespołu przekroczy 3 naprawy lub uszkodzenie uniemożliwia wykorzystanie artykułu w pełnym zakresie

[1] zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany artykułu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika

15. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostawy artykułu wolnego od wad.
16. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.
17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia części zamiennych do przedmiotu umowy przez okres minimum 10 lat od daty upływu terminu gwarancji.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
5. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA