

Katowice, dn. 02.10.2018r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę aparatury i urządzeń medycznych**.
Nr sprawy: ZP-18-134BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), udzielam następujących odpowiedzi :

Dotyczy Pakietu nr 5 – mikroskop diagnostyczny

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nasadki z dwustopniowym podziałem światła okular/kamera: 100/0%, 0/100% bez regulacji dioptryjnej (regulacja dioptryjna znajduje się w obu okularach)?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie regulacji dioptryjnej w zakresie +/- 5 doptrii w obu okularach?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rewolweru 4-pozycyjnego?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obiektywów dostosowanych do pola widzenia 20?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obiektywu 10x o odległości roboczej WD 8,0 mm
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
6. Czy zamiast wyspecyfikowanego kondensora Zamawiający dopuści zaoferowanie kondensora o następujących parametrach: • Kondensator Abbego o aperturze numerycznej NA = 1,25 • Wbudowana i regulowana przestona aperturowa • Fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby mikroskop nie zawierał oświetlacza fluorescencyjnego i był dostosowany jedynie do jasnego pola z opcją rozbudowy do ciemnego pola?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 3 – LODÓWKA

8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o większej pojemności np. 300 litrów zważywszy na wymóg przechowywania dużej ilości worków : 200 x 250 ml i 120 x 450 ml? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 1760 mm spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 1960 mm? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przeszkleniem drzwi wykonanym z dwuwarstwowego szkła uszczelnianego próżniowo? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**
12. Czy Zamawiający może sprecyzować w jaki sposób ma być zrealizowane zabezpieczenie na przeszkleniu drzwi uniemożliwiające skraplanie?
Odp.: Zabezpieczenie przy przeszkleniu drzwi uniemożliwiające skraplanie powinno być zrealizowane przez zastosowanie potrójnego szkła próżniowego w drzwiach oraz system grzania w obramowaniu szyby, która zapobiega tworzeniu się kondensatu pary a także podgrzewa uszczelkę i zapobiega przysysaniu się drzwi.
13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pojedynczy cyfrowy wyświetlacz temperatury pokazującym menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę oraz komunikaty tekstowe w języku polskim? Takie rozwiązanie pozwala na łatwą i szybką obsługę urządzenia, ułatwia poruszanie się w menu urządzenia, minimalizuje koszty w przypadku diagnozy napraw pogwarancyjnych. **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy Pakietu nr 4 – ZAMRAZARKA

14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez Zaworu wyrównującego ciśnienie? Z naszego doświadczenia zamrażarki do -20C nie potrzebują takiej funkcjonalności z racji braku powstawania podciśnienia uniemożliwiającego otwarcie drzwi ? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
15. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 597 litrów brutto ? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Dotyczy Pakietu nr 1 – KOMORA LAMINARNA

16. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory z szyba frontową pochyloną o 10° oraz o grubości ≥ 5 mm ? Oferowany kąt nachylenia gwarantuje komfort pracy z komorą. **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
17. Zamawiający w punkcie 2 podaje szybkości przepływu powietrza w komorze bez informacji czy dotyczy to przepływu powietrza w dół (ang. downflow) czy doływu powietrza do komory (ang. inflow). Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory z przepływem powietrza w dół 0,33 m/s oraz z doływem powietrza 0,53 m/s? Oferowane parametry zapewniają bezpieczeństwo próbki oraz Użytkownika i są zgodne z normą EN 12469. **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
18. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory bez kompensacji zużycia filtrów? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**
19. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory bez dostępnej procedury czyszczenia szyby frontowej? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**
20. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory bez systemu nadzorującego błędy i informujące o konieczności badania serwisowego lub zbliżającym się terminie wymiany filtrów? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**
21. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory o wadze 270 kg? . **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
22. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory bez funkcji stand-by? . **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
23. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory z 1 wentylatorem? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**
24. Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie komory o wymiarach zewnętrznych 1087x775x2265mm i wymiarach wewnętrznych 910x600x660mm? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Powyższe odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego postępowania.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*