

Katowice, dnia 14.11.2018r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do badań diagnostycznych**.
Nr sprawy: ZP – 18 – 135 UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Pakiet nr 2, pozycja 9, 10, 12 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów, posiadających certyfikat ASR. **Odp. Tak.**

Pytanie 2) Pakiet nr 2, pozycja 4, 6, 11 - czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów z fluorochromem PC7 **Odp. Tak.**

Pytanie 3) Czy Zamawiający w **Pakiecie 2** w pozycji 6 wymaga klonu N901(NKH-1), a w pozycji 12 klonu KOR-SA3544. **Odp. Tak.**

Pytanie 4) Czy Zamawiający w **Pakiecie 2** w pozycji 14 wymaga produktu kappa-polyclonal F(ab')₂rabbit, a w pozycji 15 lambda-polyclonal F(ab')₂Rabbit? **Odp. Tak.**

Pytanie 5) Czy Zamawiający w **Pakiecie 2** w pozycji 9 i 10 dopuści produkt pakowany po 2ml a w pozycji 12 pakowany po 1ml? **Odp. Tak.**

Pytanie 6) Czy Zamawiający w **Pakiecie 3** pozycji 4,5,6 dopuści produkt o wielkości opakowania 1ml? **Odp. Tak.**

Pytanie 7) Czy Zamawiający wydzieli z **Pakietu 3** pozycje 10 z powodu wycofania produktu z oferty producenta? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ – Rozdział I pkt 3 zdanie drugie SIWZ.**

Pytanie 8) Czy Zamawiający w **Pakiecie 2 i 3** dopuści karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku angielskim? **Odp. Tak.**

Pytanie 9) Dotyczy **ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 2 zapisu, żeby faktury za dostarczony towar przekazywane były Zamawiającemu razem z dostawą w formie papierowej, lub w formie elektronicznej na adres:@..... nie później niż w dniu doreczenia towaru?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.

Pytanie 10) Dotyczy **ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej w poniżej przedstawiony sposób:

§ 3 ust. 1

W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub nie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych w § 1 pkt. 2 i 6 niniejszej umowy Zamawiający nalicza, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.**

ZP-18-135 UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pytanie 11) Dotyczy **ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w **§ 3 ust. 2** poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 5 % wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*