

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do aorty brzusznej

[Nr sprawy : ZP-11-014UN](#)

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm.), udzielam następujących odpowiedzi :

PYT.1 DOTYCZY PAKIETU NR 1 Czy zamawiający zgodzi się na podział pakietu na dwa zadania lub dopuści proponowany przez naszą firmę stentgraft zenith flex oraz lp o poniższych parametrach technicznych umożliwiający leczenie tętniaków aorty nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach:

parametry stentgraftu do aorty brzusznej , piersiowej i umożliwiający implantację w tętniakach pękniętych typu zenith.

zenith flex

- rozwidlony stentgraft aortalny dostarczony z systemem wprowadzającym wyposażonym w koszulki naczyniowe o hydrofilnej powierzchni z zastawkami hemostatycznymi zbudowane z stentów stalowych i materiału poliestrowego z niepokrytą koroną fiksującą uwalnianą niezależnie od części krytej. proponowane rozmiary :

system rozwidlony :

- średnice części aortalnych (body) od 22mm do 36mm oraz długości od 74mm do 162mm

- średnice części biodrowych od 8mm do 24mm oraz długości od 39mm do 124mm

zenith low profile

- system modułowy rozwidlony o systemie dostarczania 16f i dostarczany z koszulkami naczyniowymi 18f , wykonany z samorozprężalnych stentów nitinolowych i materiału poliestrowego z fiksacją nadnerkową w postaci korony. dostępne średnice trzony głównego (body) 22-32mm oraz długości od 70mm do 128mm, dostępne średnice odnóg (leg) 10-24mm oraz długości 36-120mm

zenith piersiowy

- stentgraft piersiowy modułowy z bezpiecznym mechanizmem uwalniania zapobiegający przedwczesnemu zafiksowaniu części proksymalnej i umożliwiający precyzyjne umiejscowienie protezy. system dostarczania 20-22f. dostępne średnice od 22 do 42mm i długości elementu od 115mm do 216mm

System umożliwiający implantację w tętniakach pękniętych UNI-parametry:

- stentgraft uni-iliac umożliwiający fiksację nadnerkową o budowie jedno lub dwu częściowej. dostępne średnice od 22mm do 36mm oraz długości głównego elementu od 108mm do 161mm oraz dostawek od 39mm do 124mm .dostępny system okluzyjny (occluder) typu korek o średnicy 10-24mm

umożliwiamy użyczenia w komis 6 zestawów o różnych rozmiarach pozwalających efektywnie zaopatrzyć pilnych pacjentów zaopatrywanych w trybie doraźnym.

Dotyczy § 4 ust. 1 załącznika nr 8 do siwz – wzór umowy

Prosimy o obniżenie kar umownych wynikających z opóźnienia w realizacji dostaw i zmianę brzmienia tego paragrafu na:

„... 1. w przypadku nie wykonania dostawy przez wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez wykonawcę braków ilościowych w zamawianym towarze lub nie wymienieniu wadliwego towaru w terminie określonym w § 2 pkt 7 a i b niniejszej umowy zamawiający naliczy, a wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0.5% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. „ **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYT.2 Prosimy o zmianę zapisu umowy § 4 ust. 1

W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamawianym towarze lub nie wymienieniu wadliwego towaru w terminie określonym w § 2 pkt 7 a i b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy– za każdy dzień zwłoki. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYT.3 Dotyczy wzoru umowy, par. 1 ust. 4 Prosimy o zmianę terminu dostawy na 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYT.4 Dotyczy wzoru umowy, par. 1 ust. 5 Prosimy o zmianę treści ww. zapisu na następujący:

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, maksymalnie do 80% wartości umowy, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYT.5 Dotyczy wzoru umowy, par. 4 ust. 1 Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości netto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYT.6 Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1 stentgraftów brzusznych i piersiowych o poniższych parametrach .:

STENTGRAFT AORTALNY, PIERSIOWY

- Wzory: prosty otwarty, podwójny, prosty ścięty, wolna sprężyna, „custom made”,
- Forma: tabularna lub stozkowa,
- Długości : 130, 150, 170, 230mm
- Średnice: 24,26,28,30,33,36,40,44mm
- Bez stentgraftu uni-iliac i okludera.....

Odp. Zamawiający nie cytuje całego pytania z opisem oferowanych stentgraftów, bowiem takie pytanie jest sprzeczne z art.38 ustawy Pzp. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści SIWZ ale NIE MA PRAWA ZMIENIAĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – (rozdz.II SIWZ, str.2) Zamawiający w SIWZ określił precyzyjnie przedmiot zamówienia i opis ten podtrzymuje.

*upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*