

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych łóżek medycznych Nr sprawy : ZP-11-029BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następujących odpowiedzi :

PYT.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 4 tygodni od daty zawarcia umowy do 8 tygodni? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYT.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z tytułu zwłoki w wykonaniu lub należytem wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy z 5% na 0,5% wartości umownej brutto przedmiotu zamówienia, nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYT.3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego zasilanie wynosi 230 V, 50Hz bez sygnalizacji włączenia do sieci ?

PYT.4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego długość zewnętrzna wynosi 2280 mm z możliwością przedłużenia leża o 150 mm?

PYT.5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości: przy całkowicie opuszczonych barierkach 1020 mm, natomiast przy całkowicie podniesionych barierkach 970 mm ?

PYT.6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego szczyt łóżka od strony głowy porusza się wraz z leżem ?

PYT.7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym panel sterowniczy umieszczony jest pod szczytem w wysuwanej półce na pościel od strony nóg pacjenta ?

PYT.8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, którego zakres regulacji wysokości wynosi od 450 mm do 850 mm ?

PYT.9 Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem sterowniczym wyposażonym w przycisk, który realizuje natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych za wyjątkiem funkcji ratunkowych?

PYT.10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez systemu samoczynnego blokowania się wszystkich kół po 180 sekundach nieużywania łóżka ?

PYT.11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie wyposażone w alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta ?

PYT.12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w podwójny system ważenia odnotowujący całkowitą wagę pacjenta i jej zmianę na jednym wyświetlaczu elektronicznym? Rozwiązanie to nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych łóżka. Wyświetlane wskazania są wyraźne i czytelne dla personelu obsługującego.

PYT.13 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada system ważenia nie wyposażony w możliwość archiwizacji?

PYT.14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z kołami o średnicy 150 mm nie wyposażonymi w alarm informujący o odblokowaniu podstawy ?

PYT.15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o dopuszczalnym obciążeniu 230 kg ?

PYT.16 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki boczne dwuczęściowe z możliwością cichej i lekkiej regulacji nie wspomagane sprężynami gazowymi ?

PYT.17 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z czterema kółkami jezdnyimi, w tym dwa posiadają indywidualną blokadę umieszczoną przy kółeczkach ?

PYT.18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę nie wyposażoną w dodatkową półkę na basen pod konstrukcją szafki ?

PYT.19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę nie wyposażoną w zamek na klucz ?

Odpowiedź na pytania nr 3 - 19 : Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka zgodne z opisem zawartym w SIWZ.

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek**