

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych łóżek medycznych [Nr sprawy : ZP-11-029BN](#)

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następujących odpowiedzi :

PYT.1 Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóżka wyposażonego w akumulator, Zamawiający oczekuje rozwiązania opartego o dwa akumulatory tj. jeden wyłącznie dla zapewnienia działania funkcji szokowej, a drugi dla pozostałych? Takie rozwiązanie wydatnie podnosi poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacjach szokowych. ?

Odp. : Wszystkie oczekiwania i wymogi Zamawiający określił w SIWZ.

PYT.2 Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumn prostokątnych, gwarantujących wyższą stabilność leża niż kolumny cylindryczne, równie łatwe do utrzymania czystości, jak kolumny cylindryczne? Pragniemy w tym miejscu poinformować, iż w łóżkach o konstrukcji z zastosowaniem kolumn cylindrycznych prześwit pod łóżkiem jest zredukowany do ok. 3 cm pod kolumną, która jest najbardziej zewnętrznym elementem podstawy łóżka i może zostać łatwo uszkodzona przy progach i przejazdach przez nierówności. **Odp. : Zamawiający oczekuje łóżek, które opisał w SIWZ.**

PYT.3 Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym sterowanie funkcjami elektrycznymi odbywa się jedynie przy pomocy obustronnie wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego paneli centralnych z funkcjami selektywnej blokady oraz od strony wewnętrznej dla pacjenta (ograniczone funkcje), z przyciskami wodoodpornymi, membranowymi? **Odp. : NIE.**

PYT.4 Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 433-821 mm?

PYT.5 Czy Zamawiający może doprecyzować, czy poprzez pozycję krzesła kardiologicznego, rozumie sekwencję ruchów łóżka polegającą na uniesieniu oparcia, jednoczesnym podniesieniu segmentu uda i automatycznym samodzielnym opuszczeniu segmentu podudzia, a następnie przechyleniu ramy to pozycji anty-Trendelenburga?

Odp. : Wszystkie oczekiwania i wymogi Zamawiający określił w SIWZ.

PYT.6 Czy Zamawiający dopuści by łóżko było wyposażone w elektryczną funkcję pozycji szokowej bez elektrycznej funkcji CPR, gdyż już jest wyposażone w mechaniczną funkcję CPR jako najbardziej niezawodną w sytuacji wymagającej jej użycia? Funkcja szokowa jest dostępna po naciśnięciu jednego przycisku wyraźnie oznaczonego na żółto, w celu podwyższenia bezpieczeństwa funkcjonowania tej funkcji jest ona zasilana dodatkowo z osobno wbudowanego akumulatora, który obsługuje tylko tą funkcję. Po uruchomieniu funkcji pozycji szokowej łóżko rozpoczyna sekwencję ruchów poziomujących leże a następnie przechylenie leża do pozycji Trendelenburga.

Odp. : Odp. : Zamawiający oczekuje łóżek, które opisał w SIWZ

PYT.7 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w elektryczną funkcję egzaminacyjną, polegającą na wy poziomowaniu leża i obniżeniu go? **Odp. : Zamawiający oczekuje łóżek, które opisał w SIWZ**

PYT.8 Czy Zamawiający dopuści (w odniesieniu do pkt. 21 opisu przedmiotu zamówienia) łóżko wyposażone w przycisk blokowania/odblokowania funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym): wysokości, segmentu oparcia pleców, segmentu oparcia nóg, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, poziomowania leża, pozycji krzesła kardiologicznego? **Odp. : Zamawiający oczekuje łóżek, które opisał w SIWZ**

PYT.9 Czy Zamawiający dopuści odłączenie funkcji elektrycznych dostępnych tylko dla personelu med. po 60 s?

Odp. : NIE.

PYT.10 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta? **Odp. : NIE.**

PYT.11 Czy Zamawiający dopuści, by pomiary układu ważenia prezentowane były na jednym elektronicznym, czytelnym wyświetlaczu? **Odp. : NIE.**

PYT.12 Czy Zamawiający dopuści system ważenia pacjenta bez możliwości archiwizacji? **Odp. : NIE.**

PYT.13 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze w pozycji horyzontalne oraz dla każdej pozycji leża i segmentów 220 kg? **Odp. : NIE.**

PYT.14 Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z kolorowego laminatu (tworzywa wielowarstwowego) z anodyzowanymi, aluminiowymi narożnikami? **Odp. : Zamawiający oczekuje łóżek, które opisał w SIWZ**

PYT.15 Czy Zamawiający dopuści szafkę z możliwością blokowania i odblokowania kółek nie na wysokości ręki pacjenta? **Odp. : Zamawiający oczekuje łóżek, które opisał w SIWZ**

PYT.16 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w koszyk boczny (np. na basen), zamiast półki pod konstrukcją szafki? **Odp. : NIE**

PYT.17 Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego szafki w zakresie 701 - 1110 mm? **Odp. : NIE**

Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka zgodne z opisem zawartym w SIWZ.