

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ~~dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego.~~
Nr sprawy : ZP-11-032BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

Pytania dotyczą Pakietu nr 5:

Pytanie 1) Czy Zamawiający wymaga podłoża AMIES czy STUART? Z węglem czy bez? ***Odp. Podłoże STUART bez węgla.***

Pytanie 2) Czy wymazówka ma być stosowana podczas zabiegów inwazyjnych m.in. z otwartych ran, gdzie wymagana jest kl. med. Ila czy kl. med. I-ej ograniczającej do naturalnych otworów i części ciała? ***Odp. Wymazówka może być stosowana do zabiegów inwazyjnych.***

Pytanie dotyczy Pakietu nr 6:

Pytanie 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na pozycje w obrębie pakietu nr 6? Pozwoli to na składanie ofert przez większą liczbę oferentów i w rezultacie zwiększy konkurencję ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.***

Pytania dotyczą zmiany umowy:

Pytanie 4) Z Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw cząstkowych z 3 do 5 dni roboczych? ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.***

Pytanie 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu: „ Wykonawca zapłaci kary umowne za zwłokę w dostawie w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki” i jednocześnie zmieni treść § 4 ust. 1 na : „Wykonawca zapłaci kary umowne za zwłokę w montażu, szkoleniu w wysokości 1% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki” ? ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.***

*Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*