

Katowice: DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ZP-11-034BN
Numer ogłoszenia: 73122 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2591668, faks 032 2591671, 2554633.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.spskm.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ZP-11-034BN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1 - Cewnik centralny dwuświatłowy Pakiet 2 - Cewnik centralny trójświatłowy Pakiet 3 - Kaniule dożylnie Pakiet 4 - System próżniowy do pobierania krwi + dzierzawa aparatu do OB Pakiet 5 - Materiały do systemu SERRES Pakiet 6 - Rękawice chirurgiczne Pakiet 7 - Rękawice diagnostyczne Pakiet 8 - Igły jednorazowe Pakiet 9 - Aparat do przygotowywania i pobierania leków Pakiet 10 - Prześcieradła papierowo-foliowe Pakiet 11 - Zestaw do punkcji opłucnej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia powyższy warunek oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów : a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp wg wzoru na załączniku nr 14 do SIWZ (oryginał); b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie; c) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesiący przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mieleckiego ŚUM 40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24 budynek administracji - dyrekcji).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mieleckiego ŚUM 40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24 budynek administracji - dyrekcji, pok. nr 2).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Cewnik centralny dwuświatłowy.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Cewnik centralny dwuświatłowy 7F o dł. 20cm. ze znacznikiem głębokości, średnica każdego światła cewnika 16/16G. Jedno światło zabezpieczone dodatkowo oprócz zacisku ślizgowego zastawką bezzwrotną uniemożliwiającą cofanie się krwi i aspirację powietrza. Prowadnica z elastyczną końcówką J o średnicy 0.89mm i dł. 50cm. Dodatkowy przewód do odczytu wewnątrzprzedsionkowego Ekg, strzykawka 5ml, ostrze do nacięcia skóry, igła Seldingera.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 3.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Cewnik centralny trójświatłowy.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Cewnik centralny trójświatłowy 7F o dł. 20cm. ze znacznikiem głębokości, średnica każdego światła cewnika 16/18/18G. Dwa światła zabezpieczone dodatkowo oprócz zacisku ślizgowego zastawką bezzwrotną uniemożliwiającą cofanie się krwi i aspirację powietrza. Prowadnica z elastyczną końcówką J o średnicy 0.89mm i dł. 50cm. Dodatkowy przewód do odczytu wewnątrzprzedsionkowego Ekg, strzykawka 5ml, ostrze do nacięcia skóry, igła Seldingera.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 3.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kaniuła dożylna.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Kaniuła dożylna z poliuretanu posiadająca: wskaźnik rtg min. 4, łatwość przenikania przez tkanki (powłoki skórne), dodatkowy port do podawania leków, oznakowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Port z zastawką jednokierukowego przepływu. Port zamykany zatyczką samodomykającą się. Port typu luer. Skrzydełko elastyczne pozwalające na łatwe mocowanie kaniuli. Zabezpieczenie przed wypływem krwi. Data ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu folia-papier wielowarstwowy, wykonany z materiału odpornego na mikrorozszczelnienia gwarantujące bezpieczeństwo mikrobiologiczne jej użytkowanie np. TYVEK. rozmiary: 24G dziecięca, 22G, 20G, 18G, 17G, 16G 14G.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 3.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: System zamknięty aspiracyjno-próżniowy do pobierania krwi + dzierzawa aparatu do odczytu OB.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Probówka do badań hematologicznych (antykoagulant - K3 EDTA) Ø 11mm, 2 - 3 ml. Probówka do badań układu krzepnięcia (cytrynian sodu) Ø 11mm, 2 - 3 ml. Probówka do badań biochemicznych (do pozyskiwania surowicy), z aktywatorem krzepnięcia Ø 13mm, 4 - 5 ml. Ø 15mm, 7 - 8 ml. Probówka do OB. wersja logarytmiczna 2 - 4 ml. Probówka do pozyskiwania osocza - heparyna litowa Ø 11mm, 2 - 4 ml. Igła systemowa jednoczęściowa-kaniula zespolona z nasadką. Ostrze ułatwiające penetrację do tkanki (ostrość igły) 0,8 0,9 0,7 Igły typu motylek do pobierania krwi w systemie zamkniętym 0,9x80mm dł. drenu 0,8x80mm dł. drenu Łącznik do podawania leków (igła system-strzykawka Luer) Łącznik do końcówek typu Luer (igła Luer-probówka system) Probówki do reniny (antykoagulant K3 EDTA) Ø 16mm, 9 - 10 ml. Igły motylkowe do pobierania krwi na posiew 0,8x200mm dł. denu, sterylne, jednoczęściowe, bez konieczności montażu.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 3.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Materiały do systemu SERRES.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Wkłady workowe do ssaka jednorazowe, 2l, niesterylne z filtrem przeciwbakteryjnym pełniącym funkcję zastawki zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu Proszek żelujący w saszetkach wykonanych z materiału rozpuszczalnego w wodzie ilość proszku odpowiednia do żelowania max. 2l. zawartości Wkłady jednorazowe do ssaka, niesterylne z filtrem przeciwbakteryjnym pełniącym funkcję zastawki zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu o poj. 1l.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 3.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Rękawice chirurgiczne.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Rękawica chirurgiczna z lateksu, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, łatwe w nakładaniu na wilgotne lub mokre ręce z poszerzoną częścią grzbietową zapobiegającą szybkiemu męczoniu dłoni, pakowane w papier, obustronnie foliowane, AQL=1, sterylne, rozm. 5.5 - 9.0 Rękawica chirurgiczna z poliizoprenu, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, w pełni anatomiczne, opakowanie wewnątrz papierowe, zewnątrz foliowe, próżniowe, AQL=1, rozm. 6.0 - 9.0.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.

- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 3.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Rękawice medyczne.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, AQL=1,5, poziom protein 50ug/g, mikroteksturowane, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, rolowany brzeg, rozm. S, M, L. Zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 Rękawice diagnostyczne, nitylowe, grubość min. 0,05mm, wytrzymałość na zerwanie w okresie przechowywania min. 6N, AQL=1,5, oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, odporne na przenikanie wirusów (zgodnie z ASTM F 1671), przebadanie na przenikalność co najmniej 4 substancji chem. (zgodnie z EN 374-3), posiadające certyfikat przydatności do kontaktu z żywnością. Wszystkie dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu. Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, rolowany brzeg rozm. S, M, L Rękawice diagnostyczne, nitylowe, AQL=1,5, mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, badania na przenikliwość substancji chemicznych i badania na przenikliwość cytostatyków, rozm. S, M, L Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, AQL=1,5, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, badania na przenikliwość substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, równomiernie rolowany brzeg, rozm. S, M, L Rękawice foliowe, kształt uniwersalny, rozm. S, M, L.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 3.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Igły jednorazowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Igły jednorazowe ze szczelnym połączeniem luer-lock i szczelnie zatopioną igłą w nasadce. Wymagane ostre brzegi zakończenia igły, barwne nasadki igły i kolor jednostkowy opakowania odpowiadające rozmiarowi. Data ważności na opakowaniu jednostkowym, mankiet opakowania jednostkowego min. 0.5cm. igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,5x25 1op. - 100szt. igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,6x30 1op. - 100szt. igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,7x30 1op. - 100szt. igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,8x40 1op. - 100szt. igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,9x40 1op. - 100szt. igły domięśniowe jednorazowe Luer 1,1x40 1op. - 100szt. igły domięśniowe jednorazowe Luer 1,2x40 1op. - 100szt..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 3.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelki.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Aparaty do przygotowywania i pobierania leków z butelki 50-500ml. Zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wbudowany filtr zapewniający jałowość 24 godz. Szczelna zatyczka zamykająca łącznik luer-lock.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 3.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Prześcieradło na rolce.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Prześcieradło papierowo-foliowe na rolce, szer. 51cm, dł. 40m, pasujące do podajnika na kozetce, perforowane co 50cm.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 3.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zestaw do punkcji opłucnej.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igła Veressa o dł. 100mm, 150mm, z zastawką, workiem 2000ml. i strzykawką 50ml., sterylny.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 3.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.