

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę różnych artykułów medycznych** Nr sprawy : ZP-11-034BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pyt.1. Pakiet 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 24G wykonanej z PTFE, widocznej w USG, bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli w opakowaniu typu TYVEK/twardy blister zabezpieczającym przed utratą jałowości? **Odp.: Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SIWZ.**

Pyt.2. Pakiet 7 poz.1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje rękawic przebadanych na przenikalność substancji chemicznych jedynie w pozycji 2, 3 i 4. **Odp.: Tak, jest to omyłka Zamawiającego. Rękawice przebadane na przenikalność substancji chemicznych mają być w poz. 2, 3 i 4.**

Pyt.3. Pakiet 7,poz.3 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały oznakowane, jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej, analogicznie jak rękawice nitrylowe w pozycji 2, (pragniemy nadmienić iż podwójne oznakowanie umożliwia legalne stosowanie rękawic medycznych w zastosowaniach nie związanych z kontaktem z pacjentem np. dezynfekcja powierzchni, narzędzi), gdzie przepisy BHP nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi właściwego środka ochrony osobistej). **Odp.: TAK.**

Pyt.4 Pakiet 3 pkt.1"Kaniuła dożylna"

Koreczek portu dzięki posiadaniu mechanizmu szczelnego zamknięcia, uniemożliwiającego samoistne otwarcie się portu w istotny sposób ogranicza ryzyko zakażenia wynikające z przypadkowego otwarcia się koreczka. Ma to miejsce w przypadku stosowania tzw. zatyczki samozamykającej/ samo otwierającej się.

Prosimy o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem uniemożliwiającym samootwarcie się.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SIWZ.

Pyt.5. Pakiet 3,poz.1 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z 3 paskami RTG, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp.: Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SIWZ.**

Pyt.6. Pakiet 6,poz.1,2 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe, bez wewnętrznej struktury sieci,, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp.: NIE.**

Pyt.7. Pakiet 6,poz.2 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe, wykonane z polichloroprenu (neoprenu), spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp.: Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SIWZ.**

Pyt.8. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby wszystkie dane były fabrycznie umieszczone przez producenta na opakowaniu. Wykonawca dołączy do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań SIWZ. **Odp.: Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SIWZ.**

Pyt.9. Pakiet 7,poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice z wyraźną teksturą na całej powierzchni, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp.: TAK**

Pyt.10. Pakiet 11,poz.1 Czy Zamawiający dopuści sterylny bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa o dł. 100mm, workiem 2000ml i strzykawką 60ml? **Odp.: TAK**

UWAGA !

W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w ofertach udzielonych odpowiedzi, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert. Aktualny termin składania ofert to : **26 kwiecień 2011r godz.11:00** Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o **godz.11:30**

**Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**