

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę sprzętu do badań angiograficznych*

Nr sprawy : ZP-11-035BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz 759 z póź. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

### Pytanie 1: do pakietu nr 1 pozycja 10 i 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu: „ Prowadnik pokryty teflonem lub powłoką hydrofilną zakrzywiony J0.014, J0.018, J0.022, J0.032, J0.035, J0.038, długości 150cm-300cm?

*Odp. Zamawiający dopuszcza taki rodzaj przewodnika.*

### Pytanie 2: do pakietu nr 1 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 przewodnik hydrofilny prosty 0.014 o długości 150- 300cm?

Czy próbka przewodnika może być o długości 150cm lub 300cm?

*Odp. TAK*

### Pytanie 3: do pakietu nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania próbek dla wykonawców, których produkty zostały już przetestowane i obecnie są dostarczane do jednostki na podstawie umowy przetargowej.

*Odp. Zamawiający gwarantuje równe traktowanie Wykonawców oraz zapewnia stworzenie warunków uczciwej konkurencji , w związku z tym Wykonawca nie odstępuje od wymogu dostarczenia próbek dla wykonawców, których produkty zostały już przetestowane i obecnie są dostarczane do jednostki Zamawiającego na podstawie umowy przetargowej.*

*upoważnienia DYREKTORA SPSKM  
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Mołek*