

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę sprzętu medycznego**
Nr sprawy : ZP-11-046BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz 759 z póź. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1,2 i 3 kaniule bezpieczne wykonane z PTFE zamiast wymaganego poliuretanu?

Uzasadnienie: Dopuszczenie powyższych parametrów pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej na te pakiety i zaoferować jedną z najlepszych jakości wkleć dla Państwa Klinik .

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2- Dotyczy pakietu 4 igły do portów 1

Czy Zamawiający dopuści Iglę do portów naczyniowych zakrzywiona pod kątem 90° do przepłukiwania portów typu Hubera, 20G dł. 20 mm zamiast 25 mm

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3- Dotyczy pakietu 4 igły do portów 1

Czy Zamawiający dopuści Iglę do portów naczyniowych zakrzywiona pod kątem 90° do przepłukiwania portów typu Hubera, 20G dł. 35 mm zamiast 25 mm

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4- Dotyczy pakietu 4 igły do portów 1

Czy Zamawiający dopuści Iglę do portów naczyniowych zakrzywiona pod kątem 90° do przepłukiwania portów typu Hubera, 22G dł. 22 mm zamiast 20G

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5- Dotyczy pakietu 1 poz 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne kaniule z 3 paskami RTG, tylko w rozmiarach 22G x 25mm, 20G x 32mm i 18G x 45mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6- Dotyczy pakietu 2 poz 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 3 paskami RTG?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7- Dotyczy pakietu 3 poz 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 3 paskami RTG?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8- Dotyczy pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu igły do portów posiadające plastyczne skrzydełka pozwalające na ich odpięcie po założeniu igły (co zmniejsza obrys igły ponad skórą) oraz sztywną przezroczystą platformę (pozwalającą na obserwację miejsca wkłucia) zabezpieczoną od skóry pacjenta miękką gąbką?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9-

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w §3 ust.4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Czy w celu miarkowania wysokości kar umownych Zamawiający doda w par. 4 ust 1 zdanie: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia oraz obniży kare z 1% na 0,5% oraz w zakresie zapisów §4 ust. 4 i wprowadzi jako obowiązujące kary umowne liczone od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ

*Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*