

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę sprzętu medycznego*

Nr sprawy : ZP-11-046BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

### Pytanie 1- Pakiet Nr 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od kaniuli w rozmiarze 22Gx45mm ponieważ według naszej wiedzy kaniula w takim rozmiarze nie istnieje.

*Odp. Zamawiający koryguje omyłkę pisarską, wymagana długość wynosi 22Gx25mm (+/-1)*

### Pytanie 2- Pakiet Nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy automatyczne zabezpieczenie końca igły ma chronić przed zakłuciem i zachlapaniem ( ekspozycja śluzówkowo skórna)?

*Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga*

### Pytanie 3- Pakiet Nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy port boczny ma być zamykany zatyczką samo domykającą się, co w znacznym stopniu ogranicza ryzyko wystąpienia zakażenia?

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

### Pytanie 4 - Pakiet Nr 1 poz. 1

Z uwagi iż zatyczka „ samodomykająca” charakteryzuje się także możliwością przypadkowego smootwierania- co w konsekwencji stwarza zagrożenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego portu- prosimy o doprecyzowanie- czy Zamawiający oczekuje mechanizmu samootwierającego (samo domykającego się), czy też dopuszcza zatyczkę, która będzie bezpieczna dla pacjenta i zagwarantuje dotykliwość (otwieralność) tylko w przypadku świadomego działania pielęgniarki eliminując tym samym zarówno możliwość samo domknięcia a zwłaszcza niebezpieczeństwa przypadkowego samo otwarcia?

Prosimy o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem uniemożliwiającym samo otwarcie się portu

*Odp. Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.*

### Pytanie 5 - Pakiet Nr2 poz. 1 „Kaniule dożylnie”

Koreczek portu dzięki posiadanemu mechanizmowi szczelnego zamknięcia, uniemożliwiającego samoistne otwarcie się portu w istotny sposób ogranicza ryzyko zakażenia wynikające z przypadkowego otwarcia się koreczka.

Prosimy o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem uniemożliwiającym przypadkowe sammootwarcie się

*Odp. Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.*

*Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w Załączniku Nr 4, Pakiet 4- Igły do portów- pkt. 2, ostatnia pozycja:*

*jest 20Gx25mm powinno być 22Gx25mm*

*Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM  
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Mołek*