

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę różnego sprzętu medycznego*
Nr sprawy : ZP-11-059UN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

1. **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 19 aparat do gimnastyki oddechowej składający się z trzech stopniujących cylindrów wskazujących szybkość przepływu powietrza (600,900,1200 ml/s) ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 19 ww. aparat do gimnastyki oddechowej.

2. **Pytanie 2: Paragraf 2 ust. 7 pkt b**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez wydłużenie terminu wymiany wadliwego towaru do 72h.

Odp. Zgodnie z SIWZ

3. **Pytanie 3: Paragraf 3 ust. 5**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„Zmiana ceny określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić w formie aneksu w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki VAT, opłat celnych lub cen urzędowych”

Odp. Zgodnie z SIWZ

4. **Pytanie 4: Paragraf 4 ust. 4**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych o co najmniej 2 dni Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów leczniczych u innego sprzedawcy a różnicą kosztów obciąży Wykonawcę albo żądania zapłaty ich wartości, zachowując w obu przypadkach roszczenie o naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.”

Odp. Zgodnie z SIWZ

5. **Pytanie5: Paragraf 4 ust. 1**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamawianym towarze lub niewymienieniu wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych w § 2 pkt 7 b i 7c niniejszej umowy Zamawiając naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto dostawy dostarczonej ze zwłoką– za każdy dzień zwłoki.”

Odp. Zgodnie z SIWZ

6. **Pytanie 6 : dot. Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rurek ustno- gardłowych w rozmiarach:

00- 50mm

0- 60 mm

- 1- 70 mm
- 2- 80 mm
- 3- 90 mm
- 4 – 100mm

Odp. Zgodnie z SIWZ

***upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek***