

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę różnego sprzętu medycznego*  
Nr sprawy : ZP-11-059UN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

**Pytanie 1:**

**Pakiet 14 poz. 1-2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie wymaganej ilości do 5 szt. z każdej pozycji. Taka ilość w zupełności wystarczy aby sprawdzić właściwości elektrody oraz jej wygląd.

***Odp. Zgodnie z SIWZ***

**Pytanie 2:**

**Pakiet nr 14 poz. 8**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie pełnego rozmiaru oraz czy papier ma być z nadrukiem czy bez.

***Odp. Szerokość rolki 5,5 cm, papier bez nadruku.***

**Pytanie 3:**

**Pakiet 14 poz. 9**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie czy papier ma być gładki czy z nadrukiem.

***Odp. Papier z nadrukiem.***

**Pytanie 4:**

**Pakiet 14 poz. 3-4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie złożenia próbek po 1 op. w najmniejszym opakowaniu po 250g, ze względu na wagę paczki oraz fakt iż kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

***Odp. Zamawiający nie zmienia ilości opakowań wymaganych próbek, natomiast dopuszcza próbki w najmniejszym opakowaniu po 250g.***

**Pytanie 5:**

**Pakiet 14 poz. 13-14**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie złożenia próbek po 1 szt. Taka ilość w zupełności wystarczy aby sprawdzić czy asortyment spełnia Państwa wymagania.

***Odp. Zgodnie z SIWZ***

*upoważnienia DYREKTORA SPSKM  
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Mołek*