

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę narzędzi chirurgicznych*
Nr sprawy : ZP-11-064BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Pytanie 1: poz.1
Prosimy o dopuszczenie pincety o szer. szczęk 2,8mm
Odp. Zamawiający dopuszcza.
2. Pytanie 2: poz.3
Prosimy o dopuszczenie pincety chirurgicznej , delikatnej, wąskiej typu Semken o dł. 150mm.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
3. Pytanie 3: poz.4
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 150mm. pozostałe wymagania bez zmian
Odp. Zgodnie z SIWZ.
4. Pytanie 4: poz.7
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 300mm. pozostałe wymagania bez zmian
Odp. Zamawiający dopuszcza
5. Pytanie 5: poz.8
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 140mm. z twardą wkładką do igieł 0,3mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza
6. Pytanie 6: poz.9
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 170mm. z twardą wkładką do igieł 0,3mm
Odp. Zamawiający dopuszcza
7. Pytanie 7: poz.10
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 180mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza
8. Pytanie 8: poz.11
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 160mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza
9. Pytanie 9: poz.13
Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 170mm.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
10. Pytanie 10: poz.14
Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 150mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza
11. Pytanie 11: poz.17
Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 180mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza

12. **Pytanie 12:** poz.18
Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 230mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza
13. **Pytanie 13:** poz.19
Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 225mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza
14. **Pytanie 14:** poz.35
Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 16cm, pozostałe wymagane parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza
15. **Pytanie 15:** poz.37
Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 200mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza
16. **Pytanie 16:** poz.37
Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 215 mm względnie 225 mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza
17. **Pytanie 17:** pakiet nr 1 poz.nr 1
Prosimy o dopuszczenie do przetargu pincety anatomicznej z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey długość 200mm 8' szczęka 3,5 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza
18. **Pytanie 18:** pakiet nr 1 poz.nr 11
Prosimy o dopuszczenie do przetargu imadła chirurgicznego typ Mayo- Hegar szczęki z kanałkiem, medium nacięcia na szczękach krzyżowe 0,5mm długość 160mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza
19. **Pytanie 19:** pakiet nr 1 poz.nr 14
Prosimy o dopuszczenie do przetargu nożyczek preparacyjnych typ MAYO- STILLE zakrzywione długość 150 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza
20. **Pytanie 20:** pakiet nr 1 poz.nr 18
Prosimy o dopuszczenie do przetargu nożyczek naczyniowych z twardą wkładką typ De Bakey długość 230 mm 8 3/4 odgięte pod kątem 60 stopni ucha nożyczek złożone?
Odp. Zamawiający dopuszcza
21. **Pytanie 21:** pakiet nr 1 poz.nr 24
Prosimy o dopuszczenie do przetargu pincety automatycznej delikatnej z twardą wkładką wąska pyszczki szpiczaste długość 210 mm 9' pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza
22. **Pytanie 22** pakiet nr 1 poz.nr 36
Prosimy o dopuszczenie do przetargu kleszczyków naczyniowych łukowato wygiętych z uzębieniem atraumatycznym typ Lentz długość 195mm 8' pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza
23. **Pytanie 23:** poz.20
Prosimy o dopuszczenie nożyczek typu Potts- Smith, zakrzywionych pod kątem 450° o dł. 190mm. będących odpowiednikiem nożyczek wymaganych przez Zamawiającego. (fotografia w załączeniu)
24. **Pytanie 24:** poz.21
Prosimy o dopuszczenie nożyczek typu Potts- Smith, zakrzywionych pod kątem 60° o dł. 190mm. będących odpowiednikiem nożyczek wymaganych przez Zamawiającego (fotografia w załączeniu)
- Pytanie 25:** poz.24
Prosimy o dopuszczenie pęsety typu Potts- Smith, o dł. 23cm. (fotografia w załączeniu)

25. **Pytanie 26: poz.26**
Prosimy o dopuszczenie zacisku odgiętego po łuku o dł. szczęk 14,5 mm(fotografia w załączeniu)
26. **Pytanie 27: poz.27**
Prosimy o dopuszczenie zacisku prostego o dł. szczęk 14,5 mm. (fotografia w załączeniu)
27. **Pytanie 28: poz.28**
Prosimy o dopuszczenie zacisku prostego o dł. szczęk 13 mm. i dł. całkowitej 40mm(fotografia w załączeniu)
28. **Pytanie 29: poz.30**
Prosimy o dopuszczenie zacisku odgiętego po łuku o dł. całkowitej 85 mm (fotografia w załączeniu)
29. **Pytanie 30: poz.31**
Prosimy o dopuszczenie zacisku o dł. 120mm, długość branży pracującej 40 mm (fotografia w załączeniu)
30. **Pytanie 31: poz.32**
Prosimy o dopuszczenie zacisku o dł. 130mm, długość branży pracującej 35 mm (fotografia w załączeniu)
31. **Pytanie 32: poz.36**
Prosimy o dopuszczenie kleszczyków naczyniowych typu Lambert- Kay z uzębieniem atraumatycznym o dł. 210 mm, długość rozwarcia branży 40 mm(fotografia w załączeniu)

Odp. Pyt. nr 23-32 Zamawiający ze względów formalnych- sprzeczność z wymogami ustawy Pzp, nie może udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Ze względu na dołączone fotografie, pytania mają znamiona oferty.

**upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**