

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę materiałów do sterylizacji II*

Nr sprawy : ZP-11-066BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Pytanie 1: Pakiet 3

Czy Zamawiający miał na myśli gramaturę włókniny min. 60g/m<sup>2</sup> ?

*Odp. Zamawiający koryguje omyłkę pisarską. Zamawiająca wymaga gramaturę włókniny min. 60g/m<sup>2</sup>.*

2. Pytanie 2: Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści opakowania włókninowo- foliowe o temp. zgrzewu 170-185<sup>0</sup>C?

*Odp. Zgodnie z SIWZ.*

3. Pytanie 3: Pakiet 3

Czy Zamawiający miał na myśli normę EN ISO 11607 ?

*Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga zgodności przedmiotu zamówienia z normą PN-EN ISO 11607.*

4. Pytanie 4: Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści opakowania włókninowo- foliowe o rozmiarze 320x500mm ?

*Odp. Zgodnie z SIWZ.*

5. Pytanie 5: Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowania włókninowo- foliowe o rozmiarze 420x600mm ?

*Odp. Zamawiający dopuszcza opakowania w ww. rozmiarze.*

6. Pytanie 6: Pakiet 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowania włókninowo- foliowe o rozmiarze 400x760mm ?

*Odp. Zamawiający dopuszcza opakowania w ww. rozmiarze.*

*upoważnienia DYREKTORA SPSKM  
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Mołek*