

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów opatrunkowych**. Nr sprawy : ZP-11-073BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

PAKIET Nr 4

Pyt.1. Poz.1 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunków hydrożelowych o rozmiarze \varnothing 6,5cm bądź owal 5,5 x 11cm w miejsce wymaganych opatrunków o rozmiarze 5 x 7,5cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ. **Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pyt.2. Poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunków hydrożelowych o rozmiarze 10 x 12cm w miejsce wymaganych opatrunków o rozmiarze 10x10cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ. **Odp.: TAK.**

Pyt.3. Poz.3 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunków hydrożelowych o rozmiarze 12 x 24cm bądź 22 x 28cm w miejsce wymaganych opatrunków o rozmiarze 20 x 20cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ. **Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Pyt.4. Poz.4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunków hydrożelowych o rozmiarze 6 x 12cm w miejsce wymaganych opatrunków o rozmiarze 7,5 x 10cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ. **Odp.: TAK.**

*Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*