

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **protezy naczyniowych**. Nr sprawy : ZP-11-076BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm. ), udzielam następującej odpowiedzi :

**Pyt.1.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1 podpunkt A protezy naczyniowych o długości 20 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.  **Odp.: TAK.**

**Pyt.2** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1 podpunkt B protezy naczyniowych o długości 50 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.  
 **Odp.: TAK**

**Pyt.3** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1 podpunkt C protezy naczyniowych o długości 70 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.  **Odp.: TAK**

**Pyt.4** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1 podpunkt D protezy naczyniowych o długości 40 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.  **Odp.: TAK**

**Pyt.5** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie czy w pakiecie nr 4 podpunkt nr B Zamawiający miała na myśli protezy naczyniowe zbrojone pojedynczymi usuwalnymi pierścieniami z możliwością regulacji zbrojenia na całej długości protezy?  **Odp.: TAK**

**Pyt.6** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie czy w pakiecie nr 4 podpunkt nr C Zamawiający miała na myśli protezy naczyniowe zbrojone pojedynczymi usuwalnymi pierścieniami z możliwością regulacji zbrojenia na całej długości protezy z możliwością 3 krotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia?  **Odp.: W Pakiecie Nr 4 ppk C przedmiotem zamówienia są protezy naczyniowe impregnowane frakcjonowaną heparyną a nie zbrojone.**

**Pyt.7** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 4 podpunkt C protezy naczyniowych impregnowanych frakcjonowaną heparyną-wiązanie kowalencyjne heparyny ze ścianą protezy, bioaktywność ściany protezy do 8 miesięcy o średnicy 6 mm i długości 40 cm.  
 **Odp.: TAK**

**Pyt.8** Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie czy w pakiecie nr 5 podpunkt C miał na myśli protezy naczyniowe typu stretch-rozciągliwe wzdłuż osi długiej ze znacznikiem określającym właściwe napięcie protezy zbrojone śródściennie pojedynczymi pierścieniami wykonanymi z PTFE z możliwością 3 krotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia?  
 **Odp.: NIE.**

*upoważnienia* **DYREKTORA SPSKM**  
**Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy**  
*mgr Ewa Molek*