

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń laboratoryjnych i elektrokardiografu.**  
**Nr sprawy :** ZP-11-079BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm. ), udzielam następującej odpowiedzi :

**Pyt.1.** Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach 295x225x65 (mm).**Odp.: TAK.**

**Pyt.2** Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez współpracy z przystawką spirometryczną? **Odp.: NIE**

**Pyt.3** Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez przystawki spirometrycznej i ustników?. **Odp.: NIE**

**Pyt.4** Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pulsoksymetrem z częstotliwością tętna 30-235? . **Odp.: TAK**

*upoważnienia* **DYREKTORA SPSKM**  
**Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy**  
*mgr Ewa Molek*