

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę procesorów mowy do systemów implantów ślimakowych i implantów zakotwiczonych w kości na przewodnictwo kostne.**  
Nr sprawy : ZP-11-080UN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm. ), udzielam następującej odpowiedzi :

**Pyt.1** Czy Zamawiający wymaga dostawy tytanowego implantu o średnicy gwintu min. 4,4mm, który zagwarantuje większą stabilność mierzoną poprzez bezinwazyjne pomiary RFA ( Resonance Frequency Analysis) ?  **Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pyt.2** Czy Zamawiający wymaga dostarczenia nasadki na czas gojenia po zabiegu w minimum dwóch rozmiarach w zależności od rodzaju zastosowanej techniki chirurgicznej ?  **Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pyt.3** Czy Zamawiający wymaga aby zaofertowany procesor dźwięku posiadał sygnalizację akustyczną i wizualną stanu pracy urządzenia ( na przykład: zmiana programów)?  **Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pyt.4** Czy Zamawiający wymaga aby zaofertowany procesor dźwięku posiadał możliwość zaczepienia wewnątrz implantu ?  **Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pyt.5** Jakiego ostrza dermatomu wymaga Zamawiający do dostarczenia przez Oferentów ?  **Odp.: Zamawiający uzupełnił SIWZ o konieczność dostarczenia przez wykonawcę instrumentarium do wszczepienia implantu. W jego skład powinien wchodzić także dermatom. W związku z tym jednorazowe ostrze do dermatomu musi być kompatybilne z dermatomem wchodzącym w skład kompletnego instrumentarium.**

**Pyt.6** Czy Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć oryginalne ilustrowane foldery, materiały techniczne producenta z potwierdzonymi wymaganymi parametrami technicznymi urządzenia wraz z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaofertowanych parametrów i wyposażenia ( Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach)?  **Odp.: Zamawiający swoje wymogi określił w SIWZ. Dopuszcza dołączenie do oferty folderów, materiałów technicznych ale ich nie wymaga.**

*Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM  
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*