

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę probówek eppendorf, chłodziarki i zamrażarki.** Nr sprawy : ZP-11-085BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pyt.1 Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie temperatury wnętrza od +2 do + 15°C?
Odp.: TAK.

PAKIET Nr 2

Pyt.2 Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie zamrażarki o pojemności wynoszącej 322L? **Odp.: NIE.**

Pyt.3 Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie zamrażarki o pojemności wynoszącej 450L? **Odp.: TAK.**

Pyt.4 Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie zamrażarki z rejestratorem, bez możliwości wydruku? **Odp.: NIE.**

Pyt.5 Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie zamrażarki z rejestratorem tarczowym, w którym zapis temperatury odbywa się na papierowych tarczach, w miejsce wydruku? **Odp.: TAK.**

Pyt.6 Czy Zamawiający zgodzi się na świadectwo wzorcowania wystawione przez inną akredytowaną jednostkę niż Urząd Miar? **Odp.: TAK.**

PAKIET Nr 3

Pyt.7 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie chłodziarki laboratoryjnej z zakresem temperatur wewnątrz chłodziarki od 0 do + 15 st.C ? **TAK**

Pyt.8 Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie zamrażarki z rejestratorem, bez możliwości wydruku? **Odp.: NIE.**

Pyt.9 Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie zamrażarki z rejestratorem tarczowym, w którym zapis temperatury odbywa się na papierowych tarczach, w miejsce wydruku? **Odp.: TAK.**

Pyt.10 Czy Zamawiający zgodzi się na świadectwo wzorcowania wystawione przez inną akredytowaną jednostkę niż Urząd Miar? **Odp.: TAK.**

*Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*