

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania elektrolitów**. Nr sprawy : ZP-11-089UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następującej odpowiedzi :

**Pytanie 1)** Czy Zamawiający w Parametrach wymaganych, pkt 6 dopuści analizator oznaczający Ca we krwi, surowicy, osoczu i dializatach bez możliwości oznaczania w moczu ?  **Odp. Nie.**

**Pytanie 2)** Czy Zamawiający w Parametrach wymaganych, pkt 6 dopuści analizator z C.V.= 10 % dla Na i 5 % dla K w pomiarach w moczu ?  **Odp. Nie.**

**Pytanie 3)** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości analizatora o zakresach pomiarowych:

**Pełna krew, surowica, osocze**

Na <sup>+</sup>	100 - 200	mmol/l
K <sup>+</sup>	1,0 - 10,0	mmol/l
Cl <sup>-</sup>	50 - 150	mmol/l
Li <sup>+</sup>	0,20 - 3,50	mmol/l

**Mocz**

Na <sup>+</sup>	10 - 300	mmol/l
K <sup>+</sup>	2 - 200	mmol/l
Cl <sup>-</sup>	15 - 400	mmol/l

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*