

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę haka automatycznego i USG przenośnego**.
Nr sprawy : ZP-11-093BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pyt.1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu USG o wadze 9kg? Uzasadnienie: Różnica jest znikoma, a większość aparatów USG posiada wagę między 5 a 15 kg. **Odp.: Przedmiotem zamówienia jest aparat USG przenośny i dlatego Zamawiający podtrzymuje swój wymóg określony w SIWZ.**

Pyt.2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu USG z możliwością regulacji linii bazowej w czasie rzeczywistym. **Odp.: NIE, zgodnie z SIWZ.**

*Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*