

## **WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników IV**.  
**Nr sprawy :** ZP-11-095BN.

**W związku z pytaniami Wykonawców, które cytują poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następującej odpowiedzi :**

**Pytanie 1)** Dotyczy **Pakietu nr 2**. Czy Zamawiający wymaga zestawów do oznaczania wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda, poz. 10 i 11 załącznika nr 2, które przeznaczone są i walidowane przez producenta do badań w surowicy i w moczu ?  ***Odp. Tak.***

**Pytanie 2)** Dotyczy **Pakietu nr 2**. Czy w Pakiecie nr 2 poz, 10 i 11 Zamawiający wymaga zestawów opartych na przeciwciałach poliklonalnych ?  ***Odp. Tak.***

**Pytanie 3)** Dotyczy **Pakietu nr 3**. Czy Zamawiający dopuści czytnik z określeniem barwy próbki moczu przy pomocy czytnika barkodu lub oprogramowania zewnętrznego?  ***Odp. Dopuszcza.***

**Pytanie 4)** Dotyczy **Pakietu nr 3**. Czy Zamawiający dopuści czytnik z panelem dotykowym?  ***Odp. Dopuszcza.***

**Pytanie 5)** Dotyczy **Pakietu nr 3**. Czy Zamawiający wymaga czytnika z pamięcią wewnętrzną na 3000wyników?  ***Odp. Tak.***

**Pytanie 6)** Dotyczy **Pakietu nr 3**. Czy Zamawiający wymaga czytnika w którym zastosowano minimalny kontakt próby badanej z analizatorem poprzez zastosowanie automatycznego usuwania pasków do jednorazowego pojemnika na zużyte testy znajdującego się na zewnątrz aparatu?  ***Odp. Tak.***

**Pytanie 7)** Dotyczy **Pakietu nr 4**. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zamieszczonego pod Pakietem nr 4 jeżeli oferenci zagwarantują bezawaryjną i prawidłową pracę aparatu ( poprzez zapewnienie bezpłatnego serwisu) w trakcie realizacji zamówienia oraz udziela gwarancji na elektrody zainstalowane w aparacie ( będące na gwarancji producenta elektrod)?  ***Odp. Tak.***

**Pytanie 8)** Dotyczy **pakietu nr 1 i 5**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do projektu umowy dzierżawy zapisu: Koszty przeglądów technicznych, konserwacji, napraw, wymiany części uszkodzonych i zużywalnych systemu ponosi Wykonawca. Produkty uszkodzone przez personel z powodu niewłaściwej eksploatacji będą wymieniane na koszt Zamawiającego.  ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.***

**Pytanie 9)** Dotyczy **pakietu nr 1 i 5**. Prosimy o poprawkę w pkt. 3 par. 3 projektu umowy: powinno być – „ustawą z dnia 20 maja 2010 r.”  ***Odp. Zamawiający poprawia w Załączniku nr 10 Umowa – Projekt oczywistą pomyłkę pisarską w § 3 pkt 3 i nadaje mu prawidłowe brzmienie „Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz.679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.”***

**Pytanie 10)** Dotyczy **pakietu nr 1 i 5**. Metodyki oraz Karty charakterystyk produktów będących przedmiotem postępowania są dostępne na stronie internetowej oferenta. Czy Zamawiający uzna za wystarczające zapewnienie dostępu do wyżej wymienionych dokumentów za pośrednictwem strony internetowej?

Uzasadnienie: Zamawiający obecnie jest użytkownikiem oferowanych w niniejszym postępowaniu przetargowym wyrobów. Jednocześnie Wykonawca może oświadczyć, iż każdorazowo na życzenie Zamawiającego dostarczy powyższe dokumenty w formie drukowanej? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 11)** Dotyczy **pakietu nr 1**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oznaczanie jednego z parametrów - B2 Microglobulina, było wykonywane na wstawionym dodatkowo aparacie immunochemicznym AxSYM, do czasu jego wprowadzenia do menu aparatu głównego? Wszystkie pozostałe testy wykonywane byłyby na analizatorze głównym. ***Odp Tak..***

**Pytanie 12)** Dotyczy **pakietu nr 1**. Czy Zamawiający dopuści do diagnostyki kiły zamiast testu VDRL, test immunochemiczny, dwustopniowy oparty na technologii CMIA do jakościowego wykrywania obecności przeciwciał przeciw Treponema pallidum? ***Odp Tak..***

**Pytanie 13)** Dotyczy **pakietu nr 1**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w wymaganych parametrach techniczno-eksploatacyjnych analizatora immunochemicznego pkt. 3 z „Minimalna wydajność -200 ozn./h” na „Wydajność analizatora - 200 ozn./h”? ***Odp. Tak.***

**Pytanie 14)** Dotyczy **pakietu nr 1**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas uzyskania wyników niektórych parametrów był dłuższy niż 20 minut? ***Odp. Tak.***

**Pytanie 15)** Dotyczy **pakietu nr 1**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości zaoferowanych oznaczeń do pełnych opakowań i podanie w kolumnie nr 7 formularza cenowego, zał. nr 1, ceny jednostkowej netto za opakowanie a nie za test? ***Odp. Zamawiający w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców zaokrągła ilość zamawianych testów do pełnych setek wg załączonego Formularza asortymentowo – cenowego - Załącznika nr 1.***

**Pytanie 16)** Dotyczy **pakietu nr 5**. Czy ze względu na inne niż podane przez Zamawiającego konfekcjonowanie pozycji nr 3 Tacrolimus Control Immunosupresant MCCLYP Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania 12 x 2 ml, zamiast 10x 12 ml oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości zaoferowanych oznaczeń do pełnych opakowań. ***Odp. Zamawiający prostuje omyłkę pisarską. Prawidłowy opis konfekcjonowania Tacrolimus Control Immunosupresant MCCLYP w pozycji nr 3 w kolumnie nr 5 winien być: 12x2ml. W załączeniu poprawiony Formularz asortymentowo – cenowy Załącznik nr 5.***

*Z upoważnienia Dyrektora  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*

## Załącznik Nr 1

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Ilość potrzebna do wykonania 16. 000 oznaczeń (testów) / 3 miesiące**

**Pakiet nr 1 - Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Numer katalogowy	Producent + nazwa handlowa preparatu	Oferowana wielkość opak. jednostkowego	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto opakowania	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
<b>A</b>	<b>Odczynniki do oznaczania:</b>								
1	Anty HBs - 600 testów / 3 m-ce								
2	WIT B12 - 300 testów / 3m-ce								
3	Anty HCV - 1 300 testów / 3m-ce								
4	B2 microglobuliny 800 testów / 3 m-ce								
5	CMV IgG - 600 testów / 3 m-ce								
6	CMV IgM - 600 testów / 3 m-ce								
7	Cyklosporyny 800 testów / 3 m-ce								
8	Kwasu foliowego 200 testów / 3 m-ce								
9	Free T3 - 400 testów / 3 m-ce								
10	Free T4 - 600 testów / 3 m-ce								
11	Hbs Ag - 1 300 testów / 3 m-ce								

12	<b>PSA całkowitego</b> - 300 testów / 3 m-ce								
13	<b>Troponiny</b> - 400 testów / 3 m-ce								
14	<b>Estradiolu</b> - 300 testów / 3 m-ce								
15	<b>Ferrytyny</b> - 400 testów / 3 m-ce								
16	<b>FSH</b> - 300 testów / 3 m-ce								
17	<b>Insuliny</b> - 200 testów / 3 m-ce								
18	<b>LH</b> - 300 testów / 3 m-ce								
19	<b>Prolactyny</b> - 300 testów / 3 m-ce								
20	<b>Testosteronu</b> - 100 testów / 3 m-ce								
21	<b>TSH 3 gen.</b> - 1000 testów / 3 m-ce								
22	<b>PTH</b> - 600 testów / 3 m-ce								
23	<b>CEA</b> - 600 testów / 3 m-ce								
24	<b>CA 125</b> - 500 testów / 3m-ce								
25	<b>CA 19 - 9</b> - 500 testów / 3 m-ce								
26	<b>CA 15 - 3</b> - 500 testów / 3 m-ce								
27	<b>Toxo IgM</b> - 200 testów / 3 m-ce								
28	<b>Toxo IgG</b> - 200 testów / 3 m-ce								
29	<b>HIV</b> - 100 testów / 3 m-ce								
30	<b>Anty Hbc Total</b> - 200 testów / 3 m-ce								

31	Anty Hbe - 100 testów / 3 m-ce								
32	Hbe Ag - 100 testów / 3 m-ce								
33	AFP - 300 testów / 3m-ce								
34	Anty TPO - 200 testów / 3 m-ce								
35	Anty TG - 100 testów / 3 m-ce								
36	Peptydu C - 100 testów / 3 m-ce								
37	DHEA-S - 100 testów / 3 m-ce								
38	VDRL - 300 testów / 3 m-ce								
39	BNP - 200 testów / 3 m-ce								
<b>B</b>	<b>Materiały kontrolne</b>								
<b>C</b>	<b>Kalibratory</b>								
<b>D</b>	<b>Materiały zużywalne</b>								
<b>Wartość ogółem:</b>									

**UWAGA:**

**kontrolne, kalibratory, materiały zużywalne muszą być podane na w/w ilość badań**

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ 2011 roku

\_\_\_\_\_  
 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy

## Załącznik nr 5

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

## Pakiet nr 5 - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora „ARCHITEKT i 1000 SR”

Lp.	ASORTYMENT	Równoważna nazwa asortymentu	Producent	Wymagana wielkość opakowania	Proponowana wielkość opakowania	Ilość zamawiana	Cena jedn. netto opak. z kol.6	Wartość		
								Netto	VAT	Brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tacrolimus Reagent w tym celki, probówki, reagent precipitation			50-100 testów		1000 t				
2.	Tacrolimus Calibrator			A-6-9ml		9ml				
				B-F4,-3-5ml		4,5ml				
3.	Tacrolimus Control Immunosupresant MCCLYP			12x2ml		24ml				
4.	Sirolimus Reagent			50-100 testów		100 t				
5.	Sirolimus Calibrator			A-9ml		9ml				
				B-F4,5ml		4,5ml				
6.	Concentrated Wash Buffer			4 x 1 l		16 l				
7.	Triger Solution			4 x 1 l		8 l				
8.	Pre Triger Solution			4 x 1 l		8 l				
9.	Probe Conditioning Solution			4x25 ml		100ml				
10.	Split Septum			1x200szt		200 szt				
11.	Reaction Vessels			4x500 szt		4000 szt				
<b>Wartość ogółem:</b>										

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2011 roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)