

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę różnych urządzeń medycznych-D.**
Nr sprawy : ZP-11-114BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pakiet Nr 1

Pyt.1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie zużywające 30 litrów wody na cykl 3 minutowy? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na macerator o następujących parametrach:

poz. 7 – waga bez załadunku: 72 kg? **Odp.: TAK**

poz. 8 – wymiary (wys. x szer. x głęb.) (1050 x 518 x 662) mm ? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

poz. 9 – prosimy o odstępnie od tego wymogu. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Macerator nie jest klasyfikowane jako urządzeniem medycznym i objęte jest 23% stawką VAT.

poz. 11 Czy Zamawiający wymaga kaczki tradycyjnej o pojemności 900 ml? **Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga..**

poz. 11 Czy Zamawiający wymaga basenu płaskiego o pojemności 2 l (duży basen płaski) czy 1,3 l (średni basen płaski)? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt.3 Czy Zamawiający **wymaga** aby macerator był wyposażony w dozownik i zbiornik płynu dezynfekującego (5 l), wbudowany w urządzenie i stanowiący jego integralną część?. **Odp.: Zgodnie z SIWZ**

Pyt.4 Czy Zamawiający **wymaga** aby macerator posiadał czytelny wyświetlacz LCD pokazujący stan urządzenia i ułatwiający jego obsługę? Wyświetlacz sygnalizuje błędy i usterki w procesie eksploatacji maceratora i umożliwia personelowi obsługującemu podjęcie racjonalnej decyzji podczas użytkowania.? **Odp.: Zgodnie z SIWZ**

Pyt.5 Czy Zamawiający **wymaga** aby cały proces maceracji był dokonywany przy użyciu wody, bez rozdrabniania wsadu na sucho? Rozwiązanie takie zapewni optymalne rozdrobnienie wsadu i zapobiega zatykaniu się instalacji kanalizacyjnej **Odp.: Zgodnie z SIWZ**

Pyt.6 Czy Zamawiający **wymaga**, aby macerator oraz zestaw naczyń pochodziły od jednego producenta. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczne, bezawaryjne funkcjonowanie maceratorów? **Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga..**

Pyt.7 Czy Zamawiający **wymaga** dołączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego, iż system maceracji tj. maceratory oraz naczynia pochodzący od jednego producenta zapewnia bezpieczne, bezawaryjne funkcjonowanie maceratorów? **Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga..**

Pyt.8 Czy Zamawiający **wymaga** maceratora wyposażonego w silnik jedno lub trójfazowy o mocy 1,1kw? Moc silnika 1.1 kW gwarantuje prawidłowe i szybsze oraz bezawaryjne rozdrobnienie wsadu, zwłaszcza w sytuacji pełnego obciążenia maceratora. **Odp.: Zgodnie z SIWZ**

Pyt.9 Czy Zamawiający **wymaga** nożnego otwarcia pokrywy poprzez podczerwień? Tylko nożne otwieranie pokrywy poprzez podczerwień maceratora umożliwia dokonanie tej czynności w sposób higieniczny i przede wszystkim bez pomocy rąk, które są w tym momencie zajęte trzymaniem wsadu do maceratora – rozwiązanie takie eliminuje ryzyko upuszczenia z rąk wsadu lub wylania jego zawartości i dlatego właśnie

znalazło zastosowanie w konstrukcjach maceratorów. Jest to jedyne zabezpieczenie przed zakażeniami krzyżowymi. Rozwiązanie takie również oszczędza czas pracy personelu. **Odp.: Zgodnie z SIWZ**

Pyt.10 Czy Zamawiający **wymaga** aby w trakcie 2 minutowego cyklu urządzenie dokonywało automatycznego splukiwania komory po zakończeniu procesie maceracji? **Odp.: Zgodnie z SIWZ**

Pyt.11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach : waga urządzenia bez załadunku 85kg, wysokość urządzenia 940mm. **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pyt.12 Czy Zamawiający **wymaga** aby panel górny zbudowany był z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z antybakteryjną domieszką, która zapobiega namnażaniu się mikroorganizmów na powierzchni urządzenia? **Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania zawarł w SIWZ.**

Pyt.13 Czy Zamawiający **wymaga** aby informacje o alarmach (niedomknięta pokrywa, brak wody, zablokowany odpływ) sygnalizowane były za pomocą podświetleń diodowych? **Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania zawarł w SIWZ.**

*Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*