

## **WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników wraz z dzierżawą urządzeń**. Nr sprawy : ZP-12-001UN.

**W związku z pytaniami Wykonawców, które cytują poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759), udzielam następującej odpowiedzi :**

**Pytanie 1)** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 wymaga testu o najwyższej czułości 10 ng /ml ?  
***Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.***

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*