Katowice, dn. 03.01.2014r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatorów – VIII.* *Nr sprawy: ZP – 13 - 128 UN.*

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. *(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami)*, udzielam następującej odpowiedzi:

Pakiet Nr 1 – Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów do oznaczania parametrów krytycznych

***Pytanie 1*)** Dot. Załącznika nr 1C (parametry wymagane) - pkt.2
Czy Zamawiający zechce zrezygnować z wymogu oznaczania następujących parametrów: HCO3, HCO3 st., TCO2, BE, O2 sat**,** gdyż według dostępnej nam wiedzy we wszystkich analizatorach parametrów krytycznych (dowolnego producenta)są to parametry wyliczane, a nie oznaczane. ***Odp. Tak.***

***Pytanie 2*)** Dot. Załącznika nr 1C (parametry wymagane) - pkt.14
Czy Zamawiający pozwoli, aby dodatkowe, dostarczone oprogramowanie pozwalające na monitorowanie analizatora satelitarnego i głównego było uruchomione na dowolnym, wskazanym przez Zamawiającego komputerze w Laboratorium Centralnym jako stanowisko zarządzające? ***Odp. Tak.***

***Pytanie 3*)** Dot. Załącznika nr 1C (parametry wymagane) - pkt.15
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonania własnej sieci komputerowej (okablowanie) i pozwoli na zaproponowanie tańszego rozwiązania pozwalającego na monitoring, nadzór i wgląd w dane analizatora satelitarnego poprzez udostępnienie w istniejącej sieci Szpitala adresu TCP/IP? ***Odp. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie w sieci Szpitala adresu TCP/IP dla analizatora tylko i wyłącznie do realizacji procesów serwisowych.***

***Pytanie 4*)** Dot. Załącznika nr 1d (parametry oceniane) - pkt. 4
Czy Zamawiający uzna za równocenny całkowicie automatyczny system kontroli jakości gdzie materiał kontrolny znajduje się w jednej kasecie wraz ze wszystkimi innymi materiałami zużywalnymi, a która wymieniana jest raz na 21 dni. Kontrola jakości wykonywana jest bez jakiegokolwiek udziału Użytkownika co 30 minut, 4 godziny, 12 godzin, 24 godziny a także po każdym oznaczeniu?
Jest to najnowocześniejszy system kontroli jakości posiadający certyfikat FDA, działający w czasie rzeczywistym, dodatkowo wykrywający błędy systemu i dokonujący ich automatycznej naprawy a także dokumentujący błędy i wszelkie podjęte czynności naprawcze. Do przeprowadzania kontroli jakości nie są wymagane jakiekolwiek zewnętrzne materiały walidacyjne lub kontrolne. ***Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.***

Pakiet Nr 3 – Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów do badań z zakresu koagulologii

Pytanie 5*)** Celem lepszego oszacowania kosztów oferty prosimy o wyjaśnienie, jakie parametry Zamawiający oznacza w Pracowni podstawowej? Czy w ofercie należy uwzględnić codzienną kontrolę dla podstawowych parametrów oznaczanych w pracowni podstawowej na 2 poziomach? ***Odp. Tak, należy uwzględnić kontrolę jakości na dostępnych poziomach. Pracownia podstawowa – APTT, PT, D-DIMERY, FIBRYNOGEN.

Pytanie 6*)** Czy Zamawiający wymaga, aby odczynniki do użycia w Pracowni podstawowej były skalkulowane przy założeniu ich ciągłego pozostawania na pokładzie, bez konieczności ich porcjowania i przechowywania w lodówce bądź w zamrażarce? ***Odp. Nie wymaga.

***Pytanie 7*)** Czy przy kalkulacji odczynnika do D-dimerów należy uwzględnić dodatkowe rozcieńczenia dla próbek przekraczających podstawowy zakres pomiarowy. Jeśli tak, ile badań powtórkowych przewiduje

Zamawiający dla próbek przekraczających 4000 ng/ml FEU, a ile dla próbek przekraczających 7500 ng/ml FEU. ***Odp. Tak. Dla próbek przekraczających 4000 ng/ml FEU około 20% badań powtórkowych, dla próbek 7500 ng/ml FEU około 10% badań powtórkowych.***

Pytanie 8) Prosimy o sprecyzowanie, czy kontrolę w Pracowni Hemostazy należy uwzględnić przy założeniu, że Pracownia jest otwarta 2 razy w tygodniu, czy też 3 razy w tygodniu? (Na stronie 22 pod tabelą cenową jest informacja , że pracownia hemostazy jest otwarta 2-3 razy w tygodniu). ***Odp. Dwa razy w tygodniu.***

Pytanie 9) Prosimy o dopuszczenie 2 jednakowo działających analizatorów jednego o wydajności 240 ozn/h, drugiego o wydajności 110 ozn/h. Sumaryczna wydajność tych analizatorów wynosi więc 350 ozn PT/h i jest porównywalna z żądaną przez Zamawiającego (2x180 ozn/h 360 ozn/h). Łączna ilość miejsc probówkowych na 2 analizatorach pokładzie wynosi 120 (80 i 40 próbek)i przewyższa żądaną przez Zamawiającego (2 x50 próbek), podobnie liczba kuwet na pokładzie (2x800 szt.) przewyższa liczbę żądaną przez Zamawiającego. ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 10) Czy jeden z oferowanych analizatorów może pochodzić z grudnia 2011 r, po szczegółowym przeglądzie technicznym? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 11) Czy Zamawiający wymaga, poprzez możliwość wprowadzania badań CITO w dowolnym czasie, możliwości ich programowania w dowolnej pozycji próbkowej oraz przeprogramowania w razie potrzeby statusu próbki z rutynowego na CITO? ***Odp. Zamawiający wymaga, by próba CITO mogła być wprowadzona w dowolnym czasie , bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora.***

Pytanie 12) Czy Zamawiający dopuści dłuższe okresowe przerwy technologiczne w pracy analizatorów (ok. 1 x w miesiącu) konieczne dla wymiany źródła światła? ***Odp. Zamawiajacy dopuszcza przerwy w pracy analizatorów dyktowane wyłącznie harmonogramem prac przewidzianych dla analizatorów.***

Pytanie 13) Czy Zamawiający dopuści kalibratory i kontrole mianowane, liofilizowane, które mają stabilność po zamrożeniu min 2 tygodnie, potwierdzoną odpowiednim oświadczeniem Producenta? ***Odp. Tak. Pisemne oświadczenie producenta, zawierające niezbędne informacje dotyczące warunków mrożenia należy dołączyć do dokumentacji.***

Pytanie 14) Czy oferowane odczynniki, kontrole, kalibratory powinny być oryginalne i pochodzić od tego samego producenta co producent analizatora? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 15) Jaką przeciętną liczbę rozcieńczeń dla próbek badanych należy skalkulować przy określaniu ilości odczynników dotyczących inhibitora czynnika VIII metodę Bethesda? ***Odp. 6 oznaczeń próby badanej oraz 2 oznaczenia kontrolne = 8 OZNACZEŃ.***

Dot. Załącznika 3d- parametry oceniane:

Pytanie 16) Czy Zamawiający uzna za równocenne w punkcie 1 parametrów ocenianych zaoferowanie osocza kontrolnego o stężeniu czynników VIII i IX min. 90%? Jednocześnie zwracamy uwagę, że w punkcie tym, prawdopodobnie omyłkowo, znalazło się określenie „surowica" zamiast „osocze". ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 17) Czy Zamawiający uzna za równocenne w punkcie 2 parametrów ocenianych z zapisem w ulotce potwierdzenie odpowiednim oświadczeniem Producenta możliwości zamrażania odczynników z grupy czynników krzepnięcia? ***Odp. Tak. Pisemne oświadczenie producenta, zawierające niezbędne informacje dotyczące warunków mrożenia należy dołączyć do oferty.***

Pytanie 18) Czy Zamawiający uzna za równocenne w punkcie 4 parametrów ocenianych z „nachyleniem pozycji w rakach" uwzględnienie „objętości martwej" fiolek w kalkulacji oferty. Należy podkreślić, że nachylenie pozycji w rakach wcale nie gwarantuje bardziej ekonomicznego zużycia odczynników, ponieważ główną rolę odgrywają tutaj same właściwości odczynników -ich trwałość po re konstytucji lub otwarciu opakowania. ***Odp. Nie (objętośc martwa powinna byc zawsze wkalkulowana w cenę, a nachylenie pozycji w rakach jest dodatkowym atutem analizatora).***

Pytanie 19) Czy Zamawiający przyzna punkty wpunkcie 8 parametrów ocenianych za „pojedyncze kuwety reakcyjne" analizatorowi, w którym dla wykonania dodatkowego testu przy włączonej opcji reflex (np. dla

próbek wymagających rozcieńczenia), są zużywane dodatkowe pojedyncze kuwety i dodatkowa ilość próbki badanej. Próbka najpierw pipetowana jest „na zapas" w odpowiedniej ilości, tak by w razie potrzeby wykonać test „refleks" a następnie dopiero do odpowiedniej kuwety reakcyjnej. ***Odp. Zamawiający poprzez pojedyncze kuwety reakcyjne rozumie kuwety niezespolone w rotory, bloki itp. Zamawiający rozumie, że dla wykonania rozcieńczenia musi być zużyta dodatkowa pojedyncza kuweta.***

Pytanie 20) *Dotyczy projektu umowy:*
Prosimy o dodanie do projektu umowy do § 5 ust. 3 dodatkowych punktów o następującym brzemieniu:
e) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi, w zakresie dostaw odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy."
f) zmianę stawki VAT (zmiana ustalona przez Ustawodawcę). W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Do tych cen zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT.
Uzasadnienie:
Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian- oblicza cenę przy ustalaniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniu oferty). Obciążenie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w Projekcie umowy.***

Pytanie 21) Czy w pakiecie 2 Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy?
Uzasadnienie:
Producent nie ma obowiązku umieszczania daty produkcji na opakowaniu, trudno będzie więc określić 80% okresu deklarowanego przez producenta, na opakowaniu jest podana daty ważności. Dla Zamawiającego istotną datą jest termin przydatności do użytku, po tym terminie odczynniki nie powinny być wykorzystywane. ***Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 22) Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte ***Odp. Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w Załączniku Nr 13 - OFERTA - w punkcie 1 tylko tych części – zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę, pozostałe punkty należy wypełnić zgodnie z opisem.***

Pytanie 23) Dotyczy pakietu 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty ulotek oferowanego przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej lub książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie? ***Odp. Tak.***

Pytanie 24) Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie oryginału wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w jednej kopercie kurierskiej skierowanej na adres wskazany w SIWZ, jako adres dostarczenia oferty oraz oznaczonej zgodnie z wymogami SIWZ „Dostarczyć do KASY"? Zgodnie z wymogami SIWZ do oferty zostanie dołączona kserokopia dowodu wpłaty wadium ***Odp. Tak.***

Pytanie 25) Pakiet 2 Czy w załączniku nr 2c w punkcie 4 Zamawiający wymaga, aby moduły inkubacyjne miały budowę szufladową? ***Odp. Tak.***

Pytanie 26) Pakiet 2 Czy w załączniku nr 2c w punkcie 10 Zamawiający wymaga, aby butelki z podłożem zawierały substancje będące inhibitorami antybiotyków? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 27) Pakiet 2 Dotyczy załącznika 2d: Z uwagi na to, że w załączniku 2a – Formularz asortymentowo-cenowy Zamawiający nie wyspecyfikował butelek do hodowli grzybów w osobnym podłożu czy wyrazi zgodę na wykreślenie punktu nr 5 z załącznika 2d – Formularz oceny jakości do aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych? Wprowadzenie takiego zapisu w parametrach oceny jest bezzasadne i krzywdzące dla innych dostawców niż dystrybutor firmy Becton Dickinson (firma ta jako jedyna posiada wymienione podłoża). Zamawiający nie zamierza zamawiać ww. podłoży w trakcie trwania umowy, tzn. to kryterium preferuje tylko jednego Wykonawcę, gdyż przyznana im punktacja jest bardzo wysoka na tle pozostałych ocenianych parametrów. ***Odp. Zgodnie z SIWZ***

Pytanie 28) Pakiet 2 Dotyczy załącznika 2d: Czy w punkcie nr 7 Zamawiający w przypadku możliwości 36-godzinnego opóźnienia wkładania butelek przyzna ofercie Wykonawcy maksymalną liczbę punktów i zmieni zapisy SIWZ w tym zakresie? Dla wszystkich automatycznych systemów do posiewów krwi podstawowe zalecenie producentów brzmi, że pobrany materiał powinien znaleźć się jak najszybciej w aparacie, ponieważ olbrzymia większość dodatnich wyników próbek posianej krwi uzyskiwana jest w 1

dobie inkubacji, więc opóźnianie wkładania butelek z posianym materiałem badanym i przechowywanie ich zbyt długo poza aparatem, prowadzi do niekorzystnego dla pacjenta opóźnienia wydania wyniku i wdrożenia celowanej terapii. Państwa laboratorium zapewnia zabezpieczenie wykonywania badań mikrobiologicznych również poza dniami roboczymi, zgodnie z powszechnym wymogiem NFZ ,w związku z tym kryterium możliwości 48 godzinnego przechowywaniu posianych prób poza aparatem jest całkowicie bezzasadne i niezgodne z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, a jedynie zgodne z oświadczeniem przedstawianym przez DiagMed, dystrybutora Becton Dickinson w Polsce, czyli Zamawiający preferuje tylko i wyłącznie jednego wykonawcę działając jednocześnie na szkodę pacjentów. Ponad to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (sporządzanym na podstawiem. in. Dyrektywy 98/79 dotyczącej wyrobów medycznych) &8.7 Instrukcja używania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro musi zawierać, punkt 6/ rodzaj próbki, jakiej należy użyć, oraz specjalne warunki jej pobierania, wstępnego przygotowania oraz, jeżeli to niezbędne, warunki przechowywania i instrukcje przygotowania pacjenta. Z uwagi na to zapis w SIWZ odnośnie konieczności potwierdzenia parametru z punktu 7 poprzez deklaracje producenta wskazuje na DiagMed. Firma ta nie mogąc się wykazać w metodyce sporządzonej przez producenta, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79 dotyczącej wyrobów medycznych, dopuszczeniem konkretnego czasu, czyli 48 godzin przechowywania próbek od pobrania do wstawienia do aparatu, posiłkuje się tzw. Deklaracją producenta w postaci listu skierowanego do klientów, który nie jest dokumentem merytorycznym z punktu widzenia pracy laboratorium. Wnioskujemy więc o wprowadzenie zapisu o potwierdzeniu dostępności opóźnienia wkładania butelek z inaktywatorem antybiotyków do aparatu bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów po przechowywaniu w temperaturze pokojowej, poprzez oficjalną metodykę producenta, co będzie zgodne z obowiązującym prawodawstwem i jest jednym dokumentem na podstawie którego diagnosta laboratoryjny może przygotować procedurę opóźnionego wstawiania butelek do analizatora. ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 29) Pakiet 2 Czy w załączniku 2c punkt 12 Zamawiający dopuści aparat wyposażony w urządzenie UPS, który w razie utraty zasilania umożliwia zakończenie toczących się w danym momencie procesów przetwarzania danych i zamknięcie oprogramowania, a następnie przejście w fazę uśpienia? W momencie pojawienia się zasilania system taki powraca samodzielnie do pracy bez ingerencji użytkownika. Jeżeli przerwa w dostawie pądu nie przekracza 60 minut nie są wymagane żadne czynności ze strony użytkownika i jest zachowana w pełni ciągłość odczytów, co mieści się w wymaganym przez Zamawiającego czasie 30-45 minut. ***Odp. Tak.***

Pytania do umowy „zał. nr 19" pakiety 1-3

Pytanie 30) §1 ust. 1 li. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: ,,przeprowadzanie konserwacji i napraw urządzenia w terminach uzgodnionych przez Strony. W ramach serwisu wymagana jest fizyczna obecność serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii."? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 31) §1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekształcenie treści postanowienia umownego w następujący sposób: ,,Na czas wystąpienia awarii urządzenia powyżej trzech dni Zamawiający zleci wykonanie badań we wskazanym przez Wykonawcę laboratorium na zewnątrz a Wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę w cenie pomiędzy kosztami związanymi z przeprowadzeniem badań na zewnątrz a ceną odczynników wynikają z niniejszej umowy."? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 32) §1 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt.1 litera b) do 21 dni? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 33) §1 ust. 4 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 19 dni? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytanie 34) §1 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu? ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu z Projektu umowy.***

Pytanie 35) §2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po sformułowaniu ,,7 dni" słów ,,w dni robocze"? ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.***

Pytanie 36) §2 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: ,,Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnego wykorzystania ilości przedmiotu zamówienia ,pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy."? ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy***

Pytanie 37 §2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego w celu wymiany wadliwego towaru do 10 dni? ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy***

Pytanie 38*)** §5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%? ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.

Pytanie 39*)** §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.

Pytanie 40*)** §5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekształcenie treści postanowienia umownego na: ,,W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych o co najmniej 4 dni, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego.”? ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.

***Pytanie 41*)** §7 ust. 3 lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie postanowienia umownego w brzmieniu: ,,zmianę ceny brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wówczas zmiana ceny następuje od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT i nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.”?
Uzasadnienie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej w zaproponowanym przez nas brzemieniu, która umożliwi dostosowanie ceny do stawki podatku zgodnej z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego. W ten sposób strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego zabezpieczą się przed skutkami zmian prawa podatkowego. Wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej będzie zgodne z duchem prawa, które wyraźnie stwierdza, iż VAT jest podatkiem neutralnym. Zamawiający w obecnym brzemieniu zawarł postanowienie określające wartość umowy w sposób dla siebie niekorzystny. Po pierwsze – w przypadku obniżenia stawki podatku VAT, umowa nie wskazuje, że cena brutto winna zostać obniżona tak, by utrzymać cenę jednostkową netto. Po drugie – przy obecnym brzmieniu umowy, na wypadek podwyższenia stawki podatku VAT, Wykonawca zmuszony jest do obniżenia cen jednostkowych netto. Wykonawca przewidując możliwość zmiany stawki podatku VAT jest zmuszony uwzględnić ryzyko z tym związane i zabezpieczyć się poprzez skalkulowanie cen swojej oferty tak, by marża pokryła dodatkowe wydatki związane z podwyżką podatku VAT – czyli obniżeniem cen jednostkowych netto. Konieczność uwzględnienia ryzyka związanego ze zmianą stawki podatku VAT powoduje, że brak odpowiedniej klauzuli waloryzacyjnej, może wywrzeć wpływ na warunki konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz niekorzystnie oddziaływać na wielkość składanych ofert. W takim bowiem przypadku prawdopodobne jest, iż wykonawcy z góry zakładać będą wzrost podatku VAT i zarazem cen jednostkowych brutto w ofercie, a zmiana podatku może wcale nie nastąpić w okresie obowiązywania umowy. Mając powyższe na uwadze, bez wątpienia, obecne brzmienie umowy jest niekorzystne dla Zamawiającego, który korzysta z publicznych środków finansowych – gdyż w takiej sytuacji Zamawiający będzie płacił zawyżoną cenę jednostkową brutto, która uwzględnia ryzyko Wykonawcy polegające na konieczności obniżenia cen jednostkowych netto. Proponujemy Państwu wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej, która utrzymuje ceny jednostkowe netto i nie wywiera w momencie zawierania umowy żadnych niekorzystnych dla Zamawiającego skutków finansowych: z jednej strony w przypadku obniżenia stawki podatku VAT – następuje obniżenie cen brutto; z drugiej zaś – ceny zaoferowane w ofercie będą odpowiednio niskie, gdyż Wykonawca nie będzie kalkulował oferty z uwzględnieniem konieczności obniżenia cen netto na wypadek podniesienia stawki podatku VAT, co bez wątpienia odniesienie pozytywny skutek na wartość kontraktu, jaki zawrze Zamawiający, jako podmiot zobowiązany do przestrzegania ścisłej dyscypliny finansów publicznych. ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu umowy.***

***Pytanie 42*)** §7 ust. 3 lit. e – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy dopuszcza zmianę ceny brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez odpowiednie organa państwowe?
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wyjaśnienie i doprecyzowanie kwestii związanej z ewentualną zmianą stawki podatku VAT i jej wpływu na cenę brutto w związku z okresem obowiązywania umowy. ***Odp. Nie dopuszcza.***

***Pytanie 43*)** Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik nr 2a – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych, Poz. 1 Podłoża do hodowli w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków dla bakterii i grzybów.
Czy Zamawiający w pozycji tej zgodzi się na możliwość wyceny i zaoferowania dwóch numerów katalogowych podłoży – podłoży tlenowych z inaktywatorami antybiotyków oraz podłoży do selektywnej hodowli grzybów z inhibitorami flory bakteryjnej, których zaoferowanie Zamawiający dopuszcza poddając

je ocenie w tabeli parametrów ocenianych (załącznik nr 2, poz. 5 Formularz oceny jakości do aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych)? ***Odp. Tak.***

***Pytanie 44*)** Pakiet nr 2, Załącznik nr 2a – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych
Czy Zamawiający w poz. 3 : Podłoża tzw. pediatryczne z inhibitorem antybiotyków wymaga aby podłoża te zapewniały pobranie nawet niewielkiej ilości materiału do badań już od 0,5 ml i umożliwiały hodowlę drobnoustrojów zarówno z krwi, jak i próbek sterylnych płynów ustrojowych w tym płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR). Możliwość hodowli drobnoustrojów bez dodawania dodatkowych suplementów z tak niewielkiej objętości materiału od pacjentów wymagających pobrania małej objętości, ma bardzo duże znaczenie w przypadku sepsy meningokokowej? ***Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.***

***Pytanie 45*)** Pakiet nr 2, Załącznik nr 2c – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych/ Parametry wymagalne techniczno-eksploatacyjne dla aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych
Czy Zamawiający w poz. 5 parametru ocenianego dotyczącego hodowli grzybów w oddzielnym podłożu Zamawiający ma na myśli oraz będzie poddawał ocenie możliwość hodowli grzybów na selektywnych podłożach z antybiotykami hamującymi wzrost flory bakteryjnej o specjalnie dobranym składzie podłoża z obniżonym pH (5,6), co umożliwia znacznie szybszy i bardziej optymalny wzrost tych drobnoustrojów, skrócenie hodowli oraz możliwość wyhodowania z próbek mieszanych, gdzie występują zarówno grzyby, jak i bakterie? ***Odp. Tak.***

***Pytanie 46*)** Pakiet nr 2, Załącznik nr 2c – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych/ Parametry wymagalne techniczno-eksploatacyjne dla aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych
Prosimy o podanie systemu informatycznego będącego na wyposażeniu Laboratorium mikrobiologicznego (poz.11). ***Odp. Obecnie Laboratorium Mikrobiologiczne wyposażone jest w System LAB 3000.***

***Pytanie 47*)** Pakiet nr 2, Załącznik nr 2c – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych/ Parametry wymagalne techniczno-eksploatacyjne dla aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych
Czy Zamawiający w poz. 12 zgodzi się na zaoferowanie aparatu wyposażonego w UPS umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w momencie awarii sieci energetycznej i przywrócenie jego prac z zachowaniem wszystkich parametrów oraz ciągłości badanych próbek w okresie do 60 minut? ***Odp. Tak.***

***Pytanie 48*)** Dotyczy SIWZ. Pytanie dot. pkt III ust. 2 wymagania szczegółowe dla pakietu nr 2.
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy analizatora do 28 dni roboczych od daty podpisania umowy z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora fabrycznie nowego, który musi być sprowadzony z zagranicy od producenta. ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

***Pytanie 49*)** dot. projektu umowy (załącznik nr 19):
Czy w związku z możliwością zmiany stawki podatku VAT, Zamawiający doda zapis poniżej:
„Wysokość czynszu dzierżawnego pozostanie niezmienna przez okres trwania umowy, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.” ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu umowy.***

***Pytanie 50*)** Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 19):
Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 1 ust. 1 d, formułując go w następujący sposób:
„Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym niż 48 h godziny od momentu zgłoszenia awarii. W razie awarii trwającej dłużej niż 5 dni Wykonawca zagwarantuje aparat zastępczy do czasu zakończenia naprawy aparatu uszkodzonego. Serwis gwarantowany bezpośrednio przez Wykonawcę bez podwykonawców;” ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.***

Pytanie 51*)** Prosimy o doprecyzowanie częstotliwości wykonywania badań w ilości 2000 oznaczeń i poniżej na 36 miesięcy. ***Odp. 2 razy w tygodniu.

Pytanie 52*)** Prosimy o doprecyzowanie częstotliwości wykonania kontroli, dla wszystkich parametrów. ***Odp. Badania w Pracowni Rutynowej (APTT, PT, D-DIMER, FIBRYNOGEN) – 7 razy w tygodniu, badania w Pracowni Hemostazy – 2 razy w tygodniu.

Pytanie 53*)** Prosimy o doprecyzowanie częstotliwości wykonania kalibracji, dla wszystkich parametrów wymagających kalibracji. ***Odp. 1 raz w miesiącu.

Pytanie 54*)** W celu prawidłowego i należytego przygotowania oferty prosimy o podanie ile oznaczeń czynnika VIII należy przyjąć przy badaniu pojedynczego miana inhibitora czynnika VIII. ***Odp. 6 oznaczeń próby badanej oraz 2 oznaczenia kontrolne = 8 OZNACZEŃ.

Pytanie 55*)** Czy Zamawiający wymaga metody optycznej w oznaczaniu testów krzepnięciowych, chromogennych i imunologicznych opisanych w pkt 3 do SWIZ parametry wymagane, wraz z możliwością podejrzenia krzywej przebiegu reakcji dla każdego pomiaru? ***Odp. Tak.

Pytanie 56*)** Czy poprzez pojedyncze kuwety reakcyjne Zamawiający rozumie kuwety niepołączone w rotory lub bloki? ***Odp. Tak.

Pytanie 57*)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zainstalowania i uruchomienia analizatora do 28 dni od daty podpisania umowy? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.

***Pytanie 58*)** Dotyczy zapisów SIWZ rozdział V, ust. 1 litera b)
Prosimy o uznanie za spełniony warunek, jeżeli wykonawca wykonał lub wykonuje dostawy odczynników do diagnostyki laboratoryjnej i dostawy (dzierżawy) analizatorów / aparatów z zakresu asortymentu zawartego w danym pakiecie np. innego analizatora do oznaczania parametrów krytycznych, bez wskazywania na konkretny oferowany analizator/aparat.
Dokument referencji służy potwierdzeniu należytego wykonania zamówienia, ma potwierdzać jakość wykonywanych robót budowlanych, usług i dostaw w tym przypadku jakość wykonanych dostaw, które zostały wykonana należycie bez względu na model oferowanego sprzętu. ***Odp. Zamawiający żąda potwierdzenia warunku zgodnie z zapisem w SIWZ Rozdział V pkt 1 lit. b. Dokument służy potwierdzenia należytego wykonania dostaw oferowanego przedmiotu zamówienia.***

Pytanie 59*)** Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 pozycja 1 do 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników w opakowaniach a' 10 ml (tj. po 180 op.)? Nadmieniam, iż odczynniki te mają termin ważności powyżej 12 miesięcy. ***Odp. Zgodnie z SIWZ.

***Pytanie 60*)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 – Zewnętrzne panele kontroli jakości dla badań wykonywanych metodami biologii molekularnej – kontroli HBV i HCV w I i w III kwartale 2014 roku, a nie, jak podano w SIWZ w II i w IV kwartale?
Uzasadnienie: Zgodnie z harmonogramem wytwórcy kontroli, przewidziane są one na pierwszy i trzeci kwartał 2014 roku. ***Odp. Tak.***

Dotyczy Pakietu nr 12:

Pytanie 61*)** Czy Zamawiający dopuści standard anty-D w pozycji 16 o pojemności 5 ml w ilości 15 amp.? ***Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62*)** Czy Zamawiający wymaga standardu ważnego po otwarciu w terminie określonym na etykiecie? ***Odp. Nie wymaga.

Pytanie 63*)** Czy Zamawiający będzie realizował aktualnie trwającą umowę nr CRU/DZA/413/2012 wartości netto 16.314,00zł z dnia 16.10.2012r., która jest w mocy do października 2015 roku i pozostało do realizacji 42% ilości i wartości. Wskazujemy, że w/w umowa jest zabezpieczona wymaganą kwotą? Wydaje się bezzasadne prowadzenie postępowania na odczynniki, na które obowiązuje ważna umowa zatem prosimy o wyjaśnienie w/w zakresie. ***Odp. Zamawiający monitoruje realizację posiadanych umów i zapewnia pytającego, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zapisami umowy.

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek