



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę rękawic chirurgicznych** Nr sprawy : ZP-14-006BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), udzielam następującej odpowiedzi :

- 1. Pakiet 1 poz. 1** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową bez struktury sieci. Wprowadzenie wymogu wewnętrznej struktury sieci preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.). **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 2. Pakiet 1 poz. 1** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic o poziomie AQL<=1,5. Im mniejszy poziom AQL tym mniejsza liczba rękawic wadliwych w opakowaniu. **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
- 3. Pakiet 1 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <40ug/g zgodnie z normą EN 455:00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ. Proteiny są czynnikiem alergennym, im mniejszy ich poziom tym są bezpieczniejsze dla rąk personelu.**
- 4. Projekt umowy- §1 ust. 5** Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP). **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**
- 5. Projekt umowy- §3 ust. 2** Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen brutto obowiązujących strony umowy w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymaniu cen brutto na niezmiennym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej. Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając

- zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**
6. **Projekt umowy- §4 ust. 2** Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w § 4 ust. 2 do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**
7. **Pakiet 1** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawicy chirurgicznej z lateksu, bezpudrowej, sterylnej, sterylizowanej promieniami gamma, z wewnętrzną warstwą poliakrylową ułatwiającą nakładanie na wilgotną i mokrą dłoń. Długość rękawicy 280mm. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, kształt anatomiczny zapobiegający męczeniu się dłoni. Wymagania – zgodność z normą EN PN 455-1,2,3. AQL = 1; średnia zawartość protein poniżej 50ug/g, dostępna w rozmiarach 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
8. **Pakiet 2, poz. 1** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawicy chirurgicznej z lateksu, bezpudrowej, z wewnętrzną warstwą polimerową ułatwiającą nakładanie na wilgotną dłoń. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, mankiet prosty, grubość na palcach 0,22 mm, AQL ≤ 1, zawartość protein < 30 ug/g, długość 290 mm. Podwójnie pakowane. Wymagania – zgodność z normami EN 455 1,2,3, EN 556, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikliwość substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Dostępne rozmiary 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
9. **Pakiet 2, poz. 2** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawicy chirurgicznej lateksowej, bezpudrowej, z wewnętrzną warstwą poliuretanową w systemie podwójnego zakładania, łatwe w nakładaniu na wilgotną dłoń. Rękawica w kolorze zielonym. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, mankiet prosty, grubość na palcach 0,215 mm, AQL ≤ 1, zawartość protein < 30 ug/g, długość 295 mm. Podwójnie pakowane. Wymagania – zgodność z normami EN 455 1,2,3, EN 556, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikliwość substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Dostępne rozmiary 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
10. **Pakiet 5** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawicy bezpudrowej, jałowej, wykonanej z lateksu – kauczuku naturalnego, kolor brązowy, bez środka pudrującego, chlorowane o powierzchni lekko teksturowanej o cieńszych ściankach na dłoni – grubość 0,16 mm, palec 0,17 mm, mankiet 0,175 mm. Mankiet prosty z opaską samoprzylepną. Kształt rękawic anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, zgodność z normą EN PN 455 – 1,2,3. AQL=1, zawartość protein < 30ug/g. Dostępne rozmiary 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0.? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
11. **Pakiet 1** Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie, o ciągłej strukturze polimeru. Zewnętrzna warstwa pokryta dodatkowo specjalną warstwą antypoślizgową, długość 287mm – 302mm w zależności od rozmiaru, zawartość protein poniżej 23µg/dm² AQL=1,0? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
12. **Pakiet nr 1, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości 260mm - 280mm w zależności od rozmiaru, o AQL 0,65 i zawartości protein 44-80 ug/g? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
13. **Pakiet nr 2, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcach 0,20 mm (± 0,02 mm), zawartości protein 44-80 ug/g i długości 260mm – 280 mm w zależności od rozmiaru, jednocześnie odstępując od wymogu zgodności z normą EN 388, badań na przenikalność wirusów oraz substancji chemicznych zgodnych z normą EN 374-3? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
14. **Pakiet nr 2, poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w jednakowym kolorze, o grubości na palcach 0,20 mm (± 0,02 mm), zawartości protein 44-80 ug/g i długości 260mm – 280 mm w zależności od rozmiaru, jednocześnie odstępując od wymogu zgodności z normą EN 388, badań na przenikalność wirusów oraz substancji chemicznych zgodnych z normą EN 374-3? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
15. **Pakiet nr 5, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych w kolorze beżowym o ściankach grubości na palcach 0,20mm, dłoni 0,19mm i mankiecie 0,14mm , bez opaski samoprzylepnej, o AQL 0,65 i zawartości protein 44-80 ug/g? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
16. Czy za dni robocze Zamawiający przyjmuje, dni przypadające od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ustawowo wolnych od pracy? **Odp.: TAK.**
17. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w umowie w § 4 ust. 2 na: „w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**
18. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek