



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę rękawic chirurgicznych** Nr sprawy : ZP-14-006BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), udzielam następującej odpowiedzi :

- 1) **Pakiet 1** Proszę o wyjaśnienie, jakie unikalne cechy użytkowe posiada rękawica z warstwą polimerową o strukturze sieci, w jaki unikalny sposób wpływa na komfort użytkownika rękawic i jakie rozwiązania równoważne w związku z tym Zamawiający dopuszcza. Nowoczesna technologia produkcji rękawic pozwala osiągnąć identyczne walory użytkowe przy zastosowaniu innych metod. Rękawice znajdujące się w naszej ofercie posiadają wewnętrzną warstwę powlekaną polimerem, która umożliwia zakładanie rękawic nawet na mokrą dłoń. Wnioskuje o odstąpienie od powyższego wymogu. **Odp.: Rękawica z warstwą polimerową o strukturze sieci znacznie wpływa na komfort użytkowania rękawic. Struktura sieci zmniejsza powierzchnie tarcia między dłonią a rękawicą i rękawicą a rękawicą co w znacznym stopniu ułatwia nakładanie rękawic.**
- 2) **Pakiet 1** Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o długości min. 285 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów. **Odp.: Zamawiający określił długość rękawic w przedziale 270- 300 mm a proponowana długość to 285 mm która mieści się w tym przedziale**
- 3) **Pakiet 1** Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poziomie protein poniżej 20 ug/g, z zachowaniem pozostałych parametrów. **Odp.: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi wcześniej odpowiedziami.**
- 4) **Pakiet 2, poz. 1,2** Proszę o wyjaśnienie, jakie unikalne cechy użytkowe posiada rękawica z warstwą polimerową o strukturze sieci, w jaki unikalny sposób wpływa na komfort użytkownika rękawic i jakie rozwiązania równoważne w związku z tym Zamawiający dopuszcza. Nowoczesna technologia produkcji rękawic pozwala osiągnąć identyczne walory użytkowe przy zastosowaniu innych metod. Rękawice znajdujące się w naszej ofercie posiadają wewnętrzną warstwę powlekaną polimerem, która umożliwia zakładanie rękawic nawet na mokrą dłoń. Wnioskuje o odstąpienie od powyższego wymogu. **Odp.: Rękawica z warstwą polimerową o strukturze sieci znacznie wpływa na komfort użytkowania rękawic. Struktura sieci zmniejsza powierzchnie tarcia między dłonią a rękawicą i rękawicą a rękawicą co w znacznym stopniu ułatwia nakładanie rękawic.**
- 5) **Pakiet 2, poz. 1** Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcach 0,21-0,22 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów. **Odp.: Zgodnie z SIWZ**
- 6) **Pakiet 2, poz. 1** Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poziomie protein poniżej 20 ug/g, z zachowaniem pozostałych parametrów. **Odp.: Zgodnie z SIWZ**
- 7) **Pakiet 2, poz. 1,2** Proszę o odstąpienie od wymogu zaoferowania rękawic w opakowaniach próżniowych i wyjaśnienie, dlaczego wyłącznie w Pakiecie nr 2 Zamawiający wymaga tego typu opakowań podczas gdy w pozostałych, które również dotyczą rękawic jałowych chirurgicznych takiego

wymogu nie stawia. Opakowania foliowe, które pragniemy zaoferować są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi opakowań wyrobów sterylnych i gwarantują zachowanie jałowości rękawic do momentu otwarcia. **Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane opakowanie z zachowaniem pozostałych parametrów.**

- 8) **Pakiet 2, poz. 1** Zwracam się z prośbą o dopuszczenie o odstępnie od wymogu zgodności z normami EN 420 i EN 388, z zachowaniem pozostałych parametrów. **Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności z normą EN 420**
- 9) **Pakiet 2, poz. 2** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych, bezpudrowych sterylnych używanych w systemie podwójnego użytkowania:

<p>Rękawica spodnia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rozmiary: 6.0 – 9.0• Wykończenie mankietu: rolowany• Kolor: ciemnoniebieski• Powierzchnia zewnętrzna: tekstura biszkoptowa + mikrotekstura na palcach, chlorowana, polimeryzowana• Pokrycie wewnętrzne: polimeryzowana• Kształt: anatomiczny• Długość minimum 290 mm○ Grubość minimum:<ul style="list-style-type: none">▪ Palec: 0.24 mm▪ Dłoń: 0.19 mm▪ Mankiet: 0.16 mm○ Poziom protein: < 25 µg/g○ AQL : 0.65	<p>Rękawica wierzchnia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rozmiary: 6.0 – 9.0• Wykończenie mankietu: rolowany• Kolor: kremowy• Powierzchnia zewnętrzna: teksturowana• Pokrycie wewnętrzne: polimeryzowana• Kształt: anatomiczny• Długość minimum 285 mm○ Grubość minimum:<ul style="list-style-type: none">▪ Palec: 0.21 mm▪ Dłoń: 0.20 mm▪ Mankiet: 0.15 mm○ Poziom protein: < 26 µg/g○ AQL : 1,0
---	--

(w zestawie 2 pary rękawic osobno pakowane)

Pragniemy nadmienić, iż zakup rękawic pakowanych w komplet 2 par jest wyjątkowo nieekonomiczny. W przypadku , gdy 1 z rękawic ulegnie zniszczeniu podczas zakładania lub będzie posiadała wadę jakościową niestety cały komplet tj. 4 sztuki należy wyrzucić. Podczas gdy użycie 1 pary rękawic stosowanych w systemie podwójnego użytkowania pozwala na rozsądniejsze wydatkowanie budżetu.

Odp.: W Pakiecie Nr 2 poz.2 są tylko rękawice zielone czyli spodnie a nie komplet 2 par rękawic. Komplet 2 par rękawic tzn. zielone spodnie rękawice i wierzchnie słomkowe znajdują się w pakiecie nr 3 i Zamawiający tak pakowane rękawice potrzebuje.

- 10) **Pakiet 3** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palach 0,19 mm, AQL 1,0 o poziomie protein <30 ug/g, z zachowaniem pozostałych parametrów. **Odp.: Zgodnie z SIWZ**
- 11) **Pakiet 3** Zwracam się z prośbą o dopuszczenie o odstępnie od wymogu zgodności z normami EN 420 i EN 388, z zachowaniem pozostałych parametrów. **Odp.: Zgodnie z SIWZ**
- 12) **Pakiet 4** Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic z mankietem, z zachowaniem pozostałych parametrów.
Oferowane przez nas rękawice są równorzędne pod względem jakościowym w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego. Informację tą potwierdza fakt, iż pochodzą one z równorzędnej linii produktowej tego samego producenta. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty. **Odp.: Zamawiający wymaga rękawic z mankietem prostym i opaską samoprzylepną a Wykonawca w zadanym pytaniu nie sprecyzował jaki mankiety proponuje. Dlatego Zamawiający podtrzymuje opis z SIWZ.**
- 13) **Pakiet 5** Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic z mankietem, wewnętrznie polimeryzowanych, o grubości ścianki 0,17-0,18 mm, o poziomie protein <20 ug/g, z zachowaniem pozostałych parametrów. **Odp.: Wykonawca w zadanym pytaniu nie sprecyzował jaki mankiety proponuje. Dlatego Zamawiający podtrzymuje opis z SIWZ.**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek**