SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 KATOWICE, ul. Francuska 20-24
Regon: 000289070 NIP: 954-22-70-611

Katowice, dn. 28.08.2014 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę strzykawek jednorazowych, worków do zbiórki moczu, ostrzy chirurgicznych, prowadnic, NR SPRAWY: ZP-14-064BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (*tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami)*, udzielam następującej odpowiedzi:

Pyt. 1 Załącznik nr 1 poz. 1a-d
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie zawierające 100 sztuk strzykawek i odpowiednie przeliczenie ilości?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Pakiet 1, pozycja 1a-d
Czy Zamawiający oczekuje strzykawek 3-częściowych?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 Pakiet 1, pozycja 1a-d
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z mankietem o długości 1cm, rozsuwający się na odcinku 0,5cm?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4 Pakiet 1, pozycja 1c
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10ml ze skalą co 0,2ml?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 Pakiet 1, pozycja 1d
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml ze skalą co 0,5ml?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 Pakiet 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści worki z dren o długości 90cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 Pakiet 2, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowe z konektorem Luer bez redukcji, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8 Pakiet 2, poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z zadania 2 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odp.:. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział pakietów.

Pyt. 9 Pakiet nr 1, poz. 1a-1d
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyceny strzykawek za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 10 Pakiet nr 2, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy sterylne worki na mocz mają posiadać bezigłowy port do pobierania próbek?
Odp.: Nie.

Pyt. 11 Pakiet nr 2, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnego worka do dobowej zbiórki moczu o długości drenu 90-100cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 12 Pakiet nr 2, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu zbiorczym znajdowało się oznaczenie kolorystyczne odpowiadające rozmiarowi ostrza?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek