



SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY

im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 KATOWICE, ul. Francuska 20-24

Regon: 000289070

NIP: 954-22-70-611

Katowice, dn. 09.04.2015 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę odczytników wraz z dzierżawą analizatorów - IV.*

Nr sprawy: ZP - 15 - 026 UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (*tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Dotyczy SIWZ, Rozdział III) Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia, pkt. 10) oraz Załącznik nr 1C, Parametry wymagalne techniczno-eksploatacyjne dla analizatora typu CBC+WBC+5DIFF+RET 2 sztuki: Prosimy o potwierdzenie i wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatorów używanych, wyprodukowanych przed rokiem 2015, nie starszych niż wyprodukowane w 2011 roku (użytkowane od 06.2012 roku), w pełni sprawnych, po niezbędnych przeglądach technicznych zgodnie z procedurami jakościowymi producenta i pełnej gwarancji autoryzowanego serwisu producenta, poddanych pełnej walidacji metod pomiarowych. Oferowany sprzęt będzie dzierżawiony przez Zamawiającego, a niezbędne czynności serwisowe potrzebne do utrzymania sprzętu w ruchu - zgodnie ze wszystkimi procedurami producenta - musi zapewnić Wykonawca. Proponowana forma w przypadku dzierżawy w pełni zabezpiecza potrzeby Zamawiającego pod względem funkcjonalności oraz utrzymania i sprawności oferowanego sprzętu, przy jednoczesnym aspekcie ekonomicznym dużo bardziej korzystniejszym, niż w przypadku analizatorów fabrycznie nowych. Jednocześnie – według naszej najlepszej wiedzy - opisany przez Zamawiającego system spełniający wysoko wyrafinowane potrzeby pod względem parametrów, może być jeszcze niedostępny na rynku, jako fabrycznie nowy model, co skutkować może brakiem ofert ze stron Wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek