



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę bioreaktora do hodowli komórkowych i sekwenatora**
Nr sprawy : ZP-15-053UN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), udzielam następującej odpowiedzi :

Pytania do pakietu nr 2.

1. Dotyczy rozdziału III SIWZ, ustęp 3 oraz wzór umowy, §1, ustęp 5 – pakiet 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu opisanego w pakiecie 2 nie mającego statusu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych, przedmiotu który służy tylko i wyłącznie do celów naukowych? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

2. Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 6. – pakiet 5.

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim.”

Uprzejmie prosimy o korektę tego zapisu tak by brzmiała dla pakietu 2:

„Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim **lub języku angielskim.**” **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim.**

3. Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 2. – pakiet 2.

Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii z max 24 godzin do max 72 godzin dla pakietu 2. **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

4. Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 8. – pakiet 2.

Zamawiający zapisał:

„W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych urządzenia przekroczy 3 - naprawy uszkodzeń uniemożliwiające wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)”

Wnosimy o zmianę zapisu na:

„W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych **urządzenia tego samego głównego elementu urządzenia** przekroczy 3 - naprawy uszkodzeń uniemożliwiające wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)”

Prośbę motywujemy faktem, iż aparat obsługiwany jest przez komputer zewnętrzny z myszką, z powyższego zapisu Zamawiającego wynika, że nawet gdy się zepsuje tak banalna część składowa jak myszka to po trzeciej jej naprawie Wykonawca będzie musiał wymienić cały system na nowy, na co oczywiście nie przystaniemy. **Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis umowy. Cytowany w pytaniu zapis różni się od zapisu SIWZ.**

5. Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 10 – pakiet 2

Zamawiający zapisał:

„ Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość dokonywania zakupu części zamiennych do przedmiotu umowy do min 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu dla pakietu 2 na:

„ Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość dokonywania zakupu części zamiennych do przedmiotu umowy do min **5 lat** od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż przedmiotem postępowania jest aparatura specjalistyczna która należy do dziedziny obecnie jednej z najszybciej rozwijających się.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa, należy założyć iż aparat będący przedmiotem postępowania w przeciągu najbliższych kilku lat zostanie przez Zamawiającego wycofany z użytku jako przestarzały, mimo że obecne kryterium techniczne jest ustalone dla najbardziej zaawansowanych obecnie aparatów na rynku światowym. **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

6. Dotyczy wzoru umowy, §3, ustęp 6 – pakiet 2

Uprzejmie prosimy o usunięcie w/w zapisu dla pakietu nr 2. Koszt zapewnienia aparatu zastępczego musiałby być wliczony w cenę oferty i w konsekwencji podniósłby o 100% wartość oferty. Wykonawca nie dysponuje bowiem sprzętem zastępczym dla aparatury tak wysoce specjalistycznej. Aby zapewnić aparat zastępczy Wykonawca musiałby dodatkowo aparat trzymać w gotowości u siebie przez cały czas gwarancji. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.**

7. Dotyczy rozdziału III SIWZ, ustęp 3 oraz wzór umowy, §1, ustęp 5 – pakiet 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od niżej podanego wymogu wymienionego w SIWZ dla przedmiotu z pakietu nr 2?:

„Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz.679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.” **Odp.: Zamawiający informuje, że zakupiony w ramach niniejszego postępowania sprzęt może być wykorzystywany wyłącznie do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub ministra właściwego do spraw zdrowia.**

Zamawiający działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

10 lipca 2015r godz.10:00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.10:30

**Dyrektor SPSKM
dr n med. Włodzimierz Dziubdziała**