



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę mebli medycznych** Nr sprawy : ZP-15-092BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), udzielam następującej odpowiedzi :

Dot. Pakietu Nr 2

W związku z ogłoszonym postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych-2 zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie Nr 2 – Fotele do pobierania krwi foteli o następujących parametrach technicznych:

Szerokość: 77 cm (siedzisko 43 cm)

- Wysokość: 125 cm
- Głębokość: 80 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 130 kg
- Waga: 40 kg
- Regulacja wysokości podłokietników: od 0 cm do 20 cm
- Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180°
- Regulacja kąta oparcia: 93° - 180°
- Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**