



## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń laboratoryjnych** Nr sprawy : ZP-15-098BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), udzielam następującej odpowiedzi :

### PAKIET Nr 2

- Pyt.1** Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia o pojemności 714l i wymiarach wys.: 1980mm szer.: 1145mm gł.: 885mm?  **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- Pyt.2** Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia bez możliwości zamykania drzwi na klucz, ale z zamkiem elektronicznym chronionym hasłem, bądź otwieranym kartą magnetyczną?  
 **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
- Pyt.3** Czy zamawiający dopuści urządzenie o poborze mocy 19,4kwh/dobę?  
Pozostałe parametry zgodnie z siwz. Dopuszczenie proponowanych rozwiązań pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm a zgodnie z art. 7 ustawy pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.  
 **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
- Pyt.4** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 199,1 x 108 x 82,2 cm oraz pojemności 830l z możliwością przechowywania aż 600 pudełek o wysokości 5 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.  **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
- Pyt.5** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z 5 niezależnymi wewnętrznymi sekcjami zamykanymi oddzielnymi drzwiczkami? Większa fragmentacja komory jest korzystniejsza, gdyż pozwala na mniejsze starty chłodu z komory w przypadku otwierania wewnętrznych drzwiczek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.  **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
- Pyt.6** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z cyfrowym, graficznym wyświetlaczem LCD ulokowany na drzwiach frontowych na wysokości ok. 154,5 cm z programatorem zabezpieczonym hasłem? Zastosowanie tego typu wyświetlacza pozwala na bardziej czytelną i prostszą obsługę zamrażarki. Zamawiający ma również możliwość podglądu zarejestrowanej temperatury za pomocą graficznego wykresu. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi typ wyświetlacza.  **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
- Pyt.7** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę ze średnim zużyciem mocy wynoszącym 720W (17,28 kWh/doba), jednak z możliwością pracy w trybie ekonomicznym, który pozwala na zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 15% (ok. 14,69kWh/doba)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.  
 **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
- Pyt.8** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 690 litrów, wymiarach zewnętrznych: 90 x 99,5 x 199 cm (szer x gł x wys), mieszczącej w komorze 480 pudełek o wysokości 50 mm (2")?  **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- Pyt.9** Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z zamrażarką pudełek o wysokości 50 mm (2") w ilości 500 szt?  **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- Pyt.10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z wnętrzem podzielonym na cztery komory, wyposażonej w cztery izolowane drzwi wewnętrzne z oznaczeniem kolorystycznym każdej sekcji?  **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

- Pyt.11** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z dużym wyświetlaczem typu LCD?  
 **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
- Pyt.12** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z wyświetlaczem temperatury i alarmów zlokalizowanym poza drzwiami zamrażarki, w jej dolnej części na wysokości ok. 50 cm, zabezpieczonym kombinacją przycisków przed zmianą parametrów pracy?  **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- Pyt.13** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z drzwiami zewnętrznymi zamykanymi na klucz bez wyciąganej wkładki? Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania konkretnego rozwiązania technicznego w sytuacji, gdy na rynku dostępne są różne rozwiązania techniczne zapewniające oczekiwaną przez Zamawiającego funkcjonalność i odpowiadające jego potrzebom.  
 **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania dotyczące projektu umowy:**

Dotyczy § 1 ust. 5

- Pyt.14** Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby dostarczona zamrażarka niskotemperaturowa była zgodna z ustawą z dn. 20 maja 2010r. O wyrobach medycznych (dz. U. Z 2010r nr 107, poz.679)? Na polskim rynku istnieje bardzo małe grono firm dostarczających zamrażarki zgodne z w/w ustawą, a postawiony wymóg eliminuje wysokiej klasy dostawców i producentów specjalizujących się w typowym sprzęcie laboratoryjnym.  **Odp. Zamawiający odstępuje od w/w wymogu wyłącznie w zakresie Pakietu Nr 2, tj. dostawy zamrażarek niskotemperaturowych. Pozostały przedmiot i warunki realizacji zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz.679 z późn.zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.**

**Dyrektor SPSKM**  
**dr n med. Włodzimierz Dziubdziela**