



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń laboratoryjnych** Nr sprawy : ZP-15-098BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), udzielam następującej odpowiedzi :

PAKIET Nr 3

- Pyt.1** Czy zamawiający dopuści urządzenie do oczyszczania powietrza metodą plazmy niskotemperaturowej? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- Pyt.2** Czy zamawiający dopuszcza aby urządzenie nie posiadało podstawy z kołami? Urządzenie jest zainstalowane na dedykowanym stojaku lub ścianie a poprzez swoją niską wagę 4,5kg jest dalej urządzeniem mobilnym. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- Pyt.3** Czy zamawiający dopuszcza aby wymiary urządzenia wynosiły: 365mm (wys) x 365mm (szer) x 115mm (gł), tolerancja +/-50mm?. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- Pyt.4** Czy Zamawiający dopuszcza aby waga urządzenia wynosiła ok. 5kg (tolerancja +/- 5kg).? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- Pyt.5** Czy Zamawiający dopuszcza aby pobór mocy urządzenia wynosił 25W przy wydajności 220-260 m³/h? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- Pyt.6** Czy Zamawiający dopuszcza aby urządzenie nie posiadało płynu do splukiwania, który nie jest wymagany dla oferowanego urządzenia. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Dyrektor SPSKM
dr n med. Włodzimierz Dziubdziela