

## **WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę kardiomonitorów - II**.  
**Nr sprawy: ZP – 15 - 122 BN.**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami), udzielam następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1) Dotyczy pakiet nr 1 Kardiomonitor + stacja monitorowania.**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, które mogą nie być kompatybilne z monitorami z serii iMEC?  
**Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2) Dotyczy pakiet nr 1 Kardiomonitor + stacja monitorowania.**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, na czym powinna polegać kompatybilność zaoferowanych kardiomonitorów z monitorami serii iMEC posiadanymi przez Zamawiającego? Czy zaoferowane kardiomonitory muszą mieć możliwość pracy z kardiomonitorami serii iMEC posiadanymi przez Zamawiającego w jednej sieci z centralą pielęgniarską **Odp. Współpracujący z centralą zaoferowany kardiomonitor musi pozwalać na podmianę w przypadku jego awarii na posiadany przez użytkownika kardiomonitor serii IMEC z zachowaniem jego funkcji (bez konieczności dokonywania przeróbek). Musi posiadać kompatybilność sprzętową i osprzętową.**

**Pytanie 3) Dotyczy pakiet nr 2 Kardiomonitor.**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, które mogą nie być kompatybilne z monitorami z serii iMEC?  
**Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4) Dotyczy pakiet nr 2 Kardiomonitor.**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, na czym powinna polegać kompatybilność zaoferowanych kardiomonitorów z monitorami serii iMEC posiadanymi przez Zamawiającego **Odp. Na to pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu Nr 2.**

*Z upoważnienia Dyrektora  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*