



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę narzędzi chirurgicznych do transplantacji**
Nr sprawy : ZP-15-115BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), udzielam następującej odpowiedzi :

I- ZESTAW DO TRANSPLANTACJI NEREK:

- 1) Poz.4,11) Kleszczyki o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 2) Poz.6) Kleszczyki o dł. 210mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 3) Poz.8) Kleszczyki o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 4) Poz.9) Kleszczyki o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 5) Poz.10) Kleszczyki Foerster o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 6) Poz.14) Nożyczki o dł. 140mm lub 150mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza 150mm.**
- 7) Poz.15) Nożyczki o dł. 180mm lub 150mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza 180mm**
- 8) Poz.17) Nożyczki Potts-Smith o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 9) Poz.18) Nożyczki o dł. 230mm, odgięte 45 stopni, ostrza nie ostre pozostałe parametry bez zmian lub nożyczki Potts-Smith, Magic cut o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 10) Poz.19) Nożyczki o dł. 225mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 11) Poz.20) Nożyczki o Potts-Smith o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 12) Poz.25) Pinceta o dł. 150mm lub 200mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 13) Poz.26)Pinceta o dł. 195mm lub 200mm, nieutwardzana lub pinceta Potts-Smith, nieatraumatyczne, pozostałe parametry bez zmian **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 14) Poz.27) Pinceta o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 15) Poz.28) Imadło o dł. 150mm lub 180mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza 180mm**
- 16) Poz.31) Imadło o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 17) Poz.32) Imadło o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**

- 18) Poz.33) Hak o wym. 16x30mm i 16x33mm oraz 16x33mm i 16x42mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 19) Poz.34) Hak o wym. 15x18mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 20) Poz.35) Hak o dł. 280mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 21) Poz.36) Hak o wym. 120x50mm i dł. 260mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 22) Poz.37) Zacisk o dł. 115mm i dł. szczęk 60mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 23) Poz.38) Zacisk o dł. 80mm i dł. szczęk 43mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 24) Poz.39) Zacisk o dł. 70mm i dł. szczęk 16mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 25) Poz.40,41) Klips naczyniowy Gregory, szczęki łyżkowe, odgięte. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 26) Poz.42) Kleszczyki o dł. całkowitej 130mm i dł. szczęki 45mm i dł. części roboczej 35mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 27) Poz.43) Kleszczyki o dł. 145mm i dł. szczęki 45mm i dł. cięciwy krzywizny 20mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 28) Poz.44) Kleszczyki o dł. 145mm i dł. szczęki 50mm i dł. cięciwy krzywizny 20mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 29) Poz.45) Kleszczyki o dł. 145mm i dł. cięciwy krzywizny 30mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 30) Poz.46) Kleszczyki o dł. rozwarcia 45mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 31) Poz.47) Kleszczyki o dł. szczęki 75mm i dł. części roboczej 65mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 32) Poz.48) Kleszczyki o dł. 265mm i dł. szczęki 60mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 33) Poz.49) Kleszczyki o dł. całkowitej 150mm i dł. części roboczej 35mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 34) Poz.50) Kleszczyki o dł. szczęki 53mm i dł. krzywizny 35mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 35) Poz.52) Kleszczyki o dł. całkowitej 270mm i dł. szczęki 120mm i dł. krzywizny 80mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 36) Poz.53) Kleszczyki Leland Jones, zakrzywione pod kątem 15 stopni, uzębienie atraumatyczne, dł. szczęki 70mm i dł. całkowitej 190mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 37) Poz.54) Kleszczyki o dł. 230mm i dł. szczęki 78mm i dł. cięciwy krzywizny 60mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 38) Poz.55,56) Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania: zaoferowanie kontenera jako jednej pozycji: wanna do kontenera + pokrywa, o wym. 290x290x100mm, pokrywa w kolorze czerwonym, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 39) Poz.57) Kosz stalowy druciany o wym. 240x255x50mm lub 240x255x100mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**

II- ZESTAW DO TRANSPLANTACJI WĄTROBY:

- 40) Poz.4,13) Kleszczyki o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 41) Poz.5) Kleszczyki o dł. 215mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 42) Poz.9,10) Kleszczyki o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 43) Poz.11) Kleszczyki o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 44) Poz.12) Kleszczyki Foerster, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 45) Poz.16) Nożyczki o dł.140mm lub 150mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza 150mm**
- 46) Poz.17) Nożyczki o dł.150mm lub dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza 180mm**
- 47) Poz.19,22) Nożyczki Potts-Smith o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 48) Poz.20) Nożyczki o dł. 230mm, odgięte 45 stopni pozostałe parametry bez zmian lub o dł. 230mm, nieutwardzane, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 49) Poz.21) Nożyczki o dł. 225mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 50) Poz.27) Pinceta o dł. 150mm lub 200mm, bez kołka, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 51) Poz.28,29) Pinceta nieutwardzana, pozostałe parametry bez zmian lub pinceta Potts-Smith, nieatraumatyczne, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 52) Poz.30) Pinceta o dł. 195mm lub 200mm, nieutwardzana lub pinceta Potts-Smith, nieatraumatyczne, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 53) Poz.31) Pinceta o dł. 150mm, nieutwardzana, pozostałe parametry bez zmian lub pinceta Potts-Smith, nieatraumatyczne o dł. 145mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 54) Poz.32) Imadło nieutwardzane o tych samych parametrach lub imadło nie napawane diamentem o tych samych parametrach. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 55) Poz.33) Imadło o dł. 210mm, nieutwardzane, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 56) Poz.34,38) Imadło o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 57) Poz.35) Imadło o dł. 150mm lub 180mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza 180mm**
- 58) Poz.40) Imadło o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 59) Poz.41) Hak o wym. 16x30mm i 16x33mm oraz 16x33mm i 16x42mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 60) Poz.42) Hak o wym. 15x18mm, ostry lub tępy, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 61) Poz.43) Hak o dł. 280mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 62) Poz.44) Hak o wym. 120x50 i dł. 260mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 63) Poz.45) Zacisk o dł. 115mm i dł. szczęk 60mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 64) Poz.46) Zacisk o dł. 80mm i dł. szczęk 43mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 65) Poz.47) Zacisk o dł. 70mm i dł. szczęki 16mm, pozostałe parametry bez zmian **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 66) Poz.48,49) Klips naczyniowy Gregory, szczęki łyżkowe, odgięte. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

- 67) Poz.50) Kleszczyki o dł. 145mm i dł. szczęki 45mm i dł. cięciwy krzywizny 20mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 68) Poz.51) Kleszczyki o dł. 145mm i dł. cięciwy krzywizny 20mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 69) Poz.52) Kleszczyki o dł. rozwarcia 45mm, pozostałe parametry bez zmian.. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 70) Poz.53) Kleszczyki o dł. szczęki 53mm i dł. krzywizny 35mm, pozostałe parametry bez zmian **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 71) Poz.54) Kleszczyki Derra-DeBakey, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 72) Poz.55) Kleszczyki o dł. całkowitej 270mm i dł. szczęki 120mm i dł. krzywizny 80mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 73) Poz.57) Kleszczyki o dł. szczęki 80mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 74) Poz.58) Kleszczyki DeBakey-Pean o dł. szczęki 53mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 75) Poz.59) Hak Brunner o dł. 250mm i wym. 30x180mm. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 76) Poz.60) Kleszczyki o dł. 230mm i dł. szczęki 78mm i dł. cięciwy krzywizny 60mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza**
- 77) Poz.61,62) Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania: zaoferowanie kontenera jako jednej pozycji: wanna do kontenera + pokrywa, o wym. 590x290x100mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 78) Poz.63) Kosz stalowy druciany o wym. 480x255x100mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 79) Z uwagi na fakt, że narzędzia do w/w postępowania są sprowadzane z Niemiec, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do dnia 31.12.2015 od momentu podpisania umowy. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
- 80) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:
1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt. 5a i 5b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości **brutto** nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego/ wadliwego towaru**
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1.
- Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**