



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ STERYLNYCH OSŁON NA GŁOWICĘ ULTRASONOGRAFICZNĄ ZP-15-120BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi:

Pyt. 1 Załącznik nr 1 poz. a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na sterylne osłony na głowicę ultrasonograficzną z gładkiego polipropylenu z paskiem adhezyjnym, składane teleskopowo, pakowane pojedynczo, posiadające 2 taśmy do mocowania w rozmiarach 80cm x18cm zamiast 80cm x16cm renomowanej firmy, używane w wielu placówkach w Europie, w tym również w Polsce?

Odp.: Zamawiający dopuszcza sterylne osłony w rozmiarze 80cm x 18cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

*Dyrektor SPSKM
dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela*