

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do dializ wątrobowych typu spad oraz termoablacji guzów wątroby**.  
Nr sprawy: ZP – 16 – 023 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

### Dotyczy pakietu Nr 1

**Pytanie 1)** Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego systemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania ZP-16-023BN pakiet 1 pozycja 8 termin składania ofert: 29.02.2016 **produkt** Cytrynian sodu™ (1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na<sup>+</sup> 1352 – Citrate<sup>3-</sup> 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego. **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający żąda cewnika, do dializy wątrobowej utrzymującego poziom wapnia co najmniej na tym samym poziomie.**

**Pytanie 2)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział przedmiotu zamówienia. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3)** Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego systemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania ZP-16-023BN pakiet 1 pozycja 4 termin składania ofert: 29.02.2016 cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR długości 17 cm, 20 cm, 25 cm nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apiogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)? Cewnik pakowany pojedynczo. **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Oferowany produkt – cewnik - posiada w ofercie inne rozmiary i wykonany jest z innego materiału (poliuretanu), natomiast Zamawiający żąda cewnika silikonowego, który jest miękki i dopasowuje się do naczyń, co za tym idzie zmniejsza ryzyko uszkodzenia naczyń oraz lepiej przylega do ściany naczynia.**

**Pytanie 4)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział przedmiotu zamówienia. Zgodnie z SIWZ.**

Z upoważnienia Dyrektora  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek